




Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»
А.В. Шаламов


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Катетер баллонный Advocate
Merit Medical Systems, Inc. / Мерит Медикал Системс, Инк
1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA**

Катетер баллонный Advocate. Общий вид изделия



Катетер баллонный Advocate. Изделие в защитном чехле




Q14 4.0mm Balloon Compliance Card


	Pressure mmHg	Pressure (kPa)	Inflected Diameter (mm)
Nominal	8	811	4.09
	10	1013	4.18
	12	1216	4.25
	14	1419	4.32
Rated Burst Pressure	16	1621	4.39

380421005 Rev 001

Катетер баллонный Advocate. Изделие в индивидуальной упаковке



Катетер баллонный Advocate. Набор поставки



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШАЛАМОВ А.В.

Билет

