

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

И.А. Обознов

2020 г.



Шапочка защитная ШпРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.011.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты области головы персонала и пациента при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Шапочка защитная ШпРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.011.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см (полуокруж.)

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Шапочка защитная ШпРЗ – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.011.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- ~~- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока~~

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10°C до +35°C.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

~~6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:~~

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Шапочка защитная ШПРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

Контролер ОТК:

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

фамилия, инициалы

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

MII

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Шапочка защитная ШлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

фамилия, инициалы

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

ОКПД2 32.50.50.190



**Фартук защитный
двусторонний ФРЗД-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.010.00 ПС**

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190



И.А. Обознов

2020 г.

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОТ-"Р-К"

**Паспорт
КАГД 38641.007.009.01 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела персонала спереди от горла до голеней.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: 20 ____ г.

1.4.Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5.Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия:

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.009.01 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.009.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении (фильтрации);
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территория которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

~~Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001~~

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К». ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

_____ наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

_____ (год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель : ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОКПД 2 32.50.50.190



**Фартук защитный
односторонний легкий ФРЗОл-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.009.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела персонала спереди от горла до голеней.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.009.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.009.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

~~- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока~~

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

~~6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:~~

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: ~~Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001~~

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: ~~Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001~~

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подпись

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКГД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ



Очки защитные (без диоптрий)
ОРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.008.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах и предназначено для защиты персонала и пациентов, а также в передвижных рентгеновских установках. Применяют для защиты хрусталика глаза персонала и пациентов при рентгенологических исследованиях на аппаратах необорудованных усилителями рентгеновского изображения при рентгеноскопии, урографии и ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25мм Pb при U=100кВ.

2.2. Масса изделия _____ г

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.008.00

2.4. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Очки защитные (без диоптрий) ПРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.008.00ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку по ГОСТ 31589-2012 и содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер (по ГОСТ 31589-2012);
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакованы согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

_____ наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

_____ фамилия, инициалы

_____ (год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СДЕММЕДПРИБОР»

И.А. Обознов

2020 г.



**Перчатки защитные
ПРЗ-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.007.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты кистей рук и запястий, нижней половины предплечья персонала от рентгеновского излучения при проведении рентгенографии, урографии.

1.2. Наименование изделия: Перчатки защитные ПРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25 мм Рb при U=100 кВ.

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.007.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см (полуокруж.)

2.4. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Перчатки защитные ПРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.007.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований, изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакованы согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К». ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.
Приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____
МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»
И.А. Обознов
"15" января 2020 г.



**Комплект защитных пластин из
семи элементов КПР37-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.006.01 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты отдельных участков тела и внутренних органов пациента, а также для формирования исследуемых участков при проведении рентгеноскопии, урографии, ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.006.01

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.006.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-
46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

_____ наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе

тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН №1

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "___" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН № 2

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "___" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»
Дата выполнения ремонта "___" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»
Дата выполнения ремонта "___" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»
И.А. Обознов
«15» апреля 2020 г.



**Комплект защитных пластин из
четырех элементов КПРЗ4 -"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.006.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты отдельных участков тела и внутренних органов пациента, а также для формирования исследуемых участков при проведении рентгеноскопии, урографии, ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПРЗ4- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.006.00

- длина _____ см

- ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Комплект защитных пластин из четырех элементов КПРЗ4- «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.006.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

~~6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:~~

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К».
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.
Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан
годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН № 1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН № 2

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из четырех элементов КТРЗ4-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Комплект защитных пластин из четырех элементов КТРЗ4-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

И.А. Обознов



15 января 2020 г.

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-"Р-К"

Паспорт

КАГД 38641.007.005.01 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты гонад и костей таза пациента со стороны пучка излучения при проведении рентгеноскопии, урографии, маммографии, ангиографии (при отсутствии защитных фартуков).

1.2. Наименование изделия: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-«Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее, при U=100 кВ: - 0,5 мм Pb.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более ____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.005.01 []

-длина, не менее ____ см

-ширина, не менее ____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.005.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований, изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств, проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-«Р-К». ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт- «Р-К». ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб. 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(наименование организации, фамилия, подпись)

(наименование организации, фамилия, подпись)

Исполнитель

Исполнитель

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ



И.А. Обознов

2020 г.

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.005.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты гонад и костей таза пациента со стороны пучка излучения при проведении рентгеноскопии, урографии, маммографии, ангиографии (при отсутствии защитных фартуков).

1.2. Наименование изделия: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.005.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.005.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smr-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____
личная подпись _____ фамилия, инициалы _____

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(наименование организации, фамилия, подпись)

(наименование организации, фамилия, подпись)

Исполнитель

Исполнитель

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

КОРЕШОК ТАЛОНА №1

КОРЕШОК ТАЛОНА №2

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

И.А. Обознов

2020 г.



Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.004.01 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты со всех сторон области гонад и костей таза при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl М 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.004.01 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Юбка защитная тяжелая ЮРЗт – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.004.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- ~~- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока~~
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10°C до +35°C.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "___" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»
Дата выполнения ремонта "___" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "___" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»
Дата выполнения ремонта "___" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ



Директор

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

И.А. Обознов

2020 г.

Юбка защитная легкая ЮРЗл-"Р-К"

**Паспорт
КАГД 38641.007.004.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты со всех сторон области гонад и костей таза при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Юбка защитная легкая ЮРЗл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.004.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Юбка защитная легкая ЮРЗл – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.004.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01
ТАЛОН №1

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01
ТАЛОН №2

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ



Директор

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

И.А.Обознов

2020 г.

Фартук защитный стоматологический ФРЗС-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.003.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Изделие предназначено для защиты туловища пациента, включая гонады, кости таза и щитовидную железу, со стороны пучка излучения при дентальных исследованиях или исследовании черепа.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.003.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный стоматологический ФРЗС – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.003.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smp-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении (фильтрации);
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП
личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " " 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " " 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ



И.А. Обознов

2020 г.

Пелерина защитная ПлРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.002.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты плечевого пояса и верхней части грудной клетки пациентов при рентгенологических исследованиях черепа и стоматологических исследованиях.

1.2. Наименование изделия: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более 3,0 кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.002.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Пелерина защитная ПлРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.002.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smr-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Пелерина защитная ПЛРЗ- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №1

Пелерина защитная ПЛРЗ- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01

ТАЛОН №2

Пелерина защитная ПЛРЗ- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " ____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Пелерина защитная ПЛРЗ- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СПЕЦИМЕДПРИБОР»

И.А. Обознов



2020 г.

Воротник защитный ВРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.001.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты щитовидной железы и области шеи персонала или пациента при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Воротник защитный ВРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Спецмедприбор».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2010/08183 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Рb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.001.00 []

- длина _____ см

- ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Воротник защитный ВРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.001.00ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Спецмедприбор"
Юридический адрес:	Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе
Электронный адрес:	smr-33@mail.ru
Телефон/факс:	тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка запитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Воротник защитный ВРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской номер _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе
тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН №1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____ М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Спецмедприбор"

Российская Федерация, 601655, Владимирская область, г. Александров,
Двориковское шоссе
тел. 8(495) 742-41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

ТАЛОН № 2

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Спецмедприбор", Российская Федерация, 601655,
Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе. тел. 8(495) 742-
41-60 (доб 115), тел./факс 8(49244)3-01-87

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____ М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью *105* листов
(105 листов)

Директор ООО
«СПЕЦИМЕДПРИБОР»
И.А. Обознов

