

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»
_____ А.Е. Ершов
« 12 » _____ 12 20 19 г.

**Набор реагентов
«Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий»
по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019**

1. Маркировка внутренней упаковки (флакона, ампулы):

Размер этикетки: 60x25 мм

Микроген Диагностикум сыпнотифозный Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий (ЖЭСД) 12,5 мл Серия Годен до	Микроген Диагностикум сыпнотифозный Эритроциты человека формализированные несенсибилизированные жидкие (ЭФН) 12,5 мл Серия Годен до
--	---

Размер этикетки: 32x18 мм

Микроген Диагностикум сыпнотифозный Сыворотка диагностическая к риккетсиям Провалочка для РНГА сухая лиофилизат из 0,1 мл Титр Серия Годен до
--

Набор реагентов
«Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий»
по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 150x60x70 мм



Акционерное общество «Научно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

Набор реагентов
Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий

по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019

Штрих-код

Для профессионального применения



8 °C
Замораживание
не допускается



Масса нетто

Р №

Меры предосторожности: см. Инструкцию по применению

Состав медицинского изделия:
Диагностикум эритроцитарный
сыпнотифозный для РНГА, жидкий (ЖСЭД)
Эритроциты человека формализированные
(ФЭН)
Сыворотка диагностическая
к риккетсии Прованска для РНГА сухая
Линфолит из 0,1 мл
Тип 1:
8 флаконов по 12,5 мл
2 флакона по 12,5 мл
3 ампулы,
Лот Серия
Лот Серия
Лот Серия

Место для нанесения
средства идентификации

Средство
идентификации

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза
будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения
соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям
к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

«12» 12 2019г.

**Набор реагентов
«Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий»
по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

 <p>Не кантовать!</p>	<p>LOT Серия:</p> <p>Годен до:</p> <p>Число единиц потребит. упак. изделия:</p>
<p align="center">Набор реагентов ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СЫПНОТИФОЗНЫЙ для РНГА, жидкий по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019</p> <p align="right">EAC MED</p>	
<p align="center">БИОПРЕПАРАТЫ</p>	
<p>Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортировать при температуре от 9 до 25 °С не более 72 ч. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.</p>	<p align="center">МИКРОГЕН</p> <p>АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87</p> <p>Адрес производства: Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 281-94-96</p>
<p>Масса брутто</p>	
<p>Масса нетто</p>	
<p>Масса нетто потребит. упак.</p>	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий



LOT Серия: 17-0119

Годен до: 11.20

Число единиц потребит. упак. изделия: 30

**Набор реагентов
ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ СЫПНОТИФОЗНЫЙ
для РНГА, жидкий
по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019**

БИОПРЕПАРАТЫ

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортировать при температуре от 9 до 25 °С не более 72 ч. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.

Масса брутто 10,4 кг

Масса нетто 9,9 кг

Масса нетто потребит. упак. 330г

МИКРОХГЕН

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87
Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96



МИКРОХГЕН

Акционерное общество «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87
Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

**Набор реагентов
Диагностический эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий**

по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019



Для профессионального применения

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Пермь (Пермский край) «Микроген-Пермь»
Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, 177

ПАСПОРТ № 87

Набор реагентов «Диагностический эритроцитарный сыпнотифозный»
по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019

Диагностический эритроцитарный сыпнотифозный
серия № ФСР 2007/01527 Дата регистрации 06.06.2018
17-0119 Дата изготовления 0119

55 упаковок

«Диагностический эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА жидкий (ЖЭСД)»

замороженные нечувствительные

«Микроген» Производства для РНГА сухая

- 8 флаконов по 12,5 мл

- 2 флакона по 12,5 мл

- 3 ампулы,
лиофилизат из 0,1 мл

Начальник
Управления регистрации
и медицинских исследований
АО «НПО «МИКРОГЕН»

А.Е. Ермаков



LOT Серия: 17-0119

Годен до: 11.20

Число единиц потребит.
упак. изделия: 30

ВЕНТОВ
РНЫЙ СЫПНОТИФОЗНЫЙ
КИДКИЙ
20401675-2019

РАТЫ

МИКРОХГЕН

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

МИКРОХГЕН

Акционерное общество «Научно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

Набор реагентов
диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный
для РНГА, жидкий

по ТУ 21.20.23-040-20401675-2019

Для профессионального применения



сыпнотифозный

06.2018
0119

флаконов по 12,5 мл
флакона по 12,5 мл

импульсы,
филизат из 0,1 мл

