


Фотографии медицинского изделия




Фотография 1. Общий вид. «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП», ТУ 9443-023-55307168-2013.



Фотография 2. Общий вид (с открытой крышкой). «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП», ТУ 9443-023-55307168-2013.

5 мл 24 пробирки



Фотография 3. Ротор № 1 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013

10 мл 18 пробирок



Фотография 4. Ротор № 2 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013




Фотография 5. Ротор № 3 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013



Фотография 6. Ротор № 4 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013



Фотография 7. Ротор № 5 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013.




Фотография 8. Принадлежности: вставка плавкая 2А для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013.

Фотографии медицинского изделия

**Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП»
по ТУ 9443-023-55307168-2013**

производства ООО «Ферропласт Медикал», г. Ярославль



Фотография 1. «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП»,
ТУ 9443-023-55307168-2013. Общий вид.


Внимание!

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации центрифуги.
2. При установке ротора обязательно убедитесь в надежности его крепления.
3. Запрещается центрифугирование воспламеняющихся, взрывоопасных, радиоактивных, химически активных, приводящих в процессе смешивания к взрыву и возгоранию материалов.
4. Внимательно следите за равномерным распределением веса в пробирках (разница не более 2 г в диаметрально противоположных держателях).
5. Применяйте пробирки соответствующие типу держателей.
6. Сетевая розетка, используемая для подключения центрифуги, обязательно должна иметь заземляющий контакт.

Фотография 2. Табличка с надписью на крышке медицинского изделия
«Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП»,
ТУ 9443-023-55307168-2013.



Фотография 3. «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП», ТУ 9443-023-55307168-2013. Вид с открытой крышкой.




Фотография 4. «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП», ТУ 9443-023-55307168-2013. Вид с боку.




Фотография 5. «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ-23-«Я-ФП», ТУ 9443-023-55307168-2013. Разъём для сетевого шнура.

5 мл 24 пробирки




Фотография 6. Ротор № 1 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП»
по ТУ 9443-023-55307168-2013.

10 мл 18 пробирок




Фотография 7. Ротор № 2 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013

10 мл 24 пробирки




Фотография 8. Ротор № 3 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013

15 мл 8 пробирок




Фотография 9. Ротор № 4 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013.

20 мл 12 пробирок



Фотография 10. Ротор № 5 для медицинского изделия «Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП» по ТУ 9443-023-55307168-2013.



Фотография 11. Принадлежности: вставка плавкая 2А для медицинского изделия
«Центрифуга медицинская лабораторная низкоскоростная ЦЛ - 23 - «Я-ФП»
по ТУ 9443-023-55307168-2013.

Директор ООО «Ферропласт М

А.В. При А.В. При

Прошито и пронумеровано *1*

листов.

