


Справка об изделии медицинского назначения

Система измерения дозы на площадь серии VacuDap System, с приложением.

Код ОКП – 94 4180

Класс в зависимости от потенциального риска применения 2а по
ГОСТ Р 51609 – 2000

Система измерения дозы на площадь серии VacuDap System, с принадлежностями, является индикатором и служит для определения дозы облучения, получаемой пациентом во время проведения медицинских радиологических процедур.



Система измерения дозы на площадь серии VacuDap System, с принадлежностями, состоит из одной (или нескольких) измерительных ионизационных камер с импульсным выходом, выбираемых в зависимости от типа рентгеновского аппарата, и электронного дисплея в различных исполнениях: встроенный, настольный, настенный, является индикатором (регистратором), который возможно применять практически со всеми современными рентгеновскими аппаратами. Система комплектуется ионизационными камерами, едиными по техническому решению. Конфигурация ионизационных камер делает их универсальными индикаторами, совместимыми с различными рентгеновскими аппаратами и, в зависимости от процедуры, позволяет получать и архивировать необходимые данные. Ионизационные камеры для рентгенэкспонетров используются как датчик для последующего автоматического управления экспозицией. Они находятся в пучке непосредственно перед кассетой или же иным детектором изображения. Сигнал для