

Утверждаю
Генеральный директор АО «Сони Электроникс»
Такаси Абэ
«20» октября 2020 года



Фотографические изображения медицинского изделия

Пленка рентгеновская медицинская

UPT-517BL;


UPT-514BL;

UPT-512BL;

UPT-510BL.

BLUE THERMAL FILM UPT-517BL
 СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА 125 Sheets (125 листов)

NIBC 
 +M2000155500

NIBC 
 +S5042203220-001330

GS1 
 187.84548726125177117121040070300301-201X

UPT-517BL/RU
 Предназначена для использования на территории России
 и стран таможенного союза

Пленка рентгеновская медицинская

Сотрудники: J-M, Kunita, Minami, Tokyo, 108-0073, Japan
 представитель: ООО «Синий Экспресс», Россия,
 промышленный проезд, д. 6
 Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tokyo Sho-
 chi, Miyagi 985-0042, Japan

Специально напечатанное изображение №ФСЧ 2009-0406 от «...»

и, по указанию

транскрипция: от указанного
 с тем, что в настоящее время
 и: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

иное основание

и, в том числе, информация о нарушении

и, в том числе, информация о нарушении

UPT-517BL
 BLUE THERMAL FILM
 FILM THERMOUS BLUE
 CINTE THERMOUS



FILMSTATION



UPT-317BL

Precautions:
 1. Do not use this product in the rain.
 2. Do not use this product in the snow.
 3. Do not use this product in the wind.
 4. Do not use this product in the rain.
 5. Do not use this product in the snow.
 6. Do not use this product in the wind.
 7. Do not use this product in the rain.
 8. Do not use this product in the snow.
 9. Do not use this product in the wind.
 10. Do not use this product in the rain.
 11. Do not use this product in the snow.
 12. Do not use this product in the wind.

Caution
 1. Do not use this product in the rain.
 2. Do not use this product in the snow.
 3. Do not use this product in the wind.
 4. Do not use this product in the rain.
 5. Do not use this product in the snow.
 6. Do not use this product in the wind.
 7. Do not use this product in the rain.
 8. Do not use this product in the snow.
 9. Do not use this product in the wind.
 10. Do not use this product in the rain.
 11. Do not use this product in the snow.
 12. Do not use this product in the wind.

BLUE-BASE-THERMIDRUM
Achtung
 1. Ungelöffelten Film in dunklen und kühlen Räumen lagern.
 2. Nach der Öffnung sofort verwenden.
 3. Zum Einlegen des Films bitte Bedienungsanleitung des Film-Imagers beachten.
 4. Leeren Sie den Film unverzüglich in den Papierschacht und schließen Sie die Schublade am Film-Imager.
 5. Dieser Film ist ausschließlich zur Verwendung mit Sony-Imagern geeignet. Nicht verwendbar mit Film-Imagern anderer Hersteller.

PELICULA TERMICA AZUL
Precaución
 1. Almacenar la película en un lugar oscuro y fresco.
 2. No abrir la película hasta que no se vaya a utilizar.
 3. Leer el manual de instrucciones sobre la manera de cargar la película.
 4. Cargar la película en el cámara, e introducir en la impresora.
 5. Esta película ha sido diseñada específicamente para impresoras Sony.
 No debe utilizarse con impresoras de otros fabricantes.

PELICOLA TERMICA BLU
Caution
 1. Conserve le film refroidi dans un lieu frais et à l'obscurité.
 2. Utilisez le film à la première utilisation.
 3. Pour l'insertion du film, lisez attentivement le manuel de l'appareil.
 4. Chargez le film dans l'appareil et insérez-le dans l'imprimante.
 5. Ce film est conçu pour les imprimantes SONY.
 Ne l'utilisez pas avec d'autres imprimantes.

PELICULA TERMICA AZUL
Precaução
 1. Manter os consumíveis fechados em local fresco e escuro.
 2. Após a abertura deverá utilizar os consumíveis num curto período de tempo.
 3. Deverá consultar o manual de instruções para a colocação do consumível na impressora.
 4. Após abertura deverá de imediato colocar o consumível no local adequado na impressora.
 5. Este consumível foi especialmente concebido para impressoras SONY.
 Não deverá ser utilizado em equipamentos de outros fabricantes.

СИНИЯ ТЕРМОПЛЕНКА
Внимание
 1. Храните запечатанную пленку в прохладном темном месте.
 2. Распечатывайте пленку только непосредственно перед использованием.
 3. Для получения информации о загрузке пленки см. инструкцию к принтеру.
 4. Сохраненная запечатанная пленка в итоге принтера.
 5. Данная пленка была специально разработана для использования в принтерах Sony.
 Не используйте ее с устройствами других производителей.



EU IMP Sony Europe B.V.
 Da Vinciiaan 7-D1,
 1930 Zaventem, Belgium

EC REP Sony Belgium, bijkantoor van
 Sony Europe B.V.
 Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium


Sony Corporation
 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUE AU JAPON/Сделано в Японии

製造販売所: ソニー株式会社 神奈川県横浜市旭町4-14-1



SONY



SONY

BLUE THERMAL FILM UPT-514BL
СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА

E

HIBC



+M298405250C

Türkiye'deki müşteriler için
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

HIBC



+SS0423200420-D01WCF

GS1



(01)04548736105164(17)230400(10)200420-D01W

125 Sheets (125 листов)

Имя: Пленка рентгеновская медицинская

36

адрес: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan
полный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия,
адрес: Карамышевский проезд, д. 6

подразделение: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»
адрес: Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

сертификат: Сертификат соответствия на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «...»
года

срок хранения: см. на упаковке

срок годности: 3 года

условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

оригинальное влагонепроницаемое покрытие

температура: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

неактивное освещение

для дополнительной информации: см. инструкцию

по информации на данном этикетке считать приоритетной

UPT-514BL

BLUE THERMAL FILM
FILM THERMIQUE BLEUTE
СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА

FILM STATION

125 Sheets (125 листов)



High temperatures prohibited
• High temperatures may degrade image quality.

Haute température élevée fortement déconseillée
• Haute température élevée peut dégrader la qualité de l'image.

Nicht bei hohen Temperaturen lagern
• Lagerung bei hohen Temperaturen kann die Bildqualität verschlechtern.

Prohibido almacenar este producto en ambientes muy calurosos
• El almacenamiento en altas temperaturas puede degradar la calidad de la imagen.

Evitare di tenere questo prodotto esposto ad alte temperature
• Alte temperature possono deteriorare la qualità dell'immagine.

Proibido o armazenamento em locais de elevada temperatura ambiente
• Armazenamento a elevadas temperaturas pode degradar a qualidade de imagem.

Хранение при Высоких Температурах Запрещено
• Хранение при высоких температурах может привести к ухудшению качества изображения.

EU IMP Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Belgium

EC REP Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium



製造販売先：
ソニー株式会社 神奈川県厚木市旭町 4-14-1

 Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUE AU JAPON/Сделано в Японии

3-098-343-06



Пленка рентгеновская медицинская UPT-512BL

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская
UPT-512BL

Размер: 25 x 30

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия,

123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»

3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009 04696 от «

20

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

Хранить в оригинальном алагонепроницаемом пакте

Условия эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

Не требуется неактивное освещение

Для получения дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

BLUE THERMAL FILM UPT-512BL

E

СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА

NIBC



+M298405230A

Türkiye'deki müşteriler için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

NIBC



+S30423020420-D01VAC

681



(01)04540736105157(17)230400(10)020420-D01V

125 Sheets (125 листов)

UPT-512BL

BLUE THERMAL FILM
FILM THERMIQUE BLEUE
СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА

FILMSTATION

このカメラを
Open here.
Ouvre ici.
Hier Öffnen.
Apert aquí.
Aprire qui.
Abra aqui.
Открывать здесь.



高温保管禁止

●高温保管により画質劣化の恐れがあります。

Storage at High Temperatures Prohibited

●Storage at High Temperatures may degrade image quality.

Stockage à température élevée fortement déconseillée

●Le Stockage à température élevée peut dégrader la qualité de l'image.

Nicht bei hohen Temperaturen lagern

●Eine Lagerung bei hohen Temperaturen kann die Bildqualität verschlechtern.

Prohibido almacenar este producto en ambientes muy calurosos

●El almacenamiento en altas temperaturas puede degradar la calidad de la imagen.

Evitare di tenere questo prodotto esposto ad alte temperature

●Alte temperature possono deteriorare la qualità dell'immagine.

Proibido o armazenamento em locais de elevada temperatura ambiente

●Armazenamento a elevadas temperaturas pode degradar a qualidade de imagem.

Хранение при Высоких Температурах Запрещено

●Хранение при высоких температурах может привести к ухудшению качества изображения.



Sony Europe B.V.
De Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Belgium



Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V.
De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium



製造販売先:

ソニー株式会社 神奈川県厚木市旭町4-14-1


Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUE AU JAPON/Сделано в Японии

3-098-339-06





BLUE THERMAL FILM UPT-510BL
СИНЯЯ ТЕРМОПЛЕНКА

HIBC




+M2984052108

HIBC



+\$0423030420-D01U8A

GS1



(01)04548736105140(17)230400(10)030420-D01U

125 Sheets (125 листов)

Türkiye'deki müşteriler için
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская
UPT-510BL

Размер: 20 x 25

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия,
125193, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»
1-1-1, Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Производство в Японии

Серийное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «...»
... 20 ... года

Срок хранения: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

в оригинальном влагонепроницаемом пакете

Температура эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

Требуется неактивное освещение

Указания дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

3-098-335-06



УДАЛИТЕ ПЛЕНКУ ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
REMOVE BEFORE PRINTING
AFTER PLAM IS SET IN THE TRAY

SONY.

Пленка рентгеновская медицинская

UPT-517BL
UPT-514BL
UPT-512BL
UPT-510BL

Инструкция по использованию

EAC

Внимание!

Меры безопасности и дополнительная информация по использованию данного изделия приводятся в инструкции по эксплуатации принтера.

Утилизация

Обращение с отходами должно осуществляться в соответствии с национальным законодательством. После применения не выбрасывать в окружающую среду. Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также с соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класса А.

Область применения/Назначение

Пленка рентгеновская медицинская предназначена для использования специально обученным медицинским персоналом при проведении рентгенографических исследований в лечебно-профилактических учреждениях.


Пленка рентгеновская медицинская предназначена для регистрации изображений и печати снимков посредством принтеров Sony UP серии, использующих технологию термочечки.

Примечания

- При обращении с листами пленки не касайтесь печатающей поверхности пленки. Наличие пыли, отпечатков пальцев и пота может привести к ухудшению качества печати.
- Загружайте листы пленки так, чтобы они ровно лежали в лотке для пленки. Если листы пленки будут изогнуты, они будут выходить за край лотка для пленки, что может привести к изменению позиции печати. Кроме того, это может вызвать заедание пленки.
- Если листы пленки по ошибке были помещены в лоток для пленки печатающей поверхностью вверх, рекомендуется выполнить очистку термочечкающей головки, используя набор для очистки. Набор для очистки UPT-500 продается отдельно. Предоставить к себе набор для очистки, который устанавливается в принтер, и влажные салфетки для очистки термочечкающей головки, опорного вала, прижимного ролика и др. элементов). Липкий валик рекомендуется заменять каждые 500 отпечатков.
- Не добавляйте лишнюю часть листов из одного пакета с листами пленки, поскольку принтер определяет количество оставшихся листов пленки при помощи интегральной схемы (IC Tag) с маркировкой на листе для защиты печатающей поверхности, находящейся внизу отложки листов.

- Снимите пломбу, используемую для закрепления листов пленки в упаковке, с листов пленки, помещенных в лоток для пленки.

- Снимите клейкую часть пломбы, потянув за чистую часть пломбы на себя.



- Вытяните чистую часть пломбы из лотка для пленки и полностью снимите пломбу с листов пленки в лотке.

Пленка UPT-517BL, -514BL, -512BL, -510BL работает с принтерами Sony следующих моделей: UP-DF500 (поддерживает только UPT-517BL), UP-DF550, UP-DF750.

Показания

Проведение рентгенографических исследований в различных областях медицины.

Противопоказания

Не выявлены.

Побочные действия

Отсутствуют.

Производитель


Sony Corporation 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Место производства

Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site, 3-4-1 Sakurai, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan
Уполномоченный представитель производителя Акционерное общество «Сони Электроникс» Россия, 123103, Москва, Карамельный проезд, д. 6

Сделано в Японии


Уполномоченный представитель производителя Акционерное общество «Сони Электроникс» Россия, 123103, Москва, Карамельный проезд, д. 6



Примечания

Если пломба останется на крышке лотка для пленки или в самом лотке для пленки, это может вызвать заедание пленки. Убедитесь, что пломба полностью удалена из лотка для пленки.

- Закройте крышку лотка для пленки.



- Вставьте лоток для пленки в принтер.

Примечания относительно хранения листов

- В случае необходимости хранения извлеченных из устройства листов пленки в течение продолжительного времени, храните неиспользованную пленку во влагонепроницаемом пакете.
- Пленку в нескрытой упаковке храните в прохладном темном месте.

Меры предосторожности

- Распечатывайте упаковку пленки только непосредственно перед использованием. Для получения информации о загрузке пленки см. инструкцию к принтеру.
- Своевременно загружайте пленку в лоток принтера.
- Данная пленка была специально разработана для использования в принтерах Sony. Не используйте ее в устройствах других производителей.
- Не используйте повторно. Это может привести к нарушению работы принтера и отрицательно сказаться на результатах печати.

Комплектация

В стандартной картонной упаковке находится влагонепроницаемый пакет со 125 листами пленки. Пленки оснащены чипом, называемым "IC Tag", который прикреплен к каждому листу с пленкой UPT-xxxxBL. Чип несет в себе информацию о модели пленки, количестве оставшихся листов в лотке. Без данного чипа принтер не будет производить печать.

Типы пленок

UPT-517BL 35x43
UPT-514BL 28x36
UPT-512BL 25x30
UPT-510BL 20x25

Характеристики

UPT-517BL	
Размеры (Ш x Д)	354 x 430 мм
Масса	42 г
UPT-514BL	
Размеры (Ш x Д)	279 x 354 мм
Масса	27 г
UPT-512BL	
Размеры (Ш x Д)	253 x 304 мм
Масса	21 г
UPT-510BL	
Размеры (Ш x Д)	202 x 253 мм
Масса	14 г

Класс потенциального риска IIS

Технические требования совместимого устройств:

Способ связи	NFC
Частотный диапазон	13,553 - 13,567 МГц
Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м	Не более 60 дБ (мкА/м)

Способ применения

- Извлеките влагонепроницаемый пакет из картонной упаковки пленки.
- Откройте пустую часть пакета по надписанным краям пакета, как показано ниже.

Меры предосторожности при хранении:

- Храните запечатанную пленку в прохладном темном месте.
- Хранение при высоких температурах запрещено.
- Хранение при высоких температурах может привести к ухудшению качества изображения.

Примечания относительно хранения отпечатков:

- Не оставляйте отпечатки под прямым солнечным светом или ярким комнатным освещением. Храните отпечатки в прохладном месте с низким уровнем влажности (при температуре не выше 25°C (77°F)).
- Рекомендуется хранить отпечатки в полипропиленовом пакете в шкафу.
- Не допускайте попадания на отпечатки каких-либо летучих органических растворителей, таких как бензин и спирт. Это может привести к обесцвечиванию отпечатков. При попадании такой жидкости на отпечаток быстро сотрите ее с отпечатка.
- Клейкие вещества, содержащиеся в целлофановой пленке или ПВХ (PVC), вызывают обесцвечивание отпечатков. Проявляйте осторожность при хранении отпечатков.
- Не складывайте отпечатки на недавно проявленный лист диагностической копии или под него, поскольку это может привести к обесцвечиванию или прилипанию листов пленки друг к другу.

Кондиционирование:

- Если пленка подвергается резкому значительному изменению температуры, на пленке в лотке для пленки может образоваться конденсат. Это может привести к возникновению неисправности. Кроме того, при использовании пленки в таком состоянии, возможно появление пятен на отпечатках.
- Для хранения неоплавленной использованной пленки поместите листы пленки в оригинальную упаковку и запечатывайте ее. По возможности перед использованием запечатанной пленки поместите ее в запечатанной упаковке в теплое помещение на несколько часов. Это поможет предотвратить образование конденсата при извлечении пленки из упаковки.




Примечания

Снимайте пломбу после загрузки пленки в лоток для пленки 1. Если ее снять до загрузки, листы пленки могут выскользнуть и упасть.



Пломба для закрепления листов пленки

- Держите влагонепроницаемый пакет двумя руками, так чтобы открытая сторона была расположена в направлении внутренней стороны лотка, и установите листы пленки в лоток для пленки, расположив внизу белый защитный лист.



Лоток для пленки



Максимум интервалов сканирования (IC) расположен на более короткой стороне. Будьте осторожны, чтобы не повредить карточку IC и не дотрагиваться к ней.

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Условия эксплуатации (температура, влажность)	10°C ~30°C, 20% ~80%
Условия транспортировки и хранения (температура, влажность, давление)	5°C ~30°C, 30% ~80%, 700hPa ~1000hPa

При эксплуатации не требуется неактивного освещения. Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, избегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Техническое обслуживание и ремонт

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

Стерилизация

Изделие не стерильно.

Гарантия производителя

Производитель не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи в результате неправильного использования, ошибки пользователя или внешних чрезвычайных ситуаций. По вопросам качества продукции обращайтесь к уполномоченному представителю производителя.

Срок годности

Срок годности изделия - 3 года от даты производства. Дата производства указана на упаковке изделия в зашифрованном виде YYYY-MM, где YYYY обозначает год, а MM - месяц.

Требования по охране окружающей среды Данное изделие не наносит вреда окружающей среде при правильной эксплуатации, транспортировке и хранении.

Соответствие стандартам

Пленка рентгеновская медицинская соответствует необходимым требованиям безопасности согласно Директиве EEC Regulation (EU) 2017/745. Система менеджмента качества производителя соответствует ISO 13485:2016, 15223-1:2016, совместимые принтеры должны отвечать требованиям стандартов ISO 14971:2007, EN 60601-1:2006 + A1:2013 и 60601-1-2:2015.

Макеты маркировки для Российской Федерации

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская

UPT-510BL

Размер: 20 x 25

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»

3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «__» _____ 20__ года

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

Хранить в оригинальном влагонепроницаемом пакте

Условия эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

Не требуется неактивное освещение

Для получения дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская

UPT-512BL

Размер: 25 x 30

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»

3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «__» _____ 20__ года

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

Хранить в оригинальном влагонепроницаемом пакте

Условия эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

Не требуется неактивное освещение

Для получения дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская

UPT-514BL

Размер: 28 x 36

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»

3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «__» _____ 20__ года

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

Хранить в оригинальном влагонепроницаемом пакте

Условия эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20% ~ 80%

Не требуется неактивное освещение

Для получения дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

Наименование: Пленка рентгеновская медицинская
UPT-517BL

Размер: 35 x 43

Производитель: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Уполномоченный представитель производителя: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, д. 6

Место производства: «Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»

3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/04696 от «__» _____ 20__ года

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности: 3 года

Условия хранения и транспортировки: см. на упаковке

Хранить в оригинальном влагонепроницаемом пакте

Условия эксплуатации: 10°C ~ 30°C, 20%~80%

Не требуется неактивное освещение

Для получения дополнительной информации: см. инструкцию

Информацию на данном стикере считать приоритетной

