


Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1.25 см

1



12

Ткань на нейлоновой основе LUXPLAST, размер: 5м x 1.25см



Стасшыр на чыкамай аснове LUXPLAST, памер: 5м x 1.25см



Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см

104010221_175x15_blue_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:16:48

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.
Размер 5 см x 1,25 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и
медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного
материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных
трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гyeongsangnam-do, Korea/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Дхушон-майон, Гимхей-си,
Гyeongsangnam-do, Korea.



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО "БОЛЕАР".
115201, г. Москва, Кашмирский пр-д, д. 13, пом. XV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или
внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением
удалите его. При наличии волосистого покрова, удаление пластыря производите по росту волос.
РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Пластырь на нетканой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 1,25 см
104010221_175x15_blue_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:16:48

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.

Размер 5 м x 1,25 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Пластырь на шелковой основе LUXPHAST, размер: 5 см x 1,25 см

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гиеонсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си,
Гиеонсангнем-до, Корея.

1°C
30°C



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Тягачеры на нейлоновой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 2.5 см



Стенды на клеевой основе LUXPLAST, размер: 5м x 2.5м



Пластырь на нетканой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2.5 см



Термометр на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2.5 см



Пластырь на нетканой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 2,5 см

104010261_175x26_blue_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:20:50



Пластыри медицинские фиксирующие на нетканой основе.
Размер 5 м x 2,5 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосаного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 LUXPLAST®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гyeongsangnam-do, Korea/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeong-sangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си, Гyeongsangnam-do, Korea.

Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО "БОЛЕАР".

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7(495) 787-92-68. www.bolear.ru
РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.

Арт.

104010261_175x26_blue_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:20:50

Пластырь на нетканой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 2,5 см



Пластыри медицинские фиксирующие на нетканой основе.
Размер 5 м x 2,5 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. **Показания к применению:** Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 **LUXPLAST®**

Тасмачы на шыкамай основе LUXPLAST, размер: 5м x 2.5с

PLAST®

 **Производитель/Виробник:** Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей-сі, Гіонгсангнем-ду, Корея.

Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

РУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

Шпатель на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1.25 см



Стяжечка на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см



Термометр на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5м x 1.25см



Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см

104010231_175x15_brown_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:17:44

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер 5 см x 1,25 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и
медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного
материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных
трубок и внутривенных капельниц.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
материалов. Возможны аллергические реакции.

 **LUXPLAST®**

Производитель, Выробник Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гвёнгангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Дукхон-майон, Гимхей-си,
Понгсангнем-до, Корея.



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на равне наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или
внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением
удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 м x 1,25 см

104010231_175x15_brown_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:17:44

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер 5 м x 1,25 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и
медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного
материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных
трубок и внутривенных капельниц.


Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см

®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей-сі,
Гіонгсангнем-ду, Корея.



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Знакшпирь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластик на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см

104010271_175x26_brown_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:22:01



Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер 5 см x 2,5 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.
Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ране наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 LUXPLAST®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си, Гيونгангнем-до, Корея.
Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО "БОЛЕАР".
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru
РУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

104010271_175x26_brown_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:22:01

Пластырь на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 м x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.

Размер 5 м x 2,5 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. **Показания к применению:** Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 **LUXPLAST®**

Знак на полимерной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см

PLAST®

 **Производитель/Виробник:** Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей-сі, Гіонгсангнем-ду, Корея.

Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

РУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

Спасатель на мембранной основе LUXPHAST, размер: 5м x 1.25см



Станок на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1.25 см



Штатив на шпильке LUXPLAST, размер: 5м x 1,25см



Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см

104010251_175x15_green_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:20:02

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.
Размер 5 см x 1,25 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.
Показания к применению: закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержка катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Производитель/Выrobник: Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гвонгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Yuchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Двучон-мадон, Гимхей-си,
Гвонгсангнам-до, Корея.



Произведено по заказу и под контролем ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ране наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.
РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



104010251_175x15_green_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:20:02

Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 1,25 см

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.

Размер 5 м x 1,25 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Пластырь на нетканой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см

■  **Производитель/Виробник:** Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си,
Гيونгсангнем-до, Корея.

1°C ↑ 30°C



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

РУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Листочки на мембранной основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Глицирь на шелковой основе LUXPHAST, размер: 5 см x 2,5 см



Знакшчыра на шкювабй аснове LUXPLAST, размер: 5см x 2.5см



Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5м x 2,5см

104010291_175x26_green_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:23:50



Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.
Размер 5 м x 2,5 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.
Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 LUXPLAST®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си, Гيونсангнем-ду, Корея.
Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО "БОЛЕАР".
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru
РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

104010291_175x26_green_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:23:50

Пластырь на шелковой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.
Размер 5 см x 2,5 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 LUXPLAST®

Листочки на шелковой основе LUXPHAST, размер: 5м x 2.5см

 **Производитель/Виробник:** Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей -сі, Гіонгсангнем-ду, Корея.

Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

СТ®

Стенка из никелевой основы LUXPLAST, размер: 5 см x 1.25 см



Стандарт на пленочной основе LUXPLAST, размер: 5 м x 1.25 см



Термометр на шкеновой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см



Пластырь на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1.25 см

104010241_175x15 red_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:18:55

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.
Размер 5 см x 1,25 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и
медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного
материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных
трубок и внутривенных капельниц.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Производитель/Выrobник: Янг Кемикал Ко., Лтд.
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхо-си,
Гиемсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Джучон-мэйдон, Гимхей-си,
Гиемсангнам-до, Корея.



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО «БОЛЕАР».
115201, г. Москва, Кашмирский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или
внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите
его. При валиции волосистого покрова, удаление пластыря производите по росту волос.
РУ № XXXX.XXXXX/XXXXXX от XXX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



104010241_175x15 red_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:18:55

Пластырь на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5м x 1,25см

Арт.



Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.

Размер 5 м x 1,25 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.


Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

 LUXPLAST®

Пластырь на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 1,25 см



Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd.,
80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд.,
80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей-сі,
Гіонгсангнем-ду, Корея.



Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.
РУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.

Стасшарь на шкандой аснове LUXPLAST, размер: 5 см x 2.5 см



Знакшеры на иканиевой основе LUX PLAST, размер: 5 см x 2.5 см



Пластик на тканевом основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Старинный на механической основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2.5 см



Пластырь на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5 м x 2,5 см

104010281_175x26_red_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:22:57



Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.
Размер 5 м x 2,5 см.
Предназначены для фиксации перевязочных средств и
медицинских приспособлений. Показания к применению:
Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки
катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
материалов. Возможны аллергические реакции.
Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее
наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или
внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите
пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением
удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление
пластыря производите по росту волос.

 **LUXPLAST**®

Производитель/Виробник: Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си,
Гyeongsangnam-do, Korea/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongangnam-do, Korea/Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гимхей-си,
Гyeongsangnam-do, Korea.
Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".
Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru
РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.



Арт.

104010281_175x26_red_v5_140819.ai 1 14.08.2019 20:22:57

Пластырь на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5 см x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.

Размер 5 см x 2,5 см.

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений. Показания к применению:

Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу. Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

 LUXPLAST®

Листовая на тканевой основе LUXPLAST, размер: 5м х 2.5м

LAST®

 **Производитель/Виробник:** Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея/Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea/Янг Кемікал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Джушон-майон, Гімхей -сі, Гіонгсангнем-ду, Корея.

Произведено по заказу и под контролем ООО "БОЛЕАР".

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».


115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Годен до см. на упаковке. Срок годности 5 лет.




Арт.

Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 1,25 см



Гласиляр на целулозна основа SUPERFIX, размер: 9,1 м x 1,89 см



Производитель/Виробник:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro,
Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 904-7, 80-93 Голден рут-ро,
Джучон-миеон, Гимхе-си, Геонгсангнам-до, Корея.

Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 x 1,25 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
нетканой основе
Размер 9,1 м x 1,25 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.


Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"

Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г.
Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Старецкая на основании описи SUPERFIX, размер: 9,1 x 1,85 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 2,5 см

 **SUPERfix®**


ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

1 шт.

9,1 м x 2,5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 2,5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
нетканой основе
Размер 9,1 м x 2,5 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.

Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"

Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г.
Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Пластырь на шелковой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 2,5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 5 см

 **SUPERFIX®**

**ПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

1 шт.

9,1 м x 5 см




Гидроизоляция на цементной основе SUPERFIX, размер: 9,1м x 5см

 **SUPERFIX**

 **Производитель/Виробник:**
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93,
Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал
Ко., Лтд., 904-7, 80-93 Голден рут-ро,
Джучон-мион, Гимхе-си, Геонгсангнам-до,
Корея.

Произведено по заказу ООО "БОЛЕАР"
Уполномоченная организация/ Импортёр в
России: ООО "БОЛЕАР", 115201, г. Москва,
Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7
(495) 787-92-68

Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 м x 5 см

 **SUPERFIX**

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер 9,1 м X 5 см

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение: Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.


Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения: Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте. Срок годности 5 лет.

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX.



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX, размер: 9,1 см x 5 см




Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1 м x 1,25 см

 **SUPERfix**[®]


ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

1 шт.


1 м x 1,25 см



Стягивать на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1м x 1.25 см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1 м x 1,25 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
тканевой основе
Размер 1 м x 1,25 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.

Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"

Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1м x 1,25см

 **SUPERFIX**

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

1 шт.

1 м x 1,25 см

 2024-09
 10.09.2019
 190910

Пластырь на тканевой основе SUPERfix, размер: 1 м x 2,5 см

 **SUPERfix®**

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

1 шт.

1 м x 2,5 см



Гидрогель на микроваиб основе SUPERFIX, размер: 1м x 2,5см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1 м x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
тканевой основе
Размер 1 м x 2,5 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.


Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"

Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 1м x 2,5см




Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 1 см

 **SUPERFIX**[®]


ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

1шт.

3,3 м x 1 см



Трашмарь на иканевой основе SUPERFIX, размер: 3.3 м x 1 см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 1 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
тканевой основе
Размер 3,3 м x 1 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.


Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"


Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 1 см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 2,5 см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 2,5 см



Пластырь медицинский фиксирующий на
тканевой основе
Размер 3,3 м x 2,5 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц. **Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.


Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"


Уполномоченная организация/ Импортёр в России: 115201, г.
Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68





Наширь на шпательной основе SUPERFIX, размер: 2.2м x 2.5см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 2,5 см



Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3 м x 7,5 см



Стасмарт на иташевой основе SUPERFIX, размер: 3.3м x 7.5см

 **SUPERFIX**

 **Производитель/Виробник:**
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93,
Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал
Ко., Лтд., 904-7, 80-93 Голден рут-ро,
Джучон-мион, Гимхе-си, Геонгсангнам-до,
Корея.

Произведено по заказу ООО "БОЛЕАР"
Уполномоченная организация/ Импортёр в
России: ООО "БОЛЕАР", 115201, г. Москва,
Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7
(495) 787-92-68

Пластырь на тканевой основе SUPERFIX, размер: 3,3м x 7,5см

 **SUPERFIX**

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Размер 3,3м X 7,5см

Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение: Отрежьте нужной длины пластырь и зафиксируйте на ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.


Условия хранения: Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте. Срок годности 5 лет.
Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX.



Пластырь на тканевой основе SUPERfix, размер: 3,3 см x 7,5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 2,5 см



Гидрогель на нейлоновой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10м x 2,5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERfix в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 2,5 см

 **SUPERfix**

Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе в рулоне с разметкой
Размер 10 м x 2,5 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материала. Возможны аллергические реакции.

Применение:

1) Фиксирование полосками.

Отрежьте от рулона необходимое количество полосок нужной длины. Сгибая по длине отрезки, удалите защитный слой с пластыря и зафиксируйте ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

2) Сплошная фиксация повязки.

При выборе размера для сплошной фиксации ширина и длина отрезка пластыря должна превышать размеры наложенной повязки. Отрежьте нужную длину, согните отрезок и поочередно удалите защитный слой с пластыря. При наложении пластыря старайтесь избежать складок, загибов и заломов.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосистого покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

Условия хранения.


Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Произведено под контролем ООО "БОЛЕАР"

Уполномоченная организация/Импортёр в России: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 2,5 см



2024-09
10.09.2019
190910

Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10м x 5см



Гидроизоляция на цементной основе SUPERfix в рулоне с разрезной лентой, размер: 10 м x 5 см

 **SUPERfix**®

Срок годности 5 лет
Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Произведено под контролем и по заказу ООО "БОЛЕАР"
Уполномоченный представитель/Импортёр в России:
ООО "БОЛЕАР", 115201, г. Москва, Кавирский проезд, д. 13,
помещение XIV

 **Производитель/Выробник:**
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-
myeon, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, Korea, Rep. of Korea
Co., Ltd., 904-7, 80-93 Golden root-ro, Daejeon-myeon,
Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, Korea.

Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 5 см



ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ В
РУЛОНЕ С РАЗМЕТКОЙ
РАЗМЕР: 10 м X 5 см

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

1) Фиксирование полосками.


Отрежьте от рулона необходимое количество полосок нужной длины. Сгибая по длине отрезки, удалите защитный слой с пластыря и зафиксируйте ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

2) Сплошная фиксация повязки.

При выборе размера для сплошной фиксации ширина и длина отрезка пластыря должна превышать размеры наложенной повязки. Отрежьте нужную длину, согните отрезок и поочередно удалите защитный слой с пластыря. При наложении пластыря старайтесь избежать складок, загибов и заломов.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосного покрова, удаление пластыря проводите по росту волос.

Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 5 см



Пластырь на нетканой основе SUPERfix в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 10 см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10м x 10см



Пластырь на нетканой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10 м x 10 см



Пластырь медицинский фиксирующий
на нетканой основе в рулоне с
разметкой

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

1) Фиксирование полосками.

Отрежьте от рулона необходимое количество полосок нужной длины. Сгибая по длине отрезки, удалите защитный слой с пластыря и зафиксируйте ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

2) Сплошная фиксация повязки.

При выборе размера для сплошной фиксации ширина и длина отрезка пластыря должна превышать размеры наложенной повязки. Отрежьте нужную длину, согните отрезок и поочередно удалите защитный слой с пластыря. При наложении пластыря старайтесь избежать складок, загибов и заломов.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосистого покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

1 шт.

10 м x 10 см

Пластырь на шелковой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размер: 10м x 15см



Пластырь на клеевой основе SUPERfix в рулоне с разметкой, размер: 10м x 15см



Пластырь медицинский фиксирующий в рулоне с разметкой

Хранить в упакованном виде при температуре от +1°C до +30°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте. Срок годности 5 лет.

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX

■ **Производитель/Виробник:** YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93,
Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг
Кемикал Ко., Лтд., 904-7, 80-93 Голден рут-ро, Джучон-мион, Гимхе-си,
Геонгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу и под контролем ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченная организация/Импортёр в России: ООО «БОЛЕАР».

Юр. и факт. адрес: 115230, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV,
тел. +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

1 шт.

арт. 104010521



2024-09

10.09.2019

LOT 190910

10 м × 15 см

Пластырь на тканевой основе SUPERFIX в рулоне с разметкой, размером: 10м x 15см

15



Пластырь медицинский фиксирующий в рулоне с разметкой

Назначение: Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений.

Показания к применению: Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержки катетеров, дренажных трубок и внутривенных капельниц.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Применение:

1) Фиксирование полосками.

Отрежьте от рулона необходимое количество полосок нужной длины. Сгибая по длине отрезки, удалите защитный слой с пластыря и зафиксируйте ранее наложенную повязку или катетер, дренажную трубку или внутривенную капельницу.

2) Сплошная фиксация повязки.

При выборе размера для сплошной фиксации ширина и длина отрезка пластыря должна превышать размеры наложенной повязки. Отрежьте нужную длину, согните отрезок и поочередно удалите защитный слой с пластыря. При наложении пластыря старайтесь избежать складок, загибов и заломов.

Снятие пластырей. Захватите пинцетом или рукой угол пластыря и плавным движением удалите его. При наличии волосяного покрова, удаление пластыря производите по росту волос.

1 шт.

10 м × 15 см

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 97 листа (ов)

Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"



Е.А. Колобова