

Утверждаю

Директор ООО «Изитерм»

А.А. Спирин



«12» _____ 2018 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Термометр медицинский «С°track» по ТУ 26.60.12-001-1856789-2018




Рис. 1 – термометр медицинский «С-track». футляр, потребительская упаковка

Термометр медицинский «С°track»

по ТУ 26.60.12-001-1856789-2018

Состав:

- термометр - 1 шт.
- футляр - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Принадлежности:

- клейкие стикеры - до 10 шт.



XX.XXXX



XXXXXX



ООО "Изитерм"

630090, Россия,

Новосибирская область,

г. Новосибирск, ул. Николаева, 12,

этаж 13, бокс 13, место 58

РУ № РЗН XXXX/XXXX

www.izitherm.ru

место для нанесения штрих-кода

C°track

место для
QR-кода

Рис. 2 – макет маркировки потребительской упаковки

прошито, пронумеровано, скреплено
подписью _____ и _____

3 (три)

Директор ООО «Изи́терм» _____ А.А. _____



УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Изитерм»

А.А. Спирин

«08» июня 2021 г.

ДОПОЛНЕНИЕ

К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский «С°track» по ТУ 26.60.12-001-1856789-2018

📶 MegaFon 📶 18:28 93 % 🔋

Регистрация

C-track

Вход Регистрация

E-mail

Пароль

Зарегистрироваться

Уже зарегистрированы?

Войти

Рисунок 1 – Окно авторизации/регистрации в приложении «C-track»




Рисунок 2 – Окно создания профилей лиц, которым планируется измерять температуру

MegaFon

15:06

87 %

Имя

Дата рождения

Температура

MIN

 °C

Температура

MAX

 °C

Сохранить

Рисунок 3 – Окно ввода информации при создании нового профиля лица, которому планируется измерять температуру



Рисунок 4 – Окно отображения существующих профилей лиц, которым планируется измерять температуру




Рисунок 5 – Основное меню приложения

⬅ MegaFon 15:17 90 % 🔋

Имя

Родитель

Фамилия

Сигнал для уведомлений

Мелодия

Ring

Сохранить

Рисунок 6 – Окно ввода информации при создании профиля пользователя приложения




Рисунок 7 – Окно отображения профиля лица, которому планируется измерять температуру




Рисунок 8 – Окно сканирования QR-кода при регистрации термометра в приложении




Рисунок 9 – Окно подключения термометра к приложению после сканирования QR-кода




Рисунок 10 – Уведомление об успешном подключении термометра к приложению




Рисунок 11 – Окно отображения списка зарегистрированных в приложении термометров

⬇ MegaFon 14:58 83 % 🔋

⬅ Редактировать

Название C°track

Цвет 

 Удалить термометр

Сохранить

Рисунок 12 – Окно редактирования информации о зарегистрированном термометре




Рисунок 13 – Окно сопряжения выбранного термометра с выбранным профилем лица, которому планируется измерять температуру




Рисунок 14 – Меню создания и просмотра текстовых и голосовых заметок для выбранного профиля лица, у которого проводится измерение температуры




Рисунок 15 – Окно создания голосовой заметки




Рисунок 16 – Окно создания текстовой заметки




Рисунок 17 – Окно отображения графика измерений температуры



Рисунок 18 – Уведомление о низком заряде батареи термометра




Рисунок 19 – Футляр термометра с нанесенным знаком утверждения типа средства измерений

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

20 (двадцать) листов

Директор ООО «Изитерм»

Спирин А.А.



[Handwritten signature]