

Фотографические изображения медицинского изделия


Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM» по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

- комплектация 1 – лист 2,3
- комплектация 2 – лист 4,5
- комплектация 3 – лист 6,7

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.



ООО «Синтез Амиг Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный район, д. 40, стр. А
Телефон: (812) 757-8175
E-mail: info@amigbio.ru

Исходный материал для исследования
Специально разработанный набор реагентов для выявления
вируса SARS-CoV-2 в образцах биологического происхождения
в амплификационной системе в реальном времени
на основе технологии RT-PCR с использованием праймеров
и зондов, специфичных к геному вируса SARS-CoV-2.
Набор реагентов предназначен для использования в
автоматизированной системе для проведения
исследований.

Наименование	Материал	Единица измерения	Количество
Средство для мытья посуды	Средство для мытья посуды	1 л	1 шт.
Средство для дезинфекции	Средство для дезинфекции	1 л	1 шт.
Средство для обработки рук	Средство для обработки рук	1 л	1 шт.
Средство для обработки поверхностей	Средство для обработки поверхностей	1 л	1 шт.
Средство для обработки одежды	Средство для обработки одежды	1 л	1 шт.
Средство для обработки обуви	Средство для обработки обуви	1 л	1 шт.
Средство для обработки мебели	Средство для обработки мебели	1 л	1 шт.
Средство для обработки стен	Средство для обработки стен	1 л	1 шт.
Средство для обработки потолка	Средство для обработки потолка	1 л	1 шт.
Средство для обработки пола	Средство для обработки пола	1 л	1 шт.
Средство для обработки дверей	Средство для обработки дверей	1 л	1 шт.
Средство для обработки окон	Средство для обработки окон	1 л	1 шт.
Средство для обработки лестницы	Средство для обработки лестницы	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифта	Средство для обработки лифта	1 л	1 шт.
Средство для обработки туалета	Средство для обработки туалета	1 л	1 шт.
Средство для обработки ванной	Средство для обработки ванной	1 л	1 шт.
Средство для обработки кухни	Средство для обработки кухни	1 л	1 шт.
Средство для обработки спальни	Средство для обработки спальни	1 л	1 шт.
Средство для обработки гостиной	Средство для обработки гостиной	1 л	1 шт.
Средство для обработки прихожей	Средство для обработки прихожей	1 л	1 шт.
Средство для обработки коридора	Средство для обработки коридора	1 л	1 шт.
Средство для обработки холла	Средство для обработки холла	1 л	1 шт.
Средство для обработки вестибюля	Средство для обработки вестибюля	1 л	1 шт.
Средство для обработки лестничной клетки	Средство для обработки лестничной клетки	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой шахты	Средство для обработки лифтовой шахты	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой кабины	Средство для обработки лифтовой кабины	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтового холла	Средство для обработки лифтового холла	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой площадки	Средство для обработки лифтовой площадки	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой шахты	Средство для обработки лифтовой шахты	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой кабины	Средство для обработки лифтовой кабины	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтового холла	Средство для обработки лифтового холла	1 л	1 шт.
Средство для обработки лифтовой площадки	Средство для обработки лифтовой площадки	1 л	1 шт.

АЛКОР БИО

SARS-CoV-2-ИФА-ИГМ

Набор реагентов для выявления антител к SARS-CoV-2 в образцах крови человека в амплификационной системе в реальном времени на основе технологии RT-PCR с использованием праймеров и зондов, специфичных к геному вируса SARS-CoV-2.

Состав набора:

- 1. Средство для мытья посуды
- 2. Средство для дезинфекции
- 3. Средство для обработки рук
- 4. Средство для обработки поверхностей
- 5. Средство для обработки одежды
- 6. Средство для обработки обуви
- 7. Средство для обработки мебели
- 8. Средство для обработки стен
- 9. Средство для обработки потолка
- 10. Средство для обработки пола
- 11. Средство для обработки дверей
- 12. Средство для обработки окон
- 13. Средство для обработки лестницы
- 14. Средство для обработки лифта
- 15. Средство для обработки туалета
- 16. Средство для обработки ванной
- 17. Средство для обработки кухни
- 18. Средство для обработки спальни
- 19. Средство для обработки гостиной
- 20. Средство для обработки прихожей
- 21. Средство для обработки коридора
- 22. Средство для обработки холла
- 23. Средство для обработки вестибюля
- 24. Средство для обработки лестничной клетки
- 25. Средство для обработки лифтовой шахты
- 26. Средство для обработки лифтовой кабины
- 27. Средство для обработки лифтового холла
- 28. Средство для обработки лифтовой площадки
- 29. Средство для обработки лифтовой шахты
- 30. Средство для обработки лифтовой кабины
- 31. Средство для обработки лифтового холла
- 32. Средство для обработки лифтовой площадки

Исходный материал для исследования
Специально разработанный набор реагентов для выявления
вируса SARS-CoV-2 в образцах биологического происхождения
в амплификационной системе в реальном времени
на основе технологии RT-PCR с использованием праймеров
и зондов, специфичных к геному вируса SARS-CoV-2.
Набор реагентов предназначен для использования в
автоматизированной системе для проведения
исследований.

Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека SARS-CoV-2ИФА-IgM

серия № 004
годен до 2022-01-15
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Н (20X)

объем 50 мл
серия № H086
годен до 2022-09-30
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

SARS-CoV-2ИФА-IgM

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM» по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

LOT E004Z1 2020-10-16
REF 200-73 2021-06-16
IVD
ТУ 21.20.23-546-98539446-2020
РУ №



Состав набора:

- Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека 1 упак.
- Отрицательная контрольная проба 1 фл.
- Положительная контрольная проба 1 фл.
- Буфер А 1 фл.
- Конъюгат Е 1 фл.
- Буфер Н (20X) 1 фл.
- Раствор ТМБ 1 упак.
- Стоп-реагент 1 фл.
- Одноразовый наконечник 1 фл.
- Одноразовая ваточка 1 фл.
- Пленка для ИФА планшетов 1 фл.
- Пакет закрывающийся полиэтиленовый 1 фл.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
финского изделия для диагностики in vitro
тентов для качественного иммуноферментного
иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2
сыворотке и плазме крови человека
«SARS-CoV-2ИФА-IgM»
по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

«SARS-CoV-2ИФА-IgM» предназначен для
иммуноферментного определения
класса М антител к вирусу SARS-CoV-2 в
сыворотке и плазме крови человека (содержит литиевую соль
трифтороуксусной кислоты (ТФА) человека.
Вывод: не предназначен для диагностики в животных, но в

Стоп-реагент

объем 50 мл
серия № 551a
годен до 2023-09-16
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Срок годности
Состав набора				
Отрицательная контрольная проба	прозрачная или мутная жидкость желтого цвета, готова к использованию	1 фл. (1,8 мл)	004	соответствует
Положительная контрольная проба	прозрачная или мутная жидкость красного цвета, готова к использованию	1 фл. (2,3 мл)	004	соответствует
Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека (k12 лунки)	стрипы из прозрачного бесцветного пластика в рамке из белого поликарбоната, готовы к использованию	1 комплект	004	соответствует
Буфер А	прозрачная или мутная жидкость бесцветного цвета, готова к использованию	1 фл.	004	соответствует
Конъюгат Е	прозрачная или мутная жидкость розово-красного цвета, готова к использованию	1 фл.	004	соответствует
Буфер Н (20X)	прозрачная бесцветная жидкость, готова к использованию	1 фл.	004	соответствует
Раствор ТМБ	прозрачная бесцветная или бледно-желтого цвета, жидкость, готова к использованию	1 упак.	004	соответствует

8-2.2025-10

Карты (группы картонных) 8.1		Карты (Алиот) 8.1	
Наименование реагента	Формат и форма выпуска	Концентрация	Срок годности
Состав набора			
Отрицательная контрольная проба	препарат для мутной жидкости желтого цвета, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Положительная контрольная проба	препарат для мутной жидкости розового цвета, готов к использованию	1 фл (2,3 мл)	054
Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека (H21) (10 шт)	стрипы из прозрачного бесцветного пластика в рамке из белого пластика, готовы к использованию	2 шт	054
Буфер А	препарат для мутной жидкости розового цвета, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Буфер Е	препарат для мутной жидкости розового цвета, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Буфер Н (20X)	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Раствор ТМБ	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Стоп-реагент	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 фл (по 1,8 мл)	054
Одноразовый наконечник	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 шт	054
Пленка для ИФА	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 шт	054
Пакет закрывающийся полиэтиленовый	препарат бесцветный или бледно-розовый, готов к использованию	2 шт	054


ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

SARS-CoV-2 ИФА-IgM

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2 ИФА-IgM» по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020


Состав набора:

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека | 2 упак | 7. Раствор ТМБ | 2 фл |
| 2. Отрицательная контрольная проба | 2 фл | 8. Стоп-реагент | 2 фл |
| 3. Положительная контрольная проба | 1 фл | 9. Одноразовый наконечник | 16 шт |
| 4. Буфер А | 2 фл | 10. Одноразовая ванночка | 2 шт |
| 5. Конъюгат Е | 2 фл | 11. Пленка для ИФА планшетов | 4 шт |
| 6. Буфер Н (20X) | 2 фл | 12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт |




Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека
SARS-CoV-2 ИФА-IgM

серия № 004
годен до 2022-01-15
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro



СТРУКТУРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
этого изделия для диагностики in vitro
для качественного иммуноферментного
определения М к коронавирусу SARS-CoV-2
в сыворотке и плазме крови человека
«SARS-CoV-2 ИФА-IgM»
ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

IE
SARS-CoV-2 ИФА-IgM предназначен для
иммуноферментного определения
класса М к коронавирусу SARS-CoV-2 в
сыворотке (цитрат натрия 3,2%, литиевая соль
и соль гепарина, К₂ЭДТА, К₃ЭДТА) человека.
ИФА – семейство РНК-содержащих вирусов,
вызывающих заболевание у человека.



Наименование	Единица измерения	Количество	Срок годности	Срок хранения
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.
Сыворотка для исследования	мл	100	12 мес.	12 мес.

Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования

Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования
Сыворотка для исследования

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

SARS-CoV-2 ИФА-ИГМ

ИФА-ИГМ-анализ для выявления антител к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека. КЭД № 2022-01-16
по ТУ 21.20.23-546-003/ИФА-ИГМ-2023

СОСТАВ НАБОРА:

1. Сыворотка с моноклональными антителами к IgM человека	5 флак.	7. Раствор ТМС	1 фла.
2. Оптимизированная контрольная сыворотка	5 фла.	8. Сыв. референс	3 фла.
3. Плазменная контрольная сыворотка	2 фла.	9. Окислительный ингибитор	32 шт.
4. Буфер А	5 фла.	10. Окислительная ваточка	4 шт.
5. Конъюгат Е	5 фла.	11. Пластина для ИФА-испытания	10 шт.
6. Буфер Н (20х)	3 фла.	12. Пластиковый контейнер	5 шт.



ИСТОЧНИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
анализа для выявления антител к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека. КЭД № 2022-01-16
по ТУ 21.20.23-546-003/ИФА-ИГМ-2023

Сыворотка с моноклональными антителами к IgM человека
SARS-CoV-2 ИФА-ИГМ
серия № 004
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Буфер Н (20х)
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Буфер А
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Конъюгат Е
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Окислительный ингибитор
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Окислительная ваточка
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Пластина для ИФА-испытания
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Пластиковый контейнер
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Раствор ТМС
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Сыворотка референс
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Сыворотка для исследования
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Сыворотка для исследования
объем 100 мл
срок годности 12 мес.
срок хранения 12 мес.
температура хранения +2...+8°C
температура транспортировки +2...+8°C
температура использования +2...+8°C
температура хранения в холодильнике +2...+8°C
температура хранения в морозильнике -18°C

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2 (с.м.б) лист об

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев




Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме
крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM»
по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020**

- Внешняя этикетка, комплектация 1 – лист 2
- Внутренние этикетки, комплектация 1 – лист 3
- Внешняя этикетка, комплектация 2 – лист 4
- Внутренние этикетки, комплектация 2 – лист 5
- Внешняя этикетка, комплектация 3 – лист 6
- Внутренние этикетки, комплектация 3 – лист 7

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

«SARS-CoV-2ИФА-IgM»

Внешняя этикетка

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Комплектация 1

Кат № 200-73

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru
F1
Для профессионального применения
V003LOT
E004Z1

SARS-CoV-2ИФА-IgM



2022-01-14



2 000027 669608

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО**SARS-CoV-2ИФА-IgM**

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM» по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

LOT E004Z1 2029-10-16
REF 200-73 2021-06-16
IVD
Σ 96
Biohazard symbol

ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

РУ №


**Состав набора:**

- | | | | |
|---|---------|--|--------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека | 1 упак. | 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 2. Отрицательная контрольная проба | 1 фл. | 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 3. Положительная контрольная проба | 1 фл. | 9. Одноразовый наконечник | 16 шт. |
| 4. Буфер А | 1 фл. | 10. Одноразовая ванночка | 2 шт. |
| 5. Конъюгат Е | 1 фл. | 11. Пленка для ИФА планшетов | 2 шт. |
| 6. Буфер Н (20X) | 1 фл. | 12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

2 000027 669608

SARS-CoV-2ИФА-IgM



2022-01-14

LOT
E004Z1

Для профессионального применения

V003

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

«SARS-CoV-2ИФА-IgM»

Внутренние этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Комплектация 1

Кат № 200-73

АЛКОР БИО
Стрипы с моноклональными
антителами к IgM человека
SARS-CoV-2ИФА-IgM

серия № 004
годен до 2022-01-15
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM
объем 1,8 мл годен до 2022-01-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM
объем 2,3 мл годен до 2022-01-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-IgM
объем 13 мл
серия № 004
годен до 2022-01-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-IgM
объем 14 мл
серия № 004
годен до 2022-01-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
годен до 2022-09-30
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 137AB
годен до 2022-05-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 50 мл
серия № 551a
годен до 2023-09-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

«SARS-CoV-2ИФА-IgM»

Внешняя этикетка



Комплектация 2


Кат № 200-83

SARS-CoV-2ИФА-IgM

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM»
по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

Состав набора:

1. Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека	2 упак.	7. Раствор ТМБ	2 фл.
2. Отрицательная контрольная проба	2 фл.	8. Стоп-реагент	2 фл.
3. Положительная контрольная проба	1 фл.	9. Одноразовый наконечник	16 шт.
4. Буфер А	2 фл.	10. Одноразовая ванночка	2 шт.
5. Конъюгат Е	2 фл.	11. Пленка для ИФА планшетов	4 шт.
6. Буфер Н (20Х)	2 фл.	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	2 шт.



SARS-CoV-2ИФА-IgM

LOT E004Z2



2022-01-15

ТУ 21.20.23-546-98539446-2020
РУ №

Для профессионального применения

V003

F1




2 000027 668175



2 000027 668175

SARS-CoV-2ИФА-IgM



2022-01-15

LOT E004Z2

ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

РУ №

Для профессионального применения

V003

F1

Комплектация 2

Кат № 200-83

Стрипы с моноклональными
антителами к IgM человека
SARS-CoV-2ИФА-IgM

серия № **004**
 годен до 2022-01-15
 хранить при +2...+8 °C
 готовы к использованию
 только для диагностики in vitro

Стрипы с моноклональными
антителами к IgM человека
SARS-CoV-2ИФА-IgM

серия № **004**
 годен до 2022-01-15
 хранить при +2...+8 °C
 готовы к использованию
 только для диагностики in vitro

Буфер Н (20X)

объем 50 мл
 серия № H086
 годен до 2022-09-30
 хранить при +2...+8 °C
 950 мл дист. воды
 только для диагностики in vitro

Отрицательная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 1,8 мл годен до 2022-01-16
 серия № 004 хранить при +2...+8 °C
 готова к использованию
 только для диагностики in vitro

Отрицательная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 1,8 мл годен до 2022-01-16
 серия № 004 хранить при +2...+8 °C
 готова к использованию
 только для диагностики in vitro

Положительная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 2,3 мл годен до 2022-01-16
 серия № 004 хранить при +2...+8 °C
 готова к использованию
 только для диагностики in vitro

Буфер Н (20X)

объем 50 мл
 серия № H086
 годен до 2022-09-30
 хранить при +2...+8 °C
 950 мл дист. воды
 только для диагностики in vitro

Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 13 мл
 серия № 004
 годен до 2022-01-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Буфер А
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 13 мл
 серия № 004
 годен до 2022-01-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 14 мл
 серия № 004
 годен до 2022-01-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
SARS-CoV-2ИФА-IgM
 объем 14 мл
 серия № 004
 годен до 2022-01-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Стоп-реагент
 объем 50 мл
 серия № 551a
 годен до 2023-09-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Стоп-реагент
 объем 50 мл
 серия № 551a
 годен до 2023-09-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ
 объем 14 мл
 серия № 137AB
 годен до 2022-05-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ
 объем 14 мл
 серия № 137AB
 годен до 2022-05-16
 хранить при +2...+8 °C
 готов к использованию
 только для диагностики in vitro

«SARS-CoV-2ИФА-IgM»

Внешняя этикетка



Комплектация 3

Кат № 200-84

SARS-CoV-2ИФА-IgM

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов М к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgM»
по ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

Состав набора:

1. Стрипы с моноклональными антителами к IgM человека	5 упак.	7. Раствор ТМБ	1 фл.
2. Отрицательная контрольная проба	5 фл.	8. Стоп-реагент	3 фл.
3. Положительная контрольная проба	2 фл.	9. Одноразовый наконечник	32 шт.
4. Буфер А	5 фл.	10. Одноразовая ванночка	4 шт.
5. Конъюгат Е	5 фл.	11. Пленка для ИФА планшетов	10 шт.
6. Буфер Н (20Х)	3 фл.	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	5 шт.

LOT E004Z3**REF** 200-84


2020-10-16

2021-06-18

IVD

+2/+8 °C

Σ 480

**SARS-CoV-2ИФА-IgM**

2022-01-16

LOT E004Z3

ТУ 21.20.23-546-98539446-2020

РУ №

Для профессионального применения
F1

V003

«SARS-CoV-2ИФА-IgM»

Внутренние этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Комплектация 3

Кат № 200-84

АЛКОР БИО

Стрипы с моноклональными
антителами к IgM человека

SARS-CoV-2ИФА-IgM

серия № 004

годен до 2022-01-15

хранить при +2...+8 °C

готовы к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-5 см.

АЛКОР БИО

Отрицательная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM

объем 1,8 мл годен до 2022-01-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию

только для диагностики in vitro



-5 см.

АЛКОР БИО

Положительная контрольная проба
SARS-CoV-2ИФА-IgM

объем 2,3 мл годен до 2022-01-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию

только для диагностики in vitro



-2 см.

АЛКОР БИО

Буфер А

SARS-CoV-2ИФА-IgM

объем 13 мл

серия № 004

годен до 2022-01-16

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-5 см.

АЛКОР БИО

Конъюгат Е

SARS-CoV-2ИФА-IgM

объем 14 мл

серия № 004

годен до 2022-01-16

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-5 см.

АЛКОР БИО

Буфер Н (20X)

объем 100 мл

серия № H086

годен до 2022-09-30

хранить при +2...+8 °C

1900 мл дист. воды

только для диагностики in vitro

V003

-3 см.

АЛКОР БИО

Раствор ТМБ

объем 100 мл

серия № 137AB

годен до 2022-05-16

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО

Стоп-реагент

объем 100 мл

серия № 551a

годен до 2023-09-16

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-3 см.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 (см) лист 06

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Д.Г. Польшцев