

Телефон: +7 (495) 105-89-16
e-mail: info@rapidbio.ru

ИД БИО

до ул. Свердловская дом 13а,
при инновационного центра
2.

ПОРТ КАЧЕСТВА

Набор реагентов
«Экспресс-ВЭК SARS-CoV-2-ИФА»
для диагностики in vitro
методом иммуноферментного анализа
глюкопротеина S SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме и цельной (капиллярной) крови человека
глюкопротеина S SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме и цельной (капиллярной) крови человека

Серия LSVZ20L01
ТУ 21 20 23-005-4490553-2021

РУ

Каталожный номер LCV100

Номер серии LSVZ20L01

Дата производства 2021-01

Срок годности 2022-02

Условия хранения: Набор реагентов
«Экспресс-ВЭК SARS-CoV-2-ИФА» должен храниться при
температуре +2°C - +20°C в течение всего срока годности.
Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не
подлежит.

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД НАБОРА

Наименование	Характеристика и нормы	Результаты контроля
Тест-картридж	Пластиковый контейнер прямоугольной формы с двумя отверстиями, в который помещен тест-полоска	Соответствует
Флуоресцентная жидкость с буферным раствором	Пластиковый флакон-капельница, содержащий 3,0 мл буферного раствора	Соответствует
Салфетка спиртовая	Салфетка дезинфицирующая, с раствором спирта	Соответствует
Скарификатор	Скарификатор одноразовый для забора образцов капиллярной крови из пальца	Соответствует
Пластиковая палочка для переноса образцов: нестерильная	Одноразовая нестерилизованная нестерильная пластиковая палочка для внесения в тест-картридж биологического образца, разведенного в буферном растворе	Соответствует
Инструкция по применению	Инструкция, 1 шт.	Инструкция, 1шт. (соответствует)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
pH буферного раствора	В пределах 7,3 - 7,5	7,4 (соответствует)
Время достижения устойчивых визуальных результатов, мин	Не более 10-20 мин	15 мин (соответствует)
Чувствительность по образцам стандартной панели предприятия не содержащих IgG к SARS-CoV-2, %	100	100 (соответствует)
Специфичность по образцам стандартной панели предприятия, содержащих IgG к SARS-CoV-2, %	100	100 (соответствует)

Заключение: контроль качества набора проведен в соответствии с ТУ 21 20 23-005-4490553-2021. Состав и внешний вид набора, технические характеристики показывают правильности определения соответствия заявленным ТУ

Ответственный исполнитель:
Заведующий отделом контроля качества

Одобрено Д.С.

Хулиев Г.А.

11/01/21

④

Mathematical Properties

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

NOT LISTED
DATE
1974
10-10
1974

Certified seedlings

Ammonium nitrate is a hydrophilic polyelectrolyte (2.0 mM) - 1 mM

Campbell's compression (P_V) per square inch = 1 unit
Campbell's shear compression (P_V) per square inch = 1 unit
Campbell's tensile compression (P_V) per square inch = 1 unit

These results are not surprising, given the expected coplanarity of the

These TV plays are now available on video — 1 each.

Journal of the American Statistical Association 95(472): 1073-1082

THESE

卷一百一十五

36


四下卷：1874年

天



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.



for information call
800.747.2626, ext. 2000. Fax 800.747.2626.

Состав наборов:

Testes: 20 mg

400-444-4444

STAY WITH US ON TV

Py P34 2D(64 2D) = 20

Copyright © 1999, Kluwer Academic Publishers

Присоединяйтесь к нам

Анализ результатов исследования - 20 стр.

(Narciso -) 1971

Исследования по проблеме: 1. И

CONT

5

TOP SECRET

Экспресс-БАК SARS-CoV-2-ИХА

LOT LSVZ20.01 REF LSV100 IVD +2°C/+30°C Σ20

2021-11
Годен до 2022-12



Фонд содействия
ИННОВАЦИЯМ

Производитель ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва,
Территория инновационного центра «Сколково»
Большой бульвар д. 42 стр. 1 пом. 912
Тел: +7 (495) 105-99-16 www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

РУ № _____ от _____



ООО «РАПИД БИО» 670017 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова дом 3а, офис 4

Представитель производителя
ООО «Авивир»
141401, Московская обл. г. Химки ул. Рабочая д. 2А стр. 1 этаж/
пом. 2/7 Тел: (495) 925-30-74

20 штук
в индивидуальной упаковке

AVIVIR
Rapid Bio



Rapid Bio

Экспресс-БАК SARS-COV-2-ИХА

ТЕСТ тест-картридж

REF LSV101

готов к использованию

LOT LSVZ20L01

2021-01

MD -2021-01

Sk
Скариус

2022-02




Rapid Bio

Экспресс-БАК SARS-COV-2-ИХА

ТЕСТ

тест-картридж

РЕФ

LSV101

готов к использованию

LOT

 2021-01 2022-02

MD




Rapid Bio

C T








C T S

NEG POS

COVID-19
Vaccine



ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ
ООО «АВАНТАРА»
Полное наименование: ООО «Авантара»
Юридический адрес: 101121, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1
ИНН 50/012/001, ОГРН 1045001001001
Сайт: www.avantara.ru

Сафетка антисептическая спиртовая (70% этиловый спирт) 1/М
Однократного применения
Партия и дата изготовления 01.06.2020

Количество: 20 шт.
Масса нетто: 0,02±3%
Размеры салфетки: 30*60 мм
ТУ 9393-001-56176857-2015 РВ № РВН 2016/4620 от 21.11.2016
Срок годности: 5 лет
Упаковка: 5 шт.
(по классу, по дезинфицирующей способности)
Хранить при температуре от -20 до +20°C
Вдали от нагревательных приборов








Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.