

**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия:**

**Набор контролей низкого значения VITROS высокочувствительный Тропонин I
(VITROS hs Troponin I Low Control) для иммунодиагностического определения
сердечного тропонина I методом усиленной хемилюминесценции
на анализаторах серии VITROS в составе**

с принадлежностями необходимыми для применения медицинского изделия по назначению


Наименование: Набор контролей низкого значения VITROS высокочувствительный Тропонин I (VITROS hs Troponin I Low Control) для иммунодиагностического определения сердечного тропонина I методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS в составе.


Назначение: для подтверждения качества анализа при иммунодиагностическом количественном определении сердечного тропонина I (сTnI) в сыворотке и плазме человека (с гепарином) на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600).

Регистрационное удостоверение в РФ:
Уполномоченная

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г. Одинцово, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, лит. А,А
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Версия 1





ВСЕГО 4 листа
«25» Февраля 2021 г.

Генеральный Директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

