

Фотографические изображения

Медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии

BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II))

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

М.П.

Силкин О.В.



Чэнь Син

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 20.08.2008

β2-MG II

β2-Microglobulin Kit
(Latex Immunoturbidimetric Method)

Набор для определения β2-микроглобулина (латекс-иммунотурбидиметрический метод)

Kit de β2-Microglobulina (Método Imunoturbidimétrico de Látex)

Kit de β2-microglobulina (Método imunoturbidimétrico con látex)

Kit per β2 Microglobulina (metodo immunoturbidimetrico con lattice)


β2-Mikroglobulin Kiti (Lateks İmmünoturbidimetrik Yöntem)

R1:1×40 mL R2:1×12 mL Calibrator(for Serum):5×0.5 mL


REF BMG II 0302

P/N: 105-007685-00

LOT 147320004



2021-07-05



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany





eGEPD3yQ7YBZW
R1 0004 0D6F 2107

β 2-MG II

β 2-MG II
R1

For urine

R1

40 ml

LOT

148120004



2021-07-05

IVD

CE



Protect from light

mindray



R2 0004 0D7F 2107 Ddyq5XUKWWnT8

β 2-MG II

R2 12 ml

LOT 148120004

2021-07-05

LOT



CE

IVD



Protect from light

mindray

For urine

β2-MG II

β2-Microglobulin Kit

(Latex Immunoturbidimetric Method)

Набор для определения β2-микроглобулина (латекс-иммунотурбидиметрический метод)

Kit de β2-Microglobulina (Método Imunoturbidimétrico de Látex)

Kit de β2-microglobulina (Método inmunoturbidimétrico con látex)

Kit per β2 Microglobulina (metodo immunoturbidimetrico con lattice)

β2-Mikroglobulin Kiti (Lateks İmmünoturbidimetrik Yöntem)

R1:2×40 mL R2:2×12 mL Calibrator(for Serum):5×0.5 mL

REF BMG II 0303

P/N: 105-007686-00


LOT 147319007




2020-12-14





SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China






Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Protect from light







β 2-MG II

β 2-Microglobulin Kit

(Latex Immunoturbidimetric Method)

Набор для определения β 2-микроглобулина (латекс-иммунотурбидиметрический метод)

Kit de β 2-Microglobulina (Método Imunoturbidimétrico de Látex)

Kit de β 2-microglobulina (Método imunoturbidimétrico con látex)

Kit per β 2 Microglobulina (metodo immunoturbidimetrico con lattice)

β 2-Mikroglobulin Kiti (Lateks İmmünoturbidimetrik Yöntem)

R1:2×40 mL R2:2×12 mL Calibrator(for Serum):5×0.5 mL

REF BMG II 0304

P/N: 105-007687-00


LOT 147320001




2021-05-02






SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Protect from light







по ДЗЗЕРЧ.10071 от 20.08.20г
Силкин О.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй



Сюнь Вэй
«26» _____ 2021г.

по доверенности от 11.05.21 г.
СЫСоева Н.В.

Дополнительные фотографические изображения

На Медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II))

BMGII0302

РЛН: 105-007685-00

Наименование изделия на этикетке считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II)):

Вариант исполнения BMGII0302:

- реагент R1, 40 мл - 1 шт.;
- реагент R2, 12 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) а (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) a), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) б (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) b), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) с (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) c), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) d (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) d), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) е (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) e), 0,5 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора
- инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Для применения с анализаторами моделей: BS-200E, BS-230, BS-240, BS-240Pro

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39, info.ru@mindray.com

mindray

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen City, P. R. China
Tel: 86-755-86000000 Fax: 86-755-86000000

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II)), вариант исполнения BMGII0302»

BMGII0303

РЛН: 105-007686-00

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-**иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии****BS (β 2-Microglobulin Kit (β 2-MG II)):****Вариант исполнения BMGII0303:**

- реагент R1, 40 мл - 2 шт.; - реагент R2, 12 мл - 2 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) а (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) a), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) b (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) b), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) c (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) c), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) d (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) d), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) e (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) e), 0,5 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора; - инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.**Только для диагностики in vitro****Для профессионального применения****Для применения с анализаторами моделей: BS-380, BS-400, BS-480, BS-600.****Производитель:** Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China**Уполномоченный представитель производителя:** ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39, info.ru@mindray.com

For In Vitro Diagnostic Use

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Kit (β 2-MG II)), вариант исполнения **BMGII0303»**

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

BMGII0304

P/N: 105-007687-00



Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II)):

Вариант исполнения BMGII0304:

- реагент R1, 40 мл - 2 шт.; - реагент R2, 12 мл - 2 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) а (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) a), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) б (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) b), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) с (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) c), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) д (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) d), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β2-микроглобулина (для сыворотки) е (β2-Microglobulin Calibrator (for Serum) e), 0,5 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора; - инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Для применения с анализаторами моделей: BS-800, BS-800M1, BS-800M2.

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36. факс: (499) 553-60-39.

info.ru@mindray.com

Этикетка для поставок в РФ на «Набор реагентов для количественного определения бета-2-микроглобулина в сыворотке крови или моче человека методом латекс-иммунотурбидиметрического анализа на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Kit (β2-MG II)), вариант

исполнения **BMGII0304**»

Прошито и скреплено

печатью 4 листов

