

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител к антигену «е»
вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке
и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВе Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBe Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



07P6310



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител к антигену «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Анти-НВе Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBe Controls)»

В составе: Контроль «-» (Alinity i Anti-HBe Control -) - 1 флакон x 8,0 мл; Контроль «+» (Alinity i Anti-HBe Control +) - 1 флакон x 8,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка МИ Анти-НВе Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBe Controls)

670247 R03



Anti-HBe Ctrls


Alinity i Anti-HBe Controls



			RANGE	
		S/CO	% INHIBITION	
CONTROL -	1 x 8.0 mL	1.30 - 2.70	-35.0 - 35.0	
CONTROL +	1 x 8.0 mL	0.21 - 0.80	60.0 - 89.5	




CONTAINS: AZIDE



PRODUCT OF GERMANY



Anti-HBe Ctrls



Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (Alinity i Anti-HBe Control -)



- Контроль «+» (Alinity i Anti-HBe Control +)



Всего прошито, пронумеровано


и скреплено печатью

_____ листов




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител к антигену «е» вируса
гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВе Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBe Controls)»**



Anti-Jello Cuts
2020-02-19
041178E5D
041178E5D (11) 20219
041178E5D (20) 0175215





Created 4/24/2016

NAME _____

NAME _____
 Activity 1 Answer Questions (also referred to as Anti-Hero Quiz)

INTENDED USE

INTENDED USE
The *Abbott 1 Anti-HBe Control* is for the verification of the accuracy and precision of the *Abbott 1* analyzer when used for the qualitative detection of antibody to hepatitis B e antigen (anti-HBe) in human serum and plasma.

For additional information, refer to the Affinity i Anti-HBc reagent package insert and the Affinity ci-series Operations Manual.

CONTENTS

CONTROL + contains reconstituted nonreactive human plasma.
CONTROL + contains reconstituted human plasma and is reactive for anti-HBe

Anti-HBe Ctrls



www.elsevier.com/locate/ymbs

R02

07P6310

2020-07-16

076168800

(01) 00380740129958 (17) 202716
(10) 075188500 (240) 07P8310

en

A-105-8483-00

1994: 0796310

G741BAR02

C7P630

[illegible]

The following warnings and precautions apply:

CONTROL - and CONTROL +


Contains sodium azide.

EUH032	Contact with acids liberates very toxic gas.
--------	--

0501

Dispose of contents / container in accordance with local regulations.

Safety Data Sheets are available at www.aboundingsystems.com or contact your local representative.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

