


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения антител класса IgG к токсоплазме
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "Toxo антитела IgG Контрольные
материалы (Alinity i Toxo IgG Controls)"**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Toxo IgG Controls

		CONC	RANGE
		IU/mL	IU/mL
CONTROL -	1 x 8.0 mL	-	≤ 0.5
CONTROL + 1	1 x 8.0 mL	6.0	3.0 - 9.0
CONTROL + 2	1 x 8.0 mL	120.0	60.0 - 180.0



CONTAINS: AZIDE


Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


IVD

CE
0088

PRODUCT OF GERMANY

Фотографическое изображение открытой упаковки Тохо антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i Toxo IgG Controls)






Фотографическое изображение флаконов Тохо антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i Toxo IgG Controls)



Зсего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5/17.2.2016 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения антител класса IgG к токсоплазме
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "Toxo антитела IgG Контрольные
материалы (Alinity i Toxo IgG Controls)"**



REF 07P45-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения антител класса IgG к токсоплазме иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"Тохо антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i Toxo IgG Controls)"

В составе:

- Отрицательный контроль (Alinity i Toxo IgG Negative Control) – 1 x 8,0 мл
- Положительный контроль 1 (Alinity i Toxo IgG Positive Control 1) – 1 x 8,0 мл
- Положительный контроль 2 (Alinity i Toxo IgG Positive Control 2) – 1 x 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205, Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № ____ / ____ от ____ / ____

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171,

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G706511R02



REF 07P4510

www.abbottdiagnostics.com/IFU



Toxo IgG Ctrls

Alinity i Toxo IgG Controls



		CONC	IU/mL	RANGE	IU/mL
CONTROL -	1 x 8.0 mL	-	-	≤ 0.5	
CONTROL +1	1 x 8.0 mL	6.0		3.0 - 9.0	
CONTROL +2	1 x 8.0 mL	120.0		60.0 - 180.0	




CONTAINS: AZIDE




PRODUCT OF GERMANY


Toxo IgG Ctrls




Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия



07P45L
8.0 mL
G70664R01



07P45M
8.0 mL
6.0 IU/mL
G70665R01



07P45N
8.0 mL
120.0 IU/mL
G70666R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31/01/2017 листов а

Подпись

