



Фотографические изображения медицинского изделия

Реагент для качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM) (LOT 971287)

2021 г.














ACCESS SARS-CoV-2 IgM



REF C58957

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx Only. 2 reagent packs R1, for the qualitative detection of SARS-CoV-2 IgM antibodies in human serum and plasma using the Access Immunoassay Systems. Reactive Ingredients: Paramagnetic particles coated with mouse anti-human IgM antibody in TRIS buffer with surfactant, and protein (bovine) 3.3 mL (R1a), MES buffer, surfactant, and protein (bovine) 12.3 mL (R1b), MES buffer with recombinant SARS-CoV-2 protein alkaline phosphatase conjugate, surfactant, and protein (bovine) 9.2 mL (R1c)

Emergency Use Authorization.

May be covered by one or more pat. – see www.beckmancoulter.com/patents.

CONTENTS	3.3 mL	R1a
	12.3 mL	R1b
	9.2 mL	R1c

C68102 AA



beckmancoulter.com/techdocs

Фотографическое изображение медицинского изделия. Макет маркировки на русском языке.



Регистрационное удостоверение:
XXXXXX от XXXXXXXX

Реагент для качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохемилюминесцентной серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM) (LOT 971287)

Реагент для качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом (Access SARS-CoV-2 IgM) (LOT 971287);

Состав:

2 реагентных картриджа по 100 тестов.

R1a: Пермагнитные частицы, покрытые антителами мыши к IgM человека в буфере TRIS с сурфактантом, белком (бычий), <0,1% азиды натрия и 0,1% ProCln 300.
R1b: Буфер MES, сурфактант, белок (бычий), <0,1% азиды натрия и 0,1% ProCln 300.
R1c: Буфер MES с рекомбинантным конъюгатом белка SARS-CoV-2 со щелочной фосфатазой, сурфактантом, белком (бычий), <0,1% азиды натрия и 0,1% ProCln 300.

Кат. номер:

C58957

Лот:

см. на упаковке

Срок годности:

см. на упаковке

Страна происхождения:

см. на упаковке

Форма поставки:

2 картриджа на 100 тестов каждый

«Осторожно»

Производитель:

Бешмен Культер, Инк., 250 С. Крамер Бульвар, Брел, штат Калифорния 92821 США
Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Бешмен Культер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3

H317, H412,

P273, P280,

P333+P313,

P362+P364

10° C
2° C

C58957_RUS_v1



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

7 ЛИСТОВ

