Утверждено/approved by

Мёлнлике Хелс Кеа АБ, Швеция /Mölnlycke Health Care AB

Директор отдела глобального
нормативно-правового регулирования /
Global Regulatory Affairs Director
*(должность/position)*

Кристина Люинг / Christina Lewing
*(имя/name)*

*(подпись/signature)*

« 10 » 2 2021

*«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)*

*М.П. / Stamp*

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080
SE-402 52 GÖTEBORG
SWEDEN

Instruction for use

Soft silicone tape Mepitac® with Safetac® technology

Повязка фиксирующая пластырного типа Mepitac®

с мягким силиконовым покрытием Safetac®

Инструкция по применению

NOTARIUS PUBLICUS GÖTEBORG

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080
SE-402 52 GÖTEBORG
SWEDEN

Notarization, see overleaf

Apostille, see overleaf

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

NOTARIUS PUBLICUS I GÖTEBORG

I, the undersigned, AXEL WEIBULL, Notary Public of Göteborg, Sweden, do hereby certify that

**Christina Lewing,**

has personally signed this document overleaf.

Göteborg, this 10th day of February 2021
Ex officio:

Axel Weibull
Exp. No: 211813

Drottninggatan 38 / Box 11911, 404 39 Göteborg,
Tel: 031-7991090, e-mail: notarius.publicus@lindahl.se

NOTARIUS PUBLICUS I GÖTEBORG

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden
   This public document
2. has been signed by **Axel Weibull**
3. acting in the capacity of the Notary Public of Göteborg, Sweden
4. bears the seal/stamp of the Notary Public of Göteborg, Sweden

Certified

5. at Göteborg, Sweden
6. this 10th day of February 2021
7. by Shervin Shikhan,
   Notary Public of Göteborg, Sweden
8. No. 211813-21

9. Seal/stamp
10. Signature

Drottninggatan 38 / Box 11911, 404 39 Göteborg, Tel: 031-7991090 e-mail: notarius.publicus@lindahl.se

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Mölnlycke®

# Mepitac®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY




Single use
Usage unique

See instructions for use
Voyez le mode d'emploi

CE

Manufacturer/Производитель

**Mölnlycke Health Care AB**

**Gamlestadsvägen 3C, Box 13080**

**SE-402 52 Göteborg, Sweden**

**www.molnlycke.com**



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| Наименование медицинского изделия | The name of medical device |
|---|---|
| Повязка фиксирующая пластырного типа Mepitac® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, типоразмерный ряд:<br>- 2 см x 3 м;<br>- 4 см x 1,5 м.<br>(Далее по тексту: «изделие», «Mepitac®», «Пластырь Mepitac®»). | Soft silicone tape Mepitac® with Safetac®technology in different sizes:<br>-2 cm x 3 m;<br>- 4 cm x 1,5 m.<br>(Hereinafter – «device», «Mepitac®», «silicone tape Mepitac®»). |
| **Описание изделия**<br>Пластырь Mepitac® плотно прилегает к коже, легко накладывается и снимается. Изделие подходит для пациентов, нуждающихся в многократном наложении и удалении, поскольку пластырь легко отстает от кожи и волос на теле, обеспечивает надежную фиксацию и оставляет минимальные следы после удаления. При необходимости осмотра или изменения положения пластырь Mepitac® можно снять, а затем приклеить повторно. Пластырь Mepitac® водонепроницаем.<br>Пластырь Mepitac® состоит из следующих компонентов:<br>• контактный слой Safetac®;<br>• мягкий трикотажный слой;<br>• воздухопроницаемая водонепроницаемая полиуретановая пленка.<br>Состав материала:<br>полиуретановая пленка, акриловый клей, трикотаж полиэстеровый/полиамидный, силиконовый клей, полиэтиленовая пленка. | **Product description**<br>Mepitac® is a conformable adhesive tape which is easy to apply and remove. The product is suitable for patients requiring repeated application and removal as it offers gentle removal from skin and bodily hair and provides secure fixation, yet leaves minimal residues on removal. If inspection or repositioning is necessary, Mepitac® can be lifted and re-applied. Mepitac® is also water resistant.<br>Mepitac® consists of:<br>• a Safetac® contact layer<br>• a conformable knitted fabric<br>• a breathable and waterproof polyurethane film<br>Material content:<br>Polyurethane film, acrylic adhesive, polyester/polyamide tricot, silicone adhesive, polyethylene film |
| **Назначение медицинского изделия**<br>Повязка фиксирующая пластырного типа Mepitac® с мягким силиконовым покрытием Safetac® предназначена для фиксации медицинских приспособлений, таких как дренажи, трубки, зонды, электроды, внутривенные канюли и повязки. При наложении под приспособления, например под канюли, повязка обеспечивает бережную защиту кожи. | **Intended use.**<br>Mepitac® is designed for fixation of medical devices such as drains, tubes, probes, electrodes, IV cannulae, and dressings. Mepitac® offers gentle skin protection when used under devices e.g. tubes. |
| **Показания к применению**<br>Пластырь Mepitac® предназначен для фиксации медицинских приспособлений, таких как дренажи, трубки, зонды, электроды, внутривенные канюли и повязки. При наложении под приспособления, например под канюли, пластырь Mepitac® обеспечивает бережную защиту кожи. | **Indications for use**<br>Mepitac® is intended for fixation of medical devices such as drains, tubes, probes, electrodes, IV cannula, and dressings. Mepitac® offers gentle skin protection when used under devices such as tubes. |
| **Противопоказания** | **Contraindications** |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | |
|---|---|
| - Пластырь Mepitac® не предназначен для фиксации приспособлений, обеспечивающих поддержание или сохранение жизни, например. артериальных катетеров и артериальных канюль.<br>- Запрещается использовать Mepitac® на пациентах и/или пользователях с доказанной повышенной чувствительностью к материалам/компонентам, из которых изготовлено изделие. | - Mepitac® is not intended for fixation of life-saving and life-sustaining devices eg. arterial catheters and arterial cannulae.<br>- Do not use Mepitac® on patient and/or user with known hypersensitivity to the ingoing materials/components of the product. |
| **Нежелательные реакции**<br>- Раздражение кожи;<br>- легкое покраснение кожи;<br>- недостаточная фиксация. | **Adverse Reactions**<br>- skin irritation;<br>- mild erythema;<br>- insufficient fixation. |
| **Условия применения**<br>Пластырь Mepitac® предназначен для использования в нестерильной среде, в домашних условиях и в больницах.<br>Интервал смены зависит от состояния кожи. Меняйте пластырь Mepitac®, когда его клеящие свойства становятся недостаточными.<br>Если необходимо провести осмотр или переместить пластырь, Mepitac® можно снять и наложить снова. | **Usage conditions**<br>Mepitac® is intended to be used in a non-sterile environment, home care and hospital environment.<br>The change interval is dependent on skin condition, change Mepitac® when adhesion properties are no longer sufficient.<br>If inspection or repositioning is necessary, Mepitac® can be lifted and re-applied. |
| **Потенциальный потребитель**<br>Mepitac® предназначен для применения специалистами и непрофессионалами, а также для всех пациентов независимо от возраста, пола и этнической принадлежности / типа кожи.<br>Изделие подходит для пациентов, которым требуется многократное нанесение и удаление пластыря. | **Potential consumer**<br>Mepitac® is intended to be used by professionals and lay persons and for all patients regardless of age, sex and ethnicity/skin type.<br>The product is suitable for patients requiring repeated application and removal. |
| **Предостережение**<br>Mepitac® не предназначен для фиксирования приспособлений, обеспечивающих поддержание или сохранение жизни.<br><br>**Меры предосторожности**<br>• Адгезия пластыря Mepitac® может уменьшиться при использовании во влажных условиях, например в кувезе, или у пациентов с высокой температурой и обильным потоотделением.<br>• Не используйте изделие повторно. При повторном применении эффективность изделия может снизиться, а также возможно возникновение перекрестного заражения. | **Warning**<br>Mepitac® is not intended for fixation of life-saving and life-sustaining devices.<br><br>**Precaution(s)**<br>• The adhesion of Mepitac® may decrease when used in humid condition such as incubators or on patients who have a fever or perspire a lot.<br>• Do not reuse. If reused performance of the product may deteriorate, cross contamination may occur.<br>• Do not use Mepitac® on patient and/or user with known hypersensitivity to the ingoing materials/components of the product. |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | |
|---|---|
| • Запрещается использовать Mepitac® на пациентах и/или пользователях с доказанной повышенной чувствительностью к материалам/компонентам, из которых изготовлено изделие. | |
| **Сведения о материалах животного/человеческого происхождения, лекарственных средствах, входящих в состав медицинского изделия**<br>Не применимо. | **Information about materials of animal/human origin, pharmaceutical substances**<br>Not applicable. |
| **Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием.**<br>Не применимо. | **Key Accessories, Medical Devices or Non-Medical Devices, to Be Used in Combination With Medical Device Submitted For Registration.**<br><br>Not applicable. |
| **Инструкция по применению**<br>    | **Instructions for use**<br>    |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | |
|---|---|
| Пластырь Mepitac® может использоваться непрофессионалами под наблюдением квалифицированного медицинского работника.<br>1. Кожа, на которую накладывается пластырь, должна быть чистой и сухой, без каких-либо мазей и т. п.<br>2. Для отрезания ленты нужной длины используйте ножницы.<br>3. Снимите защитную пленку и нанесите Mepitac®, не растягивая его.<br>4. При необходимости осмотра или изменения положения пластырь Mepitac® можно снять, а затем приклеить повторно.<br>Интервал смены зависит от состояния кожи. Меняйте Mepitac®, когда его клеящие свойства становятся недостаточными.<br>Утилизацию следует проводить в соответствии с местными правилами экологической безопасности. | Mepitac® can be used by lay persons under supervision of health care professionals.<br>1. Make sure the skin is clean and dry and free from any ointment etc.<br>2. Cut off the desired length of tape using scissors.<br>3. Remove the protective release film and apply Mepitac® without stretching.<br>4. If inspection or re-positioning is necessary, Mepitac® can be lifted and re-applied.<br>The change interval is dependent on skin condition, change Mepitac® when adhesion properties are no longer sufficient.<br>Disposal should be handled according to local environmental procedures. |
| **Прочая информация**<br>При любом серьезном инциденте, связанном с использованием Mepitac®, обязательно уведомите Mölnlycke Health Care.<br>Mepitac® и Safetac® являются зарегистрированными торговыми знаками компании Mölnlycke Health Care AB. | **Other information**<br>If any serious incident has occurred in relation to the use of Mepitac® it should be reported to Mölnlycke Health Care.<br>Mepitac® and Safetac® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB. |

**Main technical and functional characteristics**

| Product | REF | Length (A) | | Width (B) | | Width, protective foil (C) | | Width, grip edge (D) | | Width, grip edge (E) | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target [mm] | Min/Max [mm] | Target [mm] | Min/Max [mm] | Target [mm] | Min/Max [mm] | Target [mm] | Min/Max [mm] | Target [mm] | Min/Max [mm] | g |
| Mepitac® 4cm x 1,5 m | 298400 | 1500 | Min: 1460<br>Max: 1540 | 40 | Min:37<br>Max:43 | 48 | Min: 44<br>Max: 51 | 4.0 | Min: 2.0<br>Max: 7.0 | 4.0 | Min: 2.0<br>Max: 7.0 | 30 |
| Mepitac® 2cm x 3m | 298300 | 3000 | Min: 2960<br>Max: 3040 | 20 | Min:18<br>Max: 22 | 24 | Min: 22<br>Max: 27 | 4.0 | Min: 2.0<br>Max: 7.0 | N/A | N/A | 30 |

Tolerances are ±10%.

| Изделие | Код | Длина (A) | | Ширина (B) | | Ширина, Ширина защитной пленки (C) | | Ширинакромки захвата (D) | | Ширина кромки захвата (E) | | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норма-тив [мм] | Мин/Макс. [мм] | Норма-тив [мм] | Мин/Макс [мм] | Норма-тив [мм] | Мин/Макс [мм] | Норма-тив [мм] | Мин/Макс [мм] | Норма-тив [мм] | Мин/Макс [мм] | г |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mepitac®<br>4см x 1,5 м | 298400 | 1500 | Мин: 1460<br>Макс: 1540 | 40 | Мин:37<br>Макс:43 | 48 | Мин: 44<br>Макс: 51 | 4.0 | Мин: 2.0<br>Макс: 7.0 | 4.0 | Мин: 2.0<br>Макс: 7.0 | 30 |
| Mepitac®<br>2см x 3м | 298300 | 3000 | Мин: 2960<br>Макс: 3040 | 20 | Мин:18<br>Макс: 22 | 24 | Мин: 22<br>Макс: 27 | 4.0 | Мин: 2.0<br>Макс: 7.0 | Не приме-нимо | Не приме-нимо | 30 |

Допустимое отклонение±10%.




| | |
|---|---|
| Ширина кромки захвата | grip edge width |
| Ширина ленты | tape width |
| Ширина защитной пленки | release |
| Длина изделия | product length |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| Характеристики | Критерии соответствия по ГОСТ Р 53498-2019 |
|---|---|
| Сопротивление отслаиванию клеевого слоя Н/м:<br>- не менее<br>- не более | <br>10<br>1000 |
| Паропроницаемость, мг/см2/ч:<br>- не менее | 1.5 |
| Воздухопронецаемость R, см3/см2*сек:<br>- не менее | 5 |
| Атравматический слой функциональной подушечки (степень адгезии к модели раневой поверхности, % к марле медицинской)<br>- не более | 30 |

| Characteristics | Acceptance criteria according to GOST R 53498-2019 |
|---|---|
| Peeling resistance of the adhesive layer N/m:<br>- Not less<br>- Not more | <br>10<br>1000 |
| Steam (vapor) permeability, mg/cm2/h:<br>- not less | 1.5 |
| Air permeability R, cm3/cm2*sec:<br>- not less | 5 |
| Atraumaticity of the functional pad (degree of adhesion to the wound surface model. % to the medical gauze)<br>- not more | 30 |

**Рабочие условия**

Диапазон температур: от 10 до 35 ° С

Диапазон относительной влажности: до 80% без конденсации (при 25 ° С)

**Operating conditions**

Temperature range: from 10 to 35°C

Relative humidity range: up to 80% non-condensing (at 25 ° C)

**Условия хранения и транспортирования**

| | Хранение; длительные условия (т.е. до истечения срока годности) | Транспорти-рование: среднесрочные условия (до 60 дней) | Транспортирование; краткосрочные / пиковые условия (до 5 часов) |
|---|---|---|---|
| Тем-ра(°С) | 0-30 | 0-36 | -35 - +63 |
| Относит. Влажность RH (%) | 75 | 75 | 90 |

**Storage and transportation conditions**

| | Storage; long term conditions (i.e. up to shelf life) | Transport; medium term conditions (up to 60 days) | Transport; short term/ peak conditions (up to 5 hours) |
|---|---|---|---|
| Temp (°C) | 0-30 | 0-36 | -35 - +63 |
| RH (%) | 75 | 75 | 90 |

**Комплект поставки:**

Mepitac® поставляется в виде рулонной ленты, которую можно отрезать до нужной длины. Размеры рулонных лент: 2 см х 3 м и 4 см х 1,5 м.

| Код | Наименование изделия | Шт./Розничная упаковка | Шт./Оптовая упаковка |
|---|---|---|---|
| 298300 | Mepitac® 2 см х 3 м | 1 | 12 |
| 298400 | Mepitac® 4 см х 1,5 м | 1 | 12 |

**Package contents**

Mepitac® is provided in rolls which can be cut to appropriate tape length and is available in the following sizes: 2 cm x 3 m and 4 cm x 1.5 m.

| Item ID | Product name | Pcs/RET | Pcs/TRP |
|---|---|---|---|
| 298300 | Mepitac® 2 cm x 3 m | 1 | 12 |
| 298400 | Mepitac® 4 cm x 1,5 m | 1 | 12 |

**Срок годности**

**Shelf life**



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | |
|---|---|
| Срок годности до 3 лет действителен для климатической зоны IV(а и б).<br>Дата окончания срока годности установлена в пределах 3-х лет. | A shelf life of up to 3 years is supported for climatic zone IV (a and b).<br>Expiry date is set to 3 years. |
| **Гарантийные обязательства**<br>Производитель гарантирует, что медицинское изделие сохраняет свои свойства в течение всего срока годности. | **Warranty**<br>The manufacturer guarantees that the medical device retains its properties for the duration of the shelf life. |
| **Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия**<br>Данное изделие после использования представляет потенциальную биологическую опасность и поэтому подлежит утилизации как клинические отходы.<br>Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относится к классу Б классификации медицинских отходов, и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам.<br>Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в т.ч. с истекшим сроком годности, относится к классу А классификации медицинских отходов и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам. | **Disposal**<br>The device is a potential biohazard after use and must therefore be disposed of as clinical waste.<br>Products coming into contact with blood and/or biological fluids are class B medical devices under medical wastes classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations.<br>Unused products (not having contact with blood and/or biological fluids), including those with expired shelf life, belong to class A medical devices under medical waste classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations. |
| **Уполномоченный представитель производителя**<br>ООО "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", 127473, город Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232. | **Authorized representative of the manufacturer**<br>LLC "HEALTHCARE SYSTEMS KNOWLEDGE CENTER", 127473, Moscow, Seleznevskaya st. 11A, build. 2, office 232. |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Расшифровка символов, применяемых при маркировании медицинского изделия:**

| Символ | Описание |
|---|---|
| | Запрет на повторное применение |
| | Знак ЕС |
| | Производитель |
| | Использовать до |
| | Номар лота |
| | Каталожный номер |
| | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению |

**Explanation of symbols used in labelling the medical product:**

| | |
|---|---|
| | Single use |
| | CE marking |
| | Manufacturer |
| | Use by |
| | Batch code |
| | Catalogue number |
| | See instructions for use |
| | Utilization Mebius sighn |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

| | |
|---|---|
| | Лента Мебиуса |
| MD | Медицинское изделие |

Внимание! 4 первые цифры ЛОТа обозначают дату выпуска: первые две – год (последние две цифры года), вторые две - неделю выпуска.
Например: Запись LOT 0952-4630 означает, что товар был выпущен в 2009 году (09=2009) на 52 неделе, Т.е. в декабре месяце.

**Дата издания 02. 2021**

| | |
|---|---|
| MD | Medical Device |

Note! 4 first cyphers of LOT mean manufacturing date: 2 first – year(two last cyphers of year), other 2 – week of manufacturing. Ex. LOT 0952-4630 means that device was manufactured in 2009 (09=2009) on 52 week, i.e. on december.

**Publication date 02. 2021**



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод с английского на русский язык

Утверждено

Мёлнлике Хелс Кеа АБ, Швеция /Molnlycke Health Care AB

Директор отдела глобального
нормативно-правового регулирования
*(должность)*
Кристина Люинг / Christina Lewing
*(имя)*
/Подпись/
*(подпись)*
*"10" 2 2021*
*«день» месяц (цифрами)*
*М.П.*

/Штамп/: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС* ГЁТЕБОРГ

# Повязка фиксирующая пластырного типа Mepitac® с мягким силиконовым покрытием Safetac®

## Инструкция по применению

Печать: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС* ГЁТЕБОРГ

/Штамп: Мёлнлике Хелс Кеа АБ, Швеция /Molnlycke Health Care AB* П/я 13080 SE 40253 Гётеборг * Швеция/

Нотариальное заверение см. на обороте  Апостиль, см. на обороте

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ГЁТЕБОРГА**

Я, нижеподписавшийся, АКСЕЛЬ ВЕЙБУЛЛ, нотариус Гётеборга, Швеция, настоящим подтверждаю, что

**Кристина Люинг**

лично подписала данный документ на обороте.

Гётеборг, 10-го февраля 2021 года.

В силу своих должностных полномочий:

/Подпись/

Аксель Вейбулл

Заверение №: 211813

Дроттнинггатан 38 / П/я 11911, 404 39 Гётеборг
Тел .: 031-7991090, e-mail: notarius.publicus@lindahl.se

Печать: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС* ГЁТЕБОРГ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ГЁТЕБОРГА**

**АПОСТИЛЬ**
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Швеция
   Настоящий официальный документ
2. был подписан **Акселем Вейбуллом**
3. выступающим(ей) в качестве: Нотариуса города Гётеборг, Швеция
4. скреплён печатью/штампом: Нотариуса города Гётеборг, Швеция

Удостоверено

5. Гётеборг, Швеция 6. 10-го февраля 2021 г.
7. (кем) Шервин Шихан,
   Нотариусом города Гётеборг, Швеция
8. No. 211813-21
9. Печать / штамп 10. Подпись

Печать:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОТАРИУС*
ГЁТЕБОРГ

/Подпись/



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*Перевод данного текста выполнен переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.*

_____

***Российская Федерация***

***Город Москва***

***Двадцать второго апреля две тысячи двадцать первого года***

*Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.*

*Подпись сделана в моем присутствии.*

*Личность подписавшего документ установлена.*

*Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2021- 18-1504*

*Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.*

*У.А. Родина*

*Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 13 лист(а)(ов)*

*ВРИО нотариуса*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU