

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый ОПТИМА 1 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Размер 50х55 см. Изготовлена из «спанбонда». Плотность материала 15-60 г/м²

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются: Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый ОПТИМА 2 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Пеленка впитывающая одноразовая. Размер 60*60 см. Изготовлена материала: спанбонда, плотность 15-60 г/м², санитарно-гигиенической бумаги, флафф целлюлозы, текстурированной полиэтиленовой пленки.

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОК11Д2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются: Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Размер 50x55 см. Изготовлена из «спанбонда». Плотность материала 15-60 г/м²

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются: Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым.

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Пеленка впитывающая одноразовая. Размер 60*60 см. Изготовлена материала: спанбонда, плотность 15-60 г/м2, санитарно-гигиенической бумаги, флафф целлюлозы, текстурированной полиэтиленовой пленки.

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются: Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым.

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый СУПЕР 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Размер 50х55 см. Изготовлена из «спанбонда». Плотность материала 15-60 г/м²

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден. Изготовлено из полиэтилена низкого давления.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются:

Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Одноразовый пакет одеть на подкладное судно.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый СУПЕР 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Пеленка впитывающая одноразовая. Размер 60*60 см. Изготовлена материала: спанбонда, плотность 15-60 г/м2, санитарно-гигиенической бумаги, флафф целлюлозы, текстурированной полиэтиленовой пленки.

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден. Изготовлено из полиэтилена низкого давления.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются:

Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Одноразовый пакет одеть на подкладное судно.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы2 «АЛАЙФ» одноразовый СУПЕР 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Размер 50x55 см. Изготовлена из «спанбонда». Плотность материала 15-60 г/м2

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз. Состав: 100% целлюлозы.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются:

Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.
- Для эвакуации содержимого толстой кишки следует покрыть стульчак унитаза индивидуальным покрытием.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багряникова, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый СУПЕР 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха. Объем 2 л. Изготовлена из поливинилхлорида. Предназначена для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость.

Пеленка. Пеленка впитывающая одноразовая. Размер 60*60 см. Изготовлена материала: спанбонда, плотность 15-60 г/м2, санитарно-гигиенической бумаги, флафф целлюлозы, текстурированной полиэтиленовой пленки.

Перчатки смотровые диагностические Размер М.

Салфетка асептическая. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз. Состав: 100% целлюлозы.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

Общие сведения:

Показания к применению: Кружка Эсмарха применяется в медицинской практике промывания кишечника.

Противопоказания к применению: При проведении клизм абсолютными противопоказаниями являются:

Болезнь Крона, рак прямой кишки, острые воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки кишечника, острый аппендицит, острый перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Меры безопасности: Набор для постановки клизмы предназначен для одноразового использования. Не допускается использовать набор по истечению срока годности. Если продукция сломана или нарушена упаковка запрещается использовать.

Подготовка изделия к работе.

- Вскрыть упаковку, надеть перчатки, постелить пеленку.
- Обработать поверхность антисептической салфеткой.
- Взять кружку, налить в нее раствор.
- После перекрытия трубки с помощью запорного механизма заполнить мешок-емкость необходимым количеством вводимого раствора.
- Удалить воздух из системы, вновь перекрыть подачу раствора запорным механизмом.
- Трубку взять в правую руку в области дистального конца.
- Кружку Эсмарха поднять на высоту 1- 1,5 м после открытия крана ввести дистальный конец трубки в прямую кишку на глубину 8-12 см. в положении пациента на боку для введения раствора.
- Оставив на дне мешка немного раствора, чтобы в кишечник не попал воздух, закрыть запорный механизм, регулирующий поступление жидкости.
- По окончании манипуляций дистальный конец трубки извлечь из прямой кишки.
- Область заднего прохода протереть чистой салфеткой.
- Для эвакуации содержимого толстой кишки следует покрыть стульчак унитаза индивидуальным покрытием.

Транспортирование: Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Хранение:

Хранение у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до 40°C)

Срок хранения в потребительской упаковке – не менее 3 лет. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым;

Техническое обслуживание и технический ремонт не производится

Утилизация:

Использованные изделия складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель:

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Всего прощито, пронумеровано и скреплено
печатью: 8 (Восемь) листа

(ов)

Генеральный директор
ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»
Е.С. Мазур



МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара

ГУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. - 1 пара

ГУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г – 1 шт

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г – 1 шт

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г.. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г – 1 шт

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г – 1 шт

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Оптима 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием Vinimax: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Форт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г..– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX; размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г.– 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г.– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г.– 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г.– 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора – не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Стандарт 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60x38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60x38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60x38см) для подкладных суден- 1 шт.

ГУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО «МедТоварОпт», Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКНД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО «МедТоварОпт», Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г.- 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 – 1 шт.

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 1 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство: ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 - 1 шт

Одноразовые гигиенические пакеты (60х38см) для подкладных суден- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55 – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием Vinimax: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз – 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 1 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленка 50*55– 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. - 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаза- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО «МедТоварОпт», Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора – не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские антисептические по ТУ 9393-006-45521943-2015, производство: ООО «РОСБИО», Россия, РУ № РЗН 2015/3161 от 13.10.2015 г - 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО «МедТоварОпт», Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские пропитанные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN, производство: "Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд", Китай, Jiangsu Suyun Medical Materials Co., LTD Ltd. РУ № ФСЗ 2010/08841 от 31.12.2010 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 г. – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60x60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М, производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014 – 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, размер 60х60 см, производство: ООО «МЕДМИЛ», Россия, РУ № РЗН 2016/4992 от 11.11.2016 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: виниловые, производство: «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09747 от 04.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки ARCHDALE виниловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные гладкие с полимерным покрытием ViniMAX: размеры М. производство: «Уси Цзяхао Главс Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2017/6193 от 04.09.2017 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские латексные в следующих исполнениях: смотровые нестерильные, производства ООО "МедТоварОпт", Россия, РУ № ФСР 2011/11433 от 19.07.2011 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайнс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Набор для постановки клизмы «АЛАЙФ» одноразовый Супер 2 тип 2 в составе:

Кружка Эсмарха «Алайф» одноразовая нестерильная, производство: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА», Россия, РУ № РЗН 2017/5925 от 10.07.2017 г. – 1 шт.

Пеленки впитывающие одноразовые для взрослых «ПАТОКС» по ТУ 5463-001-60901376-2012, производство ООО «Полярный инвестиционный центр», Россия, РУ № ФСР 2012/13847 от 21.09.2012 г. – 1 шт.

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г. – 1 пара.

Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производство: "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд." РУ № СЗ 2009/04575 от 24.02.2014- 1 шт.

Индивидуальное туалетное покрытие на унитаз- 1 шт.

ТУ 9436-005-18696054-2017

ОКПД2 32.50.13.190

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: Отдельные изделия имеют самостоятельные регистрационные удостоверения.

Назначение изделия: для лечебных или очистительных клизм.

Область применения лечебно-профилактические учреждения.

№ партии _____

Использовать до _____

Гарантийные обязательства.

Срок годности набора - не менее 3 лет.

Регистрационное удостоверение № ...

Условия транспортировки и хранения.

Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С).

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50° С до 40°С)

Утилизация: см. инструкцию

Изготовитель: ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Юридический адрес: 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д.10, корп.3, стр.4

Телефон: 8 (495) 902-61-14

Инструкция по применению прилагается.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 120/100 листов

(ов)

Генеральный директор
ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА»

Е.С. Мазур

