



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"

Д.В. Усейнов

"05" февраля 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Формалин 20% забуференный HistoSafe®»
по ТУ 21.20.23-005-89079081-2017**

Версия документа №3 от "05" февраля 2021 г.

Оглавление

Наименование медицинского изделия	3
Производитель и его уполномоченный представитель	3
Назначение медицинского изделия и принцип действия	3
Кратность применения и техническое обслуживание	5
Показания и противопоказания к применению	6
Функциональное назначение	6
Целевой анализ	6
Специфическое расстройство, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено медицинское изделие	6
Тип анализируемого образца	6
Область применения медицинского изделия	6
Риски применения медицинского изделия, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению	7
Требования к помещениям	8
Технические характеристики медицинского изделия	8
Подготовка к применению по назначению, эксплуатации медицинского изделия	10
Описание применения медицинского изделия, описание реагентов	10
Материалы, которые требуются для работы с медицинским изделием – «Формалин 20% забуференный HistoSafe®», но не содержатся в комплекте поставки медицинского изделия	11
Характеристики стабильности медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i> (условия хранения медицинского изделия, транспортировки и эксплуатации, срок годности после вскрытия первичной упаковки), гарантии производителя	11
Информация об условиях, необходимых для сбора, обработки и подготовки образцов, данные по стабильности анализируемых образцов	12
Информация для потребителей медицинского изделия о мерах предосторожности, предпринимаемых в случае необходимости, а также о мерах, предпринимаемых в отношении потенциально инфекционного материала, содержащегося в медицинском изделии для диагностики <i>in vitro</i>	13
Повторное использование медицинского изделия	14
Ограничения, связанные с пробой, которые могут повлиять на результат исследования	15
Обстоятельства, при которых потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником	15
Информация о пересмотре эксплуатационной документации	15
Меры предосторожности в отношении безопасной утилизации медицинского изделия, принадлежностей и расходных материалов	15
Неприменимые к эксплуатационной документации на «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» требования Приказа МЗ РФ от 19 января 2017 г. № 11н	19

1. Наименование медицинского изделия

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в вариантах исполнения:

1	Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 20 л
2	Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel - 12,5 мл (25 шт), 25 мл (15 шт), 75 мл (12 шт), 250 мл (4 шт), 1250 мл, 2500 мл
3	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига - 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 20 л
4	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт), 12,5 мл (25 шт), 25 мл (15 шт), 75 мл (12 шт), 250 мл (4 шт), 1250 мл, 2500 мл

2. Производитель и его уполномоченный представитель

Производитель (предприятие-изготовитель) медицинского изделия: Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭргоПродакшн» (ООО «ЭргоПродакшн»), юридический адрес/фактический адрес: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литера Н. тел./факс: +7 (812) 305-06-06.

Организация, уполномоченная для приёма рекламаций, касающихся качества: Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО «БиоВитрум»), 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А., тел./факс: +7 (812) 305-06-06, info@biovitrum.ru.

3. Назначение медицинского изделия и принцип действия

Назначение

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» - раствор формалина, предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей или клинических образцов.

Потенциальный потребитель

Медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» предназначены для использования в учреждениях медицины и здравоохранения в лабораториях следующего профиля: гистологического/патологоанатомического/патоморфологического/ морфологического; для клинической и лабораторной диагностики.

Медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» предназначены для профессионального использования и должны быть применены специально обученным квалифицированным персоналом, таким как врач клинической лабораторной диагностики, медицинский, лабораторный техник и иной специалист,

имеющим базовое образование медицинского или биологического профиля не ниже среднего специального и прошедший предварительное обучение.

Кратность применения и техническое обслуживание

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» предназначен для однократного применения и не подлежит техническому обслуживанию.

Принцип действия/метода

Фиксация обеспечивает стабилизацию тканевых структур и их уплотнение, прекращает аутолиз, стабилизирует локализацию структур. Для достижения этой цели возможны различные методы. В частности, химический метод при помощи альдегидов. К этой группе относятся медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» для *in vitro* диагностики.

Принцип фиксации при помощи медицинских изделий «Формалин 20% забуференный HistoSafe®», реагентов, имеющих альдегидную группу основан на их высокой химической и биологической активности и способности к формированию перекрёстных сшивок между протеинами и нуклеиновыми кислотами, а также между нуклеиновыми кислотами и протеинами.

Основой продукта является формалин – раствор формальдегида в воде. В присутствии воды формальдегид обратимо образует метиленгликоль (метандиол). Метиленгликоль реагирует с несколькими боковыми цепями белков и образует реакционноспособные гидроксиметиленовые группы ($-\text{CH}_2\text{-OH}$). Формирование гидроксиметиленовых боковых цепей является основной и наиболее характерной реакцией для формалиновых фиксаторов. Непосредственно формирование перекрёстных мостиков (метиленовых мостиков) занимает незначительное время в общем процессе фиксации биоматериала. Вышеописанный процесс приводит к остановке биохимических процессов распада в тканях и уплотнению фиксируемого биоматериала.

Нейтральная среда (pH 6,9-7,4) препятствует образованию «формалинового пигмента».

«Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный» - универсальный фиксатор для гистологии и патоморфологии, подходит для всех видов тканей.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор» - универсальный фиксатор для гистологии и патоморфологии, подходит для всех видов тканей, упакован в тару, которая является емкостью для фиксации биоматериала.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel» - универсальный фиксатор для гистологии и патоморфологии с высокой вязкостью. Загуститель препятствует протечкам и растеканию формалина на рабочем месте. Образцы малого размера (менее 2 мм), могут находиться в толще геля, не опускаясь на дно емкости для фиксации, до нескольких часов, обеспечивая равномерную фиксацию материала со всех сторон.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига» - универсальный фиксатор для гистологии и патоморфологии, наличие соли в составе, уменьшает набухание тканей в процессе фиксации, подходит для всех видов тканей.

Показания и противопоказания к применению

Не допускается использовать продукцию с истекшим сроком годности, при наличии повреждений первичной упаковки с утратой герметичности, при изменении цвета раствора.

4. Функциональное назначение

Медицинских изделий «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» состоит в обеспечении преаналитической стадии патоморфологического анализа биопсийного (операционного) и аутопсийного материала, выполняемых в ходе клинической лабораторной диагностики различных патологий человека. Является универсальным фиксатором для всех видов тканей: эпителиальная, нервная, мышечная, соединительная. Медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» являются вспомогательными средствами в диагностике *in vitro* (п.5 Приказа МЗ РФ от 19.01.2017 № 11н).

5. Целевой анализ

Не применимо для данного медицинского изделия.

6. Специфическое расстройство, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено медицинское изделие

Используются для проведения патолого-анатомических исследований для выявления патологических изменений в тканях человека. Для выявления онкологических заболеваний, язвенной болезни и других патологий связанных с изменением морфологии образца ткани.

7. Тип анализируемого образца

Фиксации подвергаются ткани человека: биопсийный и аутопсийный материал, в том числе операционный материал различных размеров.

8. Область применения медицинского изделия

Профессиональное применение в клинической лабораторной диагностике в специализированных лабораториях патологоанатомических и патоморфологических отделений учреждений медицины и здравоохранения следующего профиля: гистологического/патологоанатомического/патоморфологического/морфологического; для клинической и лабораторной диагностики *in vitro*.

Используется для ручной подготовки биологических тканей или клинических образцов.

9. Риски применения медицинского изделия, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению

Потенциальный риск применения медицинских изделий «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» – класс 1 (ГОСТ 31508-2012, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н).

В процессе анализа рисков были идентифицированы риски указанные в таблице
Перечень рисков:

Иницирующие событие	Опасная ситуация	Вред	Вероятность	Степень вреда	Оценка допустимости
Случайное опрокидывание продукции в ходе использования	Формалин разливается на незащищенную поверхность кожи	Может вызвать зуд, легкую гиперемию. Может способствовать развитию онкологического заболевания.	Низкая	Средняя	Допустимо
Случайное опрокидывание продукции в ходе использования	Формалин разливается на поверхность рабочего стола	При вдыхании может вызвать слезотечение, першение в горле. Может способствовать развитию онкологического заболевания.	Низкая	Средняя	Допустимо
Случайное пролитие при транспортировке	Формалин разливается на большую поверхность.	При вдыхании может вызвать слезотечение, першение в горле. Может способствовать развитию онкологического заболевания.	Низкая	Средняя	Допустимо
Случайное	Канистра с	Может вызвать	Низкая	Низкая	Допустимо

падение канистры на конечность	формалином падает на ногу.	повреждение конечности: ушиб			
Случайный нагрев открытой емкости с формалинами	Выделение паров формальдегида в окружающую среду	При вдыхании может вызвать слезотечение, першение в горле. Может способствовать развитию онкологического заболевания	Низкая	Средняя	Допустимо

В процессе менеджмента риска предварительный анализ не выявил рисков, требующих мероприятий по снижению уровня риска до приемлемого, в связи с чем рабочая группа по менеджменту риска не применяла процедуры по управлению рисками.

Таким образом, возможные риски для изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» по ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 в вариантах исполнения являются приемлемыми: преимуществ для пациента и медицинского работника больше, чем возможных опасностей.

10. Требования к помещениям

Производственные работы должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75 и СП 60.13330.2016. Кратность обмена воздуха - не менее 8.

Требования безопасности к производственным процессам должны соответствовать ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.3.002-2014 и «Перечню обязательных инструкций по технике безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности».

Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

Требования к контролю состояния воздуха рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.016-79 и ГОСТ 12.1.014-84; организация контроля - по СП 1.1.1058-01. Периодичность контроля - согласно Р 2.2.2006-05 и СП 1.1.2193-07. В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

11. Технические характеристики медицинского изделия

Состав медицинского изделия

Наименование медицинского изделия	Содержание основных веществ
Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный	формалин, вода, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат
Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel	формалин, вода, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат, метилцеллюлоза
Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига	формалин, вода, натрий хлористый, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат
Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор	формалин, вода, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат

Характеристики медицинских изделий

№.№ п.п	Наименование изделия / показателя	Показатели нормы	Методы контроля (пункт ТУ)
1	Внешний вид		5.1.
1.1	Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный	Бесцветная прозрачная жидкость	5.1.
1.2	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор	*Бесцветная прозрачная жидкость	5.1.
1.3	Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel	Бесцветная или светло-желтая гелеобразная прозрачная жидкость	5.1.
1.4	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига	Бесцветная прозрачная жидкость	5.1.
2	Содержание формальдегида, % (масс./об.)		5.2.
2.1	Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный	8,0-9,0	5.2.
2.2	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор	8,0-9,0	5.2.
2.3	Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel	7,5-8,5	5.2.
2.4	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига	8,0-9,0	5.2.
3	pH реагента		5.3.
3.1	Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный	6,9-7,4	5.3.
3.2	Формалин 20% забуференный	6,9-7,4	5.3.

	HistoSafe® Гистофор		
3.3	Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel	6,9-7,4	5.3.
3.4	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига	7,1-7,4	5.3.
4	Фиксация материала		5.4.
4.1	Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный	Ядра и клеточные мембраны различимы, цитоплазма сохранена, не содержит признаков аутолиза.	5.4.
4.2	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор	Ядра и клеточные мембраны различимы, цитоплазма сохранена, не содержит признаков аутолиза.	5.4.
4.3	Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel	Ядра и клеточные мембраны различимы, цитоплазма сохранена, не содержит признаков аутолиза.	5.4.
4.4	Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига	Ядра и клеточные мембраны различимы, цитоплазма сохранена, не содержит признаков аутолиза.	5.4.

12. Подготовка к применению по назначению, эксплуатации

медицинского изделия

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не требует дополнительной подготовки к применению по назначению.

13. Описание применения медицинского изделия, описание реагентов

Порядок проведения процедуры

Процедура применения медицинского изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» одинакова для любого варианта исполнения.

Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить.

Описание метода:

Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

После работы необходимо закрыть емкость плотно крышкой.

Описание реагента:

Расход медицинских изделий «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» зависит только от размера фиксируемого материала – составляет 20-50 мл на 1 см³ фиксируемой ткани.

14. Материалы, которые требуются для работы с медицинским изделием – «Формалин 20% забуференный HistoSafe®», но не содержатся в комплекте поставки медицинского изделия

Емкость из инертного материала подходящего объема для проведения фиксации материала.

15. Характеристики стабильности медицинского изделия для диагностики in vitro (условия хранения медицинского изделия, транспортировки и эксплуатации, срок годности после вскрытия первичной упаковки), гарантии производителя

Условия хранения

Срок годности: 24 месяца.

Не замораживать!

По истечению срока годности изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не подлежат использованию.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» хранят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности 40 - 80% в условиях, исключающих действие агрессивных сред, солнечных лучей и влаги.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки

Срок годности после вскрытия - 24 месяца при соблюдении условий: после вскрытия упаковки «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» должны храниться вдали от источников нагрева при температуре от +5°C до +25°C, в плотно укупленной таре.

Вторичную упаковку (при наличии) хранить пока не будут использованы все емкости.

Условия транспортировки и эксплуатации

Транспортирование и хранение продукции осуществляется в соответствии с п. 12 ГОСТ Р 51088-2013 при температуре от +5°C до +25°C. Замораживание не

допускается. Общие требования к транспортированию и хранению - по ГОСТ Р 51088-2013.

Транспортирование продукции осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки продукции должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.

При погрузочно-разгрузочных работах должны выполняться нормы ГОСТ 12.3.009-76.

Гарантия качества

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие медицинских изделий «Формалины 20% забуференные HistoSafe®» требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями и инструкцией по применению в течение всего срока годности.

16. Информация об условиях, необходимых для сбора, обработки и подготовки образцов, данные по стабильности анализируемых образцов

Температура хранения и транспортировки анализируемых образцов: +5 - +25 °С. Стабильность анализируемых образцов определяется планируемой к использованию после применения изделия методикой.

Не допускается замораживание биоматериала, как в фиксирующем растворе, так и вне его.

Для осуществления фиксации при помощи медицинского изделия – «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» - размеры биопсийного или аутопсийного материала максимальная толщина образца не должна превышать 1 см, соотношение фиксатор/ткань не менее 20:1 по объему.

А. Взятие:

— биопсийного материала проводит врач-клинист (приказ Министерства здравоохранения России №179 Н, п. 9 от 24 марта 2016 г. «О правилах проведения патологоанатомических исследований»);

— взятие аутопсийного материала проводит врач-патологоанатом (приказ Министерства здравоохранения России №354 Н, п. 19.5, п.24 от 6 июня 2013 г. "О порядке проведения патологоанатомических вскрытий").

В. Вырезку аутопсийного и биопсийного материала (при необходимости) проводит врач-патологоанатом; объём вырезки определяет врач-патологоанатом (приказ Министерства здравоохранения России №179 Н, п. 16.2 от 24 марта 2016 г. «О правилах проведения патологоанатомических исследований»);

При вырезке материала необходимо предотвращать его возможные механические повреждения такие как сдавление пинцетом, размождение при вырезке тупым инструментом и т.д. Материал не должен иметь признаки порчи (гниения).

Биоматериал не должен храниться вне фиксирующего раствора.

17. Информация для потребителей медицинского изделия о мерах предосторожности, предпринимаемых в случае необходимости, а также о мерах, предпринимаемых в отношении потенциально инфекционного материала, содержащегося в медицинском изделии для диагностики *in vitro*

При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности (халат и одноразовые перчатки по СП 1.3.2322-08, СП 1.3.3118-13 и МУ 287-113) контакт с организмом человека исключен.

На рабочих местах на производстве должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548-96:

температура воздуха: 17-23°C (в холодный период года);

18-27°C (в теплый период года);

влажность воздуха 15-75%.

При наличии риска разбрызгивания реагента использовать лицевой щиток или очки для защиты глаз.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не содержит потенциально инфекционный материал.

В общих случаях работа в лаборатории должна проводиться с соблюдением СП 1.3.2322-08 - СП «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных инфекций».

Также при работе в лаборатории и непосредственно с изделием следует:

— соблюдать требования ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности», а также СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года);

— надевать защитную одежду и немедленно менять ее в случае загрязнения (ГОСТ Р 52905-2007 п.12.1; СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 10.16.5);

— для исключения контакта с кожей необходимо использовать одноразовые перчатки (СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 12.4.7; ГОСТ Р 52905-2007 п.12.1);

— при наличии риска разбрызгивания реагентов использовать лицевой щиток или очки для защиты глаз (СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 12.4.7; ГОСТ Р 52905-2007 п.12.1).

Следует избегать попадания на кожу, разливания, интенсивного вдыхания или случайного заглатывания изделия. В случае попадания на кожу или в глаза смыть большим количеством воды. При случайном попадании красок в желудочно-кишечный тракт следует выпить 1-2 стакана кипяченой воды с активированным углем и немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно промывать водой с мылом в течение 10-15 минут.

При контакте с биоматериалом необходимо соблюдать меры предосторожности. Во время работы следует пользоваться перчатками и специальной лабораторной одеждой, так как образцы биоматериала следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любого другого возбудителя инфекции.

18. Повторное использование медицинского изделия

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в вариантах исполнения являются изделиями однократного применения в течение срока годности. После использования и после окончания срока годности подлежит утилизации согласно принятым нормам и правилам.

19. Ограничения, связанные с пробой, которые могут повлиять на результат исследования

Медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» применяются для обработки тканей человека. Качество результата напрямую зависит от соблюдения правил настоящей инструкции.

«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в вариантах исполнения используются только для биопсийного или аутопсийного материала и не предназначен для применения на ткани живого пациента или органов для трансплантации.

20. Обстоятельства, при которых потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником

Обстоятельства, при которых опытный сотрудник лаборатории должен проконсультироваться с медицинским работником отсутствуют, поскольку «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не влияет непосредственно на постановку диагноза пациентам.

21. Информация о пересмотре эксплуатационной документации

Настоящая инструкция составлена впервые.

Дата утверждения указана на титульном листе настоящей инструкции.

Пересмотр инструкции проводится на производстве ежегодно при отсутствии изменений, а также дополнительно по мере необходимости внесения изменений (согласно ГОСТ ISO 13485-2017). В случае внесения изменений в эксплуатационную документацию инициируется соответствующая процедура информирования об этом уполномоченного органа (Росздравнадзора) и после этого об изменениях информируются пользователи. В случае отсутствия изменений действие данной версии документа продлевается автоматически без уведомлений об этом пользователей и уполномоченных органов.

22. Меры предосторожности в отношении безопасной утилизации медицинского изделия, принадлежностей и расходных материалов

Невостребованные медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в невскрытых флаконах относятся к медицинским отходам класса Г.

Бывшие в употреблении медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» являются медицинскими отходами класса В.

Уничтожать неиспользованные при исследованиях медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» и другие реактивы следует в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б; указания к работам по

дезинфекции оборудования и помещений - по ОСТ 42-21-2-85 и МУ 287-113.

Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, а также использованные реагенты следует удалять в соответствии с ГОСТ Р 51088-2013.

Биологический материал после работы утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Порядок действий в соответствии с п. 13 ГОСТ Р 51088-2013:

1) Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, подлежат утилизации.

2) Изделия, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, являющиеся подделками или незаконными копиями изделий, зарегистрированных в Российской Федерации, а также изделия, обнаруженные и конфискованные таможенными органами Российской Федерации при их ввозе на территорию Российской Федерации, подлежат уничтожению или утилизации.

3) Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

4) Изготовитель, поставщики, продавцы, импортеры могут осуществлять уничтожение изделий, потерявших свои потребительские свойства или с истекшим сроком годности, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

5) Изделия во внешней упаковке с наличием предупредительных знаков об опасности следует уничтожать с соблюдением соответствующих мер безопасности и дезактивации.

6) Жидкие компоненты (реагенты, реактивы) уничтожаются раздавливанием внутренней упаковки с последующим разведением водой 1:100, сливом раствора в канализацию и вывозом остатка упаковок как производственный или бытовой мусор. Твердые компоненты подлежат дроблению, последующему разведению водой в соотношении 1:100, сливом раствора в промышленную канализацию и вывозом остатков упаковок как производственного или бытового мусора. Компоненты изделий, нерастворимые в воде, уничтожают путем сжигания.

7) Изделия, содержащие потенциально опасные материалы, перед уничтожением

должны быть обеззаражены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8) Технические приспособления, принадлежности, входящие в комплектацию изделия, подлежат механическому разрушению с вывозом остатков как производственного или бытового мусора или сжиганию.

9) Персонал, осуществляющий уничтожение изделий, должен соблюдать правила безопасности проведения того или иного способа уничтожения.

Инфекционная или микробная опасность медицинского изделия

Медицинские изделия «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в вариантах исполнения не содержат потенциально инфекционный материал.

Экологическая опасность медицинского изделия, связанная с потенциально опасными материалами и веществами

Формалины 20% забуференные относятся к веществам 3 класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 - умеренно-опасные.

Токсичность реагентов определяется свойствами компонентов входящих в состав технического формалина:

Формальдегид: Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны - $0,5 \text{ мг/м}^3$, класс опасности 2 (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Ирритант. Токсичен. При контакте с кожей вызывает аллергическую реакцию. Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты. Может вызывать раковые заболевания. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

Метиловый спирт: Метанол по степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 15 мг/м^3 (максимальная разовая), 5 мг/м^3 (средняя сменная).

Физическая опасность медицинского изделия

Формалины 20% забуференные не являются горючими жидкостями.

Средства пожаротушения при возгорании полимерной упаковки: распыленная вода, пена, кошма, песок, асбестовое одеяло.

Здания и помещения должны быть оснащены установками автоматического пожаротушения или пожарной сигнализацией в соответствии с отраслевыми перечнями зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, согласованными с

Главным управлением пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций России и Госстроем России.

— требования взрывобезопасности:

Требования к оборудованию - по Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

— требования радиационной безопасности.

Не применимо.

23. Неприменимые к эксплуатационной документации на «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» требования Приказа МЗ РФ от 19 января 2017 г. № 11н

<i>Пункт Приказа № 11н</i>	<i>Обоснование неприменимости</i>
1) Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с медицинским изделием (при наличии); 2) Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения;	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не имеют принадлежностей и не содержат в своем составе лекарственные средства для медицинского применения, материал животного и (или) человеческого происхождения.
3) Требования к подготовке или квалификации лиц, осуществляющих установку (монтаж) медицинского изделия (при наличии);	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не требуют установки
4) Информация о порядке установки, монтажа, настройки, калибровки и иных действиях, необходимых для ввода медицинского изделия в эксплуатацию;	
5) Информация для проверки правильности установки (монтажа) медицинского изделия и его готовности к безопасной работе эксплуатации; а) содержание и периодичность технического обслуживания, включая очистку и дезинфекцию медицинского изделия; б) перечень предоставленных производителем (изготовителем) медицинского изделия сведений, ключей, паролей доступа, программ, необходимых для монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания медицинского изделия; в) перечень расходных материалов (компонентов, реагентов), а также процедуру их применения и замены; г) необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной работы медицинского изделия в течение срока его службы; д) методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техническим обслуживанием медицинского изделия; е) информацию о монтаже, наладке, настройке, калибровке и иных действиях, необходимых для ввода медицинского изделия в эксплуатацию и его правильной эксплуатации (применения); ж) информацию о перечне основных характеристик по эксплуатации (применению) медицинского изделия, условиям	

транспортировки и хранения (например, температура и влажность воздуха, освещение и иные характеристики); 3) перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов	
6) Информация о порядке обработки медицинского изделия для его повторного использования, включая очистку, дезинфекцию, упаковку и при необходимости метод повторной стерилизации (если медицинское изделие предназначено для многократного использования), а также критерии непригодности медицинского изделия для применения;	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не используются повторно
7) Информация о необходимой обработке медицинского изделия для целей его повторного применения по назначению, включая очистку, дезинфекцию, упаковку и при необходимости метод повторной стерилизации (если медицинское изделие предназначено для многократного применения по назначению);	
8) Информация о природе, типе, а также (при необходимости) об интенсивности и распределении излучения (электромагнитное, ионизирующее, иное) медицинского изделия и способах защиты потребителей и третьих лиц от непреднамеренного излучения в процессе эксплуатации медицинского изделия (если медицинское изделие создает опасный или потенциально опасный уровень излучения при использовании по назначению);	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не имеют и не используют излучение.
9) Информация о стерильном состоянии медицинского изделия, методе его стерилизации и о порядке действий в случае нарушения стерильной упаковки (если медицинское изделие поставляется в стерильном виде) или, если медицинское изделие поставляется нестерильным, указание на необходимость его стерилизации перед использованием;	«Формалин 20% забуференный HistoSafe®» в вариантах исполнения не являются стерильными медицинскими изделиями. Необходимости в стерилизации нет
10) Информация для идентификации медицинских изделий с целью получения безопасной комбинации и (или) информацию об известных ограничениях по совместному применению медицинских изделий по назначению (для медицинских изделий, предназначенных для применения по назначению в комбинации с другими медицинскими изделиями, включая медицинские изделия для диагностики in vitro);	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» используется без комбинации с другими медицинскими изделиями
11) Информация о мерах предосторожности, предпринимаемых в случае: а) неисправности медицинского изделия, сбоя в его работе или отклонений в функционировании, которые могут влиять на безопасность медицинского изделия, в том числе определяемых по внешним признакам; б) воздействия на функционирование медицинского изделия внешних факторов, связанных с применением медицинского изделия в комбинации с другими медицинскими изделиями и (или) оборудованием, или таких предсказуемых	Перечисленные свойства отсутствуют в данном медицинском изделии

факторов, как внешние электромагнитные поля, электростатические разряды, излучение (электромагнитное, ионизирующее, иное), атмосферное давление и его перепады, влажность и температура воздуха; в) риска электромагнитных помех, создаваемых медицинским изделием для других медицинских изделий, оборудования и средств связи при проведении и оценке результатов диагностики, лечения или при его применении по назначению (например, электромагнитное излучение медицинского изделия, оказывающее влияние на другое оборудование);	
12) Описание калибраторов и контрольных материалов;	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не содержат в своём составе калибраторов и контрольных материалов
13) Информация о прослеживаемости значений, заданных для калибраторов или контрольных материалов, которая обеспечивается посредством доступных референтных методик (методов) измерения и (или) эталонов;	
14) Расчеты и интерпретации результатов тестирования и, при необходимости, информацию о целесообразности проведения подтверждающих тестов;	МИ «Формалин 20% забуференный HistoSafe®» не являются аналитическим или диагностическим набором реагентов, а являются вспомогательным средством в диагностике, в связи с чем на их работу интерферирующие вещества воздействия не оказывают.
15) Характеристики аналитической эффективности: чувствительность, специфичность, правильность, повторяемость, воспроизводимость, предел обнаружения (детекции) и диапазон измерения, включая информацию о влиянии известных интерферентов, об ограничениях метода и использовании доступных референтных материалов и методов анализа;	
16) Характеристики клинической эффективности: диагностическая чувствительность и диагностическая специфичность;	
17) Биологический референтный интервал применения медицинского изделия;	
18) Информация об интерферирующих веществах.	

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 20

(Иванов) лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

"5" февраля 2021г.

Иванов Д.В. Усейнов

