







Устройство регистрации
акустических сигналов,
генерируемых пациентом во
время сна «Храпофон» по ТУ
26.60.12-001-17016956-2020

Зав. № TC169413



ООО «Сомномед-М», 123056, г. Москва, ул.

Юлиуса Фучика, дом 6, строение 2, этаж 3, помещение I,
комната 1



06.2020 г.

Срок эксплуатации: 5 лет

Номинальное напряжение питания – 3,0 В... (батарейка),
2,4 В ... (аккумулятор)

Тип элемента питания: ААА (батарейка или аккумулятор)

Время работы устройства в режиме записи от батарейки
или аккумулятора, не менее 40 ч

Макет маркировки

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 1 листов

ООО «Сомномед-М»

Генеральный директор Калинин А.Л.

Подпись _____
«15» апреля 2021 г.

