

Фотографические изображения
На медицинское изделие для диагностики in vitro:

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA анти-HCV»

Вариант исполнения 1	стр 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение «Калибратора +»	стр 8
Фотографическое изображение «Калибратора —»	стр 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA анти-HCV»



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA анти-HCV»

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA анти-HCV»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки


«MagnaLIA анти-HCV»

LOT

E002



2020-08-28




REF

2250101



2021-08-28



IVD



ТУ 21.20.23-495-98539446-2019

РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX




ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA анти-HCV»



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA анти-HCV»



Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21.20.23-495-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA анти-HCV»

LOT E002

REF 2250105

IVD

2020-08-28

2021-08-28

50

+2/+8 °C



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA анти-HCV»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA анти-HCV»

MagnoLIA анти-HCV




E002



2021-08-28



2250105



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002


Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA анти-HCV»





Магнолия
анти-НСV
Калмбратор +
Объем 1 мл
Исх. №8
ООО ЦИРМИ / АНКОР





Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (реверс) лист 08

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Д.Г. Полынцев

Макеты этикеток на медицинское изделие:

Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA анти-HCV» производства ООО «Компания Алкор Био»

- Внешняя этикетка , вариант исполнения 1 - лист 2
- Внутренние этикетки, вариант исполнения 1 – лист 3
- Внешняя этикетка, вариант исполнения 2 – лист 4
- Внутренние этикетки, вариант исполнения 2 – лист 5

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.




Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA анти-HCV»

Маркировка вторичной упаковки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Комплектация I

Кат № 2250101



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA анти-HCV»


Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения
Апгител к ВИЧ 1.2 и HBsAg отсутствуют

LOT E002
REF 2250101
IVD

2020-08-28
2021-08-28
10



ТУ 21 20 23-495-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXX


ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA анти-HCV»

Маркировка первичной упаковки



Комплектация 1
Кат № 2250101



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA анти-HCV»

Маркировка вторичной упаковки



Комплектация 2

Кат № 2250105

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

REF 2250105 +2/+8 °C

LOT E002 2021-08-28

MagnaLIA анти-HCV



Состав набора:


Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21 20 23-495-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA анти-HCV»

LOT E002
REF 2250105
IVD

2020-08-28
2021-08-28
Σ 50



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA анти-HCV»

Маркировка первичной упаковки



Комплектация 2
Кат № 2250105

MagnaLIA
анти-HCV
Калибратор +
объем 1 мл



- 5 шт.

MagnaLIA
анти-HCV
Калибратор -
объем 1 мл



- 5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 5 (нет) лист 98

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Д.Г. Полинцев