


Фотографическое изображения медицинского изделия:

**Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ,
модели: CYW-100N, CYW-501, с принадлежностями.
(производство Choyang Medical Industry Ltd., Корея)**

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Бандек-МС»


Шахнюк Ольга Николаевна

(подпись, М.П.)


 2021 г.

Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модели: CYW-100N, CYW-501, с принадлежностями.

1. Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ.

Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW-100N.



Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW-100N (макет маркировки на русском языке)

REF	BANDEQ CYW-100N		
Требования к электропитанию	220-230V~, 50/60Hz, 0,93 KW		
		SN	
	Choyang Medical Industry Ltd. 5Fl., Joongil Eines Platz III, 519, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-807, Korea Тел : +82-31-747-9900 Факс : +82-31-747-9901 http://www.choyangmed.com		
	Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW - 100N № РЗН 2014/983		
	Сделано в Корее		

Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW-501.



BANDEQ CYW-501
УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ

Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW-501 (макет маркировки на русском языке)

REF	BANDEQ CYW-501		
Требования к электропитанию	220-230V~, 50/60Hz, 1.0 KW		
		SN	
	Choyang Medical Industry Ltd. 5Fl., Joongil Eines Platz III, 519, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-807, Korea Тел : +82-31-747-9900 Факс : +82-31-747-9901 http://www.choyangmed.com		
	Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модель: CYW-501 № РЗН 2014/983		
	Сделано в Корее		

2. Руководство пользователя.

BANDEQ

Руководство пользователя

Установка для мойки и дезинфекции
гибких эндоскопов серии BANDEQ,
модель: CYW-100N



BANDEQ


Руководство пользователя


Установка для мойки и дезинфекции
гибких эндоскопов серии BANDEQ,
модель: CYW-501




Принадлежности:

1. Шланги соединительные для подводки воды.







2. Корзинка для мелких деталей эндоскопа.



3. Трубки для подводки жидкостей к эндоскопу.



4. Трубки слива жидкостей.




5. Специальный принтер для датировки цикла работы установки.




6. Фильтр очистки воды.



7. Кронштейн крепления фильтров очистки воды.



8. Трубка проверки теста на герметичность.




9. Адаптеры проверки на герметичность.



10. Адаптеры для подводки воды.



11. Плавкие предохранители.



Прошито и пронумеровано 20 листов

Генеральный директор

ООО «Бандек-МС» Шахнюк О.Н.

