

«УТВЕРЖДАЮ»

**Управляющий – индивидуальный
предприниматель**

ООО «Гарантия-ЕК»


Денисов И.В.

9 февраля 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный,
частотно-адаптивный Charak DDDR модель 747 PRO MRI**





CONTENTS

One PACETRONIX Implantable Cardiac Pulse Generator
complete with Accessories and Product Literature

Type: **CHARAK 747 R DDDR**

Description : Dual Chamber Pulse Generator
Connector : IS1 Compatible 3.2 mm Bipolar

Manufacturer's Settings at Shipment ($37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ & $500 \pm 1\%$ ohm load)

Pacing Mode	: DDD	PVARP	: 350 ms
Pacing Rate (min^{-1})	: 60 min^{-1}	Ventricular Pulse Amplitude	: 2.5 V
Upper Rate Behaviour	: Wenkebach	Ventricular Pulse Width	: 0.4 ms
Atrial Pulse Amplitude	: 2.5 V	Ventricular Sensing	: 1.5 mV (Bipolar)
Atrial Pulse Width	: 0.4 ms	Ventricular Pacing Polarity	: Bipolar
Atrial Pacing Polarity	: Bipolar	Ventricular Refractory	: 325 ms
Atrial Blanking	: 68 ms	Post Pacing AV Delay	: 140 ms
Atrial Sensing	: 1.0 mV (Bipolar)		
Atrial Refractory	: 250 ms		

CHARAK 747R



Shree Pacetronix Ltd.

Plot No. 15, Sector- II, Pithampur- 454775
Dist. Dhar (M.P.) INDIA, FAX: 07292- 400418
Email: pacetronix@hotmail.com
Website: www.pacetronix.com


Rev. 04/ Jan 1, 2018





Отвертка.





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 ЛИСТОВ

