

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «АЗРТ»



Н.Е. Станкевич


« 5 » 07 20 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
МЕДИКС-Р-АМИКО**

ТУ 9442-005-34597883-99

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»
(исполнение 3) ТУ 9442-005-34597883-99 - комплекс рентгеновский диагностический стационарный с
1-ым, 2-ым и 3-им рабочим местом:




в составе:

Исполнение 1 - комплекс рентгеновский диагностический стационарный с 1-ым рабочим местом:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1




или устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ»




2. Стол рентгеновский поворотный. модель BIO Score




3. Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист»



или Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300 «Аметист». исполнение 1.2.3




4. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»




5. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1



или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



6. Излучатель рентгеновский E7242X




или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12_1, RAY-12_3, RAY-12S_1, RAY-12S_3,
RAY-14_1, RAY-14_3, RAY-14S_1, RAY-14S_3




или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S



или Излучатель рентгеновский C40/X42, C52/RTM 782 HS, C352/RTM 782 HS, C52/RTM 78 HS, C352/RTM 78 HS



или Излучатель рентгеновский RAD14/Diamond, RAD14/Leo



7. Ширмы рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные в следующих исполнениях:
Ширма резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» или Ширмы резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К» с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К» или с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К» или с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «Рентген-Комплект» или Ширмы рентгенозащитные в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» или резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К» с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К» или с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К» или с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР».



8. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»



или

Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями. исполнения CR10-X, CR30-Xm



или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями исполнения CR 12-X, 15-X



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X



или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями. Цифровой дигитайзер DX-M



или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima T (CR-IR 392) с принадлежностями




или Аппарат цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров, исполнения: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями



или Система цифровой радиографии Vita с принадлежностями. исполнений: VitaFlex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System




9. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения в составе с устройством обработки рентгеновского изображения 1717SCC




10. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО», производства НПАО «АМИКО»



11. Растр рентгеновский отсеивающий JPI. Тип AAS, ACS, AAC, ACC



12. Переговорное устройство




13. Кассеты медицинские рентгенографические. PROTEC

или


Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновыми в сборе

или


Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами.




14. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов. PROTEC



15. Система дистанционного видеонаблюдения




16. Комплект фотолaborаторный



17. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ – «Р-К»: или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»:



18. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2 или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР



19. Комплект сменных устройств, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»:
- Пояс компрессионный.




20. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ



или Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100



или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P




Исполнение 2 - комплекс рентгеновский диагностический стационарный со 2-ым и 3-им рабочим местом:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1




или


Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 100 LC, модель TOP – X 100 LC с принадлежностями: пульт управления LCDTC1




или
устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ»




2. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»




3. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии – АМИГРАФ (Исполнение 1).



Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии – АМИГРАФ (Исполнение 2),




Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии – АМИГРАФ (Исполнение 3).




4. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1



или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



5. Излучатель рентгеновский E7242X




или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12_1, RAY-12_3, RAY-12S_1, RAY-12S_3,
RAY-14_1, RAY-14_3, RAY-14S_1, RAY-14S_3




или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S



или Излучатель рентгеновский C40/X42, C52/RTM 782 HS, C352/RTM 782 HS, C52/RTM 78 HS,
C352/RTM 78 HS



или Излучатель рентгеновский RAD14/Diamond, RAD14/Leo



6. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»



или Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, исполнения CR 10-X, CR 30-Xm



или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями исполнения CR 12-X, 15-X



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X



или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, Цифровой дигитайзер DX-M



или Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima
Т (CR-IR 392) с принадлежностями




или Аппарат цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров, исполнений: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями




или Система цифровой радиографии Vita с принадлежностями, исполнений: Vita Flex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System




7. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения



8. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»



9. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS. ACS. AAC, ACC



10. Переговорное устройство




11. Кассеты медицинские рентгенографические. PROTEC

или

Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновыми в сборе

или


Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами:



12. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов PROTEC



13. Система дистанционного видеонаблюдения



14. Комплект фотолабораторный



15. Каталка рентгенографическая




16. Устройство фиксации детей для рентгенографии



17. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К» или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»:




18. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2 или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР



19. Комплект сменных устройств:


- Пояс компрессионный.
- Рамка – кассетодержатель.
- Полка для латерографии.




20. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ



или Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100



или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P




Исполнение 3 - комплекс рентгеновский диагностический стационарный с 1-ым, 2-ым и 3-им рабочим местом:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1




или устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ»



2. Стол рентгеновский поворотный. модель BIO Score




3. Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист»




или Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300 «Аметист», исполнение 1.2.3




4. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»




5. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии - АМИГРАФ (Исполнение 1),



Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии – АМИГРАФ (Исполнение 2),




Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии – АМИГРАФ (Исполнение 3).



6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1



или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



7. Излучатель рентгеновский E7242X




или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12_1. RAY-12_3, RAY-12S_1. RAY-12S_3.
RAY-14_1. RAY-14_3. RAY-14S_1. RAY-14S_3




или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S



или Излучатель рентгеновский C40/X42, C52/RTM 782 HS, C352/RTM 782 HS, C52/RTM 78 HS, C352/RTM 78 HS



или Излучатель рентгеновский RAD14/Diamond, RAD14/Leo



8. Ширмы рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные в следующих исполнениях:
Ширма резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» или Ширмы резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К» с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К» или с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К» или с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «Рентген-Комплект» или Ширмы рентгенозащитные в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» или резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К» с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К» или с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К» или с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР».



9. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»



или Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, исполнения CR 10-X, CR 30-Xm



или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями исполнения CR 12-X, 15-X



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X



или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями. Цифровой дигитайзер DX-M



или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima T (CR-IR 392) с принадлежностями




или Аппарат цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров, исполнений: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями



или Система цифровой радиологии Vita с принадлежностями, исполнений: VitaFlex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System.




10. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения



11. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»



12. Растр рентгеновский отсеивающий JPI. Тип AAS, ACS, AAC, ACC



13. Переговорное устройство



14. Кассеты медицинские рентгенографические. PROTEC

или

Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновыми в сборе

или


Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами:




15. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов PROTEC



16. Система дистанционного видеонаблюдения



17. Комплект фотолaborаторный



18. Каталка рентгенографическая




19. Устройство фиксации детей для рентгенографии



20. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К» или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»:




21. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2 или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР



22. Комплект сменных устройств:


- Пояс компрессионный.
- Рамка – кассетодержатель,
- Полка для латерографии.



23. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ



или Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100



или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 101 листов
(своими)
Директор ЗАО «АЗРТ»

Н.Е. Станкевич

ЗАО «АЗРТ», Российская Федерация

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
«МЕДИКС-Р-АМИКО»

Макеты маркировки и упаковки


Фотографические изображения

**Макет маркировочной таблички комплекса
рентгеновского диагностического стационарного
«МЕДИКС-Р-АМИКО»**

Основная маркировочная табличка комплекса располагается на устройстве рентгеновском питающем.

 ЗАО «АЗРТ»	
Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4	
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»	
Исполнение _	
SN XX-01.XXX	 XX XXXX
380 В 50Гц 80кВ·А	  3N ~ IP20
ТУ 9442-005-34597883-99	

Расположение маркировочной таблички комплекса «МЕДИКС-Р-АМИКО».



 ЗАО «АЗРТ»	
Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4	
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»	
Исполнение _	
SN XX-01.XXX	 XX XXXX
380 В 50Гц 80кВ·А	  3N ~ IP20
ТУ 9442-005-34597883-99	

Макеты первичной и вторичной упаковки

Макеты первичной и вторичной упаковки составных частей Комплекса рентгеновского диагностического стационарного «МЕДИКС-Р-АМИКО» (исполнение 3).

Информационные манипуляционные знаки транспортной тары аппарата.

Информация с нумерацией, количеством упаковочных мест и их составом указаны на упаковочных листах каждого транспортного места аппарата.

Состав упаковочных мест согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО» (исполнение 3):

Место № 1

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

поз.1 Устройство рентгеновское питающее TOP-X 850 HF;

поз.6 Дозиметр рентгеновского излучения клинический;

поз.14 Кассеты пластиковые рентгенографические;

поз.15 Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов – в составе кассет пластиковых рентгенографических;

поз. 20 Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов;

поз. 22 Комплект сменных устройств;

поз. 24 Комплект эксплуатационной документации на комплекс «МЕДИКС-Р-АМИКО» (исполнение 3) в составе: руководство по эксплуатации, формуляр, ведомость эксплуатационных документов.

Место № 2, 3

поз. 5 Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ» (Исполнение 1);

поз.12 Растр рентгеновский отсеивающий;

Место № 4.

поз. 2 Стол рентгеновский поворотный "BIO Score";

поз. 12 Растр рентгеновский отсеивающий;

поз. 8 Ширма рентгенозащитная;

Место № 5.

поз. 7 Излучатель рентгеновский;

поз. 3 Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист»;

Место № 6,7

поз. 9 Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»;

Место № 8.

поз. 11 Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»;

Место № 9.

поз. 10 Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения;

Место № 10.

поз. 4 Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений «УЦОИ-«АККОРД»;

поз. 13 Переговорное устройство;

поз. 16 Система дистанционного видеонаблюдения;


Место №11.

поз. 18 Каталка рентгенографическая;

Место №12.

поз. 23 Стабилизатор напряжения переменного тока;

Сводный упаковочный лист:



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Сводный)

Номер документа	Дата составления
A20-01.040	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ A20-01.040

ДоговорПродавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

Номера упако- вочных мест	Состав упаковочных мест (наименование/обозначение)	НОМЕР серийный (заводской)	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство рентгеновое питающее высокочастотное "TOP-X 850 HF"	201660090	шт.	1
	Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М	1396	шт.	1
	Кассеты пластиковые рентгенографические с экранами усиливающими		компл	1
	Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К»		компл	1
	Комплект сменных устройств		компл	1
	Комплект эксплуатационной документации "МЕДИКС-Р-АМИКО"		компл	1
2,3	Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ» (исполнение 1), в составе	A20-04.119	компл	1
	Стол для рентгенографии и томографии с комплектом соединительных кабелей	A20-04.119	шт.	1
	Стойка для рентгенографии	A20-04.119	шт.	1
	Растр рентгеновский		шт.	2
4	Стол рентгеновский поворотный "BIO Scope"	A12003	шт.	1
	Растр рентгеновский отсеивающий		шт.	1
	Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»	025	шт.	1
5	Излучатель рентгеновский C40/X42	F144X/24X014	шт.	1
	Излучатель рентгеновский RAD14/Leo	59838-Q9/H59838	шт.	1
	Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 "Аметист"	1334A	шт.	1
6,7	Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов "Оптискан-АМИКО"	A20-06.004	шт.	1
8	Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»	A20-09.035	шт.	1
9	Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ- "АККОРД"	A20-05.196	компл	1
	Переговорное устройство		шт.	1
	Система дистанционного видеонаблюдения		шт.	1

Номера упако- вочных мест	Состав упаковочных мест (наименование/обозначение)	НОМЕР серийный (заводской)	Ед. изм.	Кол-во
10	Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения	LRR020210388	шт.	1
11	Каталка рентгенографическая		шт.	1
12	Стабилизатор напряжения переменного тока		компл	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место № 1

Состав упаковочного места:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP-X 850 HF;

- 1.1 Пульт управления
- 1.2 Выносной пульт скопии
- 1.3 Блок генератора
- 1.4 Кабель стыковки генератора с пультом управления
- 1.5 Кабель стыковки генератора с пультом скопии

2. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М;

3. Комплект соединительных кабелей, в составе:

- 5.1 Силовой кабель ПВС 5Х10, длиной 15м
- 5.2 Кабель разгон анода МКЭШ 3х0.75, длиной 13м
- 5.3 Кабель заземления ПВ-3-6, длиной 25м
- 5.4 Кабель термодатчика КСПЭВГ 2х0,2, длиной 13м
- 5.5 Высоковольтные кабели с наконечниками МЭК/МЭК , длиной 12 м

4. Комплект кассет пластиковых рентгенографических с экранами усиливающими:

- 4.1 Форматы: 18х24, 24х30, 30х40, 35х35 см.

5. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К»:

- 5.1 Воротник
- 5.2 Фартук рентгеновский односторонний
- 5.3 Комплект защитных пластин (4 предм.)
- 5.4 Передник

6. Комплект сменных устройств:

- 6.1 Пояс компрессионный
- 6.2 Рамка кассетодержатель
- 6.3 Полка для латерографии

7. Комплект документов, в составе:

- 7.1 Руководство по эксплуатации TOP-X 850
- 7.2 Формуляр на «Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»
- 7.3 Руководство по эксплуатации на «Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»
- 7.4 Руководство по эксплуатации на «Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ»
- 7.5 Руководство по эксплуатации на «Стол рентгеновский поворотный BIO Score»
- 7.6 Схемы электрических подключений
- 7.7 Протокол приемо-сдаточных испытаний
- 7.8 Декларация о соответствии, сертификаты на «Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»
- 7.9 Руководство по эксплуатации УЦОИ "АККОРД"
- 7.10 Паспорт УЦОИ "АККОРД"
- 7.11 Журнал технического обслуживания на Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
1	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

126 х 88 х 91 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

180 / 227 кг

МЕСТО №

1

из

12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано Кол-во
1	Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP-X 850 HF №201660090, в составе:	шт.	1	1
1.1	Пульт управления	шт.	1	1
1.2	Выносной пульт скопии	шт.	1	1
1.3	Блок генератора	шт.	1	1
1.4	Кабель стыковки генератора с пультом управления	шт.	1	1
1.5	Кабель стыковки генератора с пультом скопии	шт.	1	1
2	Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, №1396	шт.	1	1
3	Комплект соединительных кабелей, в составе:	компл.	1	1
3.1	Силовой кабель ПВС 5Х10, длиной 15м	шт.	1	1
3.2	Кабель разгон анода МКЭШ 3х0.75, длиной 13м	шт.	2	2
3.3	Кабель заземления ПВ-3-6, длиной 25м	шт.	1	1
3.4	Кабель термодатчика КСПЭВГ 2х0.2, длиной 13м	шт.	2	2
3.5	Высоковольтные кабели с наконечниками МЭК/МЭК длиной 12 м	шт.	4	4
4	Кассеты (с усиливающими экранами) пластиковые рентгенографические (4 шт):	компл.	1	1
	18Х24	шт.	1	1
	24Х30	шт.	1	1
	30Х40	шт.	1	1
	35Х35	шт.	1	1
5	Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К»	компл.	1	1
5.1	Воротник	шт.	1	1
5.2	Фартук рентгеновский односторонний	шт.	1	1
5.3	Комплект защитных пластин (4 предм.)	компл.	1	1
5.4	Передник	шт.	1	1
6	Комплект сменных устройств:	компл.	1	1
6.1	Пояс компрессионный	шт.	1	1
6.2	Рамка-кассетодержатель	шт.	1	1
6.3	Полка для латерографии	шт.	1	1

Стр. 1 из 2


№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано Кол-во
7	Комплект эксплуатационных документации МЕДИКС-Р-АМИКО (исполнение 3), в составе:	компл.	1	1
7.1	Руководство по эксплуатации TOP-X 850	шт.	1	1
7.2	Формуляр Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "Медикс-Р-АМИКО"	шт.	1	1
7.3	Руководство по эксплуатации на "Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "Медикс-Р-АМИКО"	шт.	1	1
7.4	Руководство по эксплуатации «Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ»	шт.	1	1
7.5	Руководство по эксплуатации «Стол рентгеновский поворотный BIO Scope»	шт.	1	1
7.6	Схемы электрических подключений	компл.	1	1
7.7	Протокол приемо-сдаточных испытаний	шт.	1	1
7.8	Комплект деклараций, сертификатов и удостоверений на комплекс рентгеновский диагностический цифровой "Медикс-Р-АМИКО"	компл.	1	1
7.9	Руководство по эксплуатации УЦОИ "АККОРД"	шт.	1	1
7.10	Паспорт УЦОИ "АККОРД"	шт.	1	1
7.11	Журнал технического обслуживания на Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "Медикс-Р-АМИКО" (исполнение 3)	шт.	1	1


Упаковано, кладовщик


(подпись)


(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК


(подпись)


(расшифровка подписи)

Стр. 2 из 2

Место № 2.

Состав упаковочного места:

1. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ» (Исполнение 1)

1.1 Стол для рентгенографии и томографии в составе:


- растр рентгеновский;
- камера ионизационная;

1.2 Колонна

1.3 Томографическая приставка (томографическая штанга)

1.4 Диафрагма

1.5 Система рельс



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
2	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ А20-01.040

Договор	№
Продавец:	ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)
Покупатель:	

РАЗМЕР упаковочной тары	161 x 95 x 100 см
МАССА (НЕТТО/БРУТТО)	120 / 250 кг

МЕСТО № 2 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ» (исполнение 1) №А20-04.119, в составе:	компл	1	1
1.1	Стол для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ», с электронным блоком управления и комплектом соединительных кабелей, в составе:	компл	1	1
	Растр рентгеновский 438x480	шт.	1	1
	Камера ионизационная 450x470	шт.	1	1
1.2	Колонна, в составе:	шт.	1	1
	Электронный блок управления колонны с комплектом соединительных кабелей	компл	1	1
	Пульт блока источника рентгеновского излучения	компл	1	1
1.3	Томографическая приставка, в составе:	шт.	1	1
	Томографическая штанга	шт.	1	1
1.4	Диафрагма	шт.	1	1
1.5	Система рельс, в составе:	шт.	1	1
	Поперечные планки для параллельной установки рельс	шт.	2	2

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

Место № 3

**2. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ»
(Исполнение 1): Стойка для рентгенографии:**

1.1 Стойка для рентгенографии в составе:

- растр рентгеновский;
- камера ионизационная;

1.2 Комплект соединительных кабелей

1.3 Короб электромонтажный



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
3	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)


№ А20-01.040


Договор	№
Продавец:	ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)
	(организация, адрес)
Покупатель:	
	(организация, адрес)
РАЗМЕР упаковочной тары	240 x 95 x 107 см
МАССА (НЕТТО/БРУТТО)	275 / 430 кг
МЕСТО №	3 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ» (исполнение 1) №А20-04.119, в составе:	компл.	1	1
1.1	Стойка для рентгенографии, в составе	шт.	1	1
	Растр рентгеновский 438x480	шт.	1	1
	Камера ионизационная 450x470	шт.	1	1
	Пластины противовеса	компл.	1	1
1.2	Комплект соединительных кабелей	компл.	1	1
1.3	Короб электромонтажный 2000x80x40мм	шт.	2	2


Упаковано, кладовщик


(подпись)


(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК


(подпись)


(расшифровка подписи)


Место № 4.

Состав упаковочного места:

1. Стол рентгеновский поворотный «BIO Score»:

- 1.1 Стол поворотный с комплектом соединительных кабелей;
- 1.2 ЭСУ с пультом управления УРИ в составе:
 - растр рентгеновский;
 - камера ионизационная;
- 1.3 Декоративный кожух;
- 1.4 Комплект защитных устройств ЭСУ;
- 1.5 Диафрагма

2. Ширма рентгенозащитная.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
4	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ А20-01.040

Договор №

Продавец: ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)
(организация, адрес)

Покупатель: (организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 242 x 150 145 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 850 / 1153

МЕСТО № 4 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Стол рентгеновский поворотный "BIO Scope" №А12003, в составе:	шт.	1	1
1.1	Стол поворотный с комплектом соединительных кабелей	компл	1	1
1.2	ЭСУ с пультом управления УРИ, в составе:	шт.	1	1
	Растр рентгеновский 360х380	шт.	1	1
	Камера ионизационная 375х390,	шт.	1	1
1.3	Декоративный кожух	шт.	1	1
	Пластины противовеса	компл	1	1
1.4	Комплект защитных устройств ЭСУ	компл	1	1
	Принадлежности стола	компл	1	1
1.5	Диафрагма	шт.	1	1
2	Ширма рентгенозащитная резино-свинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» № 025	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место № 5.


Состав упаковочного места:

1. Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист»:

- 1.1 блок входной преобразующий (РЭОП);
- 1.2 блок цифровой памяти и шумопонижения (БЦП)
- 1.3 монитор УРИ;
- 1.4 комплект соединительных кабелей;
- 1.5 комплект монтажных частей

2. Излучатель рентгеновский С40/X42;

3. Излучатель рентгеновский RAD14/Leo;



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
5	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

121 х 67 х 90 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

60 / 75 кг

МЕСТО №

5

из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист» № 1334А, в составе:	шт.	1	1
1.1	Блок входной преобразующий (РЭОП)	шт.	1	1
1.2	Блок цифровой памяти и шумопонижения (БЦП)	шт.	1	1
1.3	Монитор УРИ	шт.	1	1
1.4	Комплект соединительных кабелей	компл	1	1
1.5	Комплект монтажных частей	компл	1	1
2	Излучатель рентгеновский С40/Х42 № F144X/24X014	шт.	1	1
3	Излучатель рентгеновский RAD14/Leo № 59838-Q9/H59838	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)



(расшифровка подписи)

Место № 6,7.

Состав упаковочного места №6:

1. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»;

- 1.1 Кабель питания;
- 1.2 Комплект эксплуатационной документации
- 1.3 Монитор (**коробка №1**);
- 1.4 Комплекс средств управления на базе РС компьютера (**коробка №2**) (ПО Аккорд-Амико, версия 5,5);
- 1.5 Источник бесперебойного питания (**коробка №3**)
- 1.6 Кабель питания;
- 1.7 Комплект эксплуатационной документации



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
6	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)
№ А20-01.040**

Договор № _____

Продавец: ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)
(организация, адрес)

Покупатель: _____
(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 76 x 56 x 99 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 90 / 112 кг

МЕСТО № 6 ИЗ 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов "Оптический-АМИКО" Исполнение 3, №А20-06.004	шт.	1	1
1.1	Коробка №1: Монитор, диагональ 21,5"	шт.	1	1
	кабель питания для монитора	шт.	1	1
1.2	Коробка №2: Комплекс средств управления на базе РС компьютера, в составе:			1
	системный блок 276	шт.	1	1
	манипулятор "мышь"	шт.	1	1
	клавиатура	шт.	1	1
	комплект документации	компл.	1	1
	кабель питания системного блока	шт.	1	1
	видеокабель к монитору	шт.	1	1
	USB ключ	шт.	1	1
	переходник USB COM	шт.	1	1
1.3	Программное обеспечение, Аккорд-Амиго, версия 5,5	компл.	1	1
1.4	Коробка №3: Источник бесперебойного питания с комплектом кабелей и документации	компл.	1	1
1.5	Кабель питания	шт.	1	1
1.6	Комплект эксплуатационной документации	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)


Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Состав упаковочного места №7:

1. Аппарат цифровой радиогграфии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima (CR-IR 391RU);



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
7	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)
№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

76 x 65 x 149 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

95 / 115 кг

МЕСТО №

7

из

12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima (CR-IR 391RU), FUJIFILM (Япония) № 96414239	шт.	1	1
1.5	Кабель питания	шт.	1	1
1.6	Комплект эксплуатационной документации	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место № 8

Состав упаковочного места:

1. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»;



Упаковочный лист

Имя документа	Дата составления
8	15.12.2007

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 2)

Договор № А20-61.040

Договор № 340 "А.Ф.Т." (г. Алматы)

Договор №

РАЗМЕР (внутренний) 90 x 76 x 101 см

МАССА (нетто/брутто) 55 / 65 кг

МЕСТО № 8 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№	Упаковочный материал, наименование (вид, марка, страна)	Ед. изм.	Кол-во	Значение
1	Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок "ОПТИМАКС-АМИКО" №А20-61.040	шт.	1	1
	Стеклоподставка	шт.	1	1
	Инструкция по эксплуатации, документация	шт.	1	1

Исполнитель: [подпись]

Проверитель: [подпись]

Исполнитель: [подпись]

Проверитель: [подпись]

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
8	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)

№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

96 х 76 х 103 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

55 / 65 кг

МЕСТО №

8

из

12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО» №А20-09.035	компл	1	1
	Стол-подставка	шт.	1	1
	Комплект эксплуатационной документации «ОПТИМАКС-АМИКО»	компл	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)


Стр. 1 из 1

Место №9.

Состав упаковочного места:

1. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения в составе с устройством обработки рентгеновского изображения: 1717SCC.





УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
9	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)
№ А20-01.040

Договор №
Продавец: ЗАО "АЗРТ" (г. Апелеево)
Покупатель:
РАЗМЕР упаковочной тары 126 x 126 x 53 см
МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 25 / 32 кг
МЕСТО № 9 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол- во	Упаковано
				Кол-во
1	Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения в составе с устройством обработки рентгеновского изображения: 1717 SCC №LRR020210388	компл.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место №10

Состав упаковочного места:


1. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»:

- 1.1 Монитор (коробка №1);
- 1.2 Комплекс средств управления на базе РС компьютера (коробка №2);
- 1.3 ПО Аккорд-Амиго, версия 5,5;
- 1.4 Источник бесперебойного питания (коробка №3)

2. Комплект коммутационного оборудования;

3. Переговорное устройство;

4. Система дистанционного видеонаблюдения.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
10	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)**

№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

96 x 76 x 86 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

40 / 60 кг

МЕСТО №

10

из

12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ- "АККОРД" № А20-05.196, в составе:	компл.	1	1
1.1	Коробка №1: Монитор	шт.	1	1
1.1.1	Кабель питания для монитора	шт.	1	1
1.2	Коробка №2: комплекс средств управления на базе РС компьютера, в составе:	компл.	1	1
1.2.1	системный блок 27b			
1.2.2	комплект документации	шт.	1	1
1.2.3	USB ключ	шт.	1	1
1.3	Программное обеспечение Аккорд-Амико, версия 5.5	компл.	1	1
1.4	Коробка №3: источник бесперебойного питания с комплектom кабелей и документации	компл.	1	1
2	Комплект коммутационного оборудования, в составе:	компл.	1	1
2.1	кабель STP-4 витая пара, 25м	шт.	1	1
2.2	коннектор RJ-45	шт.	8	8
2.3	коммутатор Hub 5 port Upvel	шт.	1	1
3	Переговорное устройство (с кабел. КСПЭВГ 4x0,2=20м)	шт.	1	1
4	Система дистанционного видеонаблюдения	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК



(подпись)

(расшифровка подписи)

Место №11.

Состав упаковочного места:

1. Каталка рентгенографическая.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
11	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
"МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)

№ А20-01.040

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 216 x 82 x 45 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 132 / 162 кг

МЕСТО № 11 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Каталка рентгенографическая	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

Место №12

Состав упаковочного места:

1. Стабилизатор напряжения переменного тока.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
12	25.12.2020

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)
№ А20-01.040**

Договор № _____

Продавец: ЗАО "АЗРТ" (г. Апелеско)

Покупатель: _____

РАЗМЕР упаковочной тары: 156 x 130 x 90 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО): 225 / 300 кг

МЕСТО № 12 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вкл. сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка
				Кол-во
1	Стабилизатор напряжения переменного тока	штук	1	1

Упаковщик (подпись): _____ (расшифровка подписи)

Приверенный ОТК (подпись): _____ (расшифровка подписи)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
12	25.12.2020

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ "МЕДИКС-Р-АМИКО" (исполнение 3)
№ А20-01.040

Договор №

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 156 x 130 x 90 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 275 / 300 кг

МЕСТО № 12 из 12

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Стабилизатор напряжения переменного тока	компл	1	3

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 34 листов
(тридцать четыре)
Директор ЗАО «АЗРТ»


Н.Е. Станкевич

