



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17208

На медицинское изделие

**Монитор амбулаторный артериального давления Tonoport VI
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"ПАР медицинтехник ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,
PAR Medizintechnik GmbH & Co. KG, Sachsendamm 6, 10829 Berlin, Germany**

Производитель

**"ПАР медицинтехник ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,
PAR Medizintechnik GmbH & Co. KG, Sachsendamm 6, 10829 Berlin, Germany**

Место производства медицинского изделия

PAR Medizintechnik GmbH & Co. KG, Sachsendamm 6, 10829 Berlin, Germany

Номер регистрационного досье № РД-42923/50231 от 23.07.2021


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 мая 2022 года № 4110
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0065580

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17208

Лист 1

На медицинское изделие

**Монитор амбулаторный артериального давления Topoport VI
с принадлежностями, в составе:**


1. Регистрирующее устройство Topoport VI.
2. Руководство оператора с приложениями - не более 5 шт.
3. Аккумулятор никель-металлогидридный, тип AA - не более 4 шт.
(при необходимости).
4. Манжета для измерения артериального давления
взрослая, маленькая - не более 15 шт. (при необходимости).
5. Манжета для измерения артериального давления
взрослая, стандартная - не более 15 шт. (при необходимости).
6. Манжета для измерения артериального давления
взрослая, большая - не более 15 шт. (при необходимости).
7. Манжета для измерения артериального давления
взрослая, сверхбольшая - не более 15 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение для просмотра результатов измерений
на оптическом или электронном носителе (при необходимости).

Принадлежности:

1. USB драйвер на оптическом или электронном носителе.
2. Кабель для подключения монитора к ПК (RS232).
3. Кабель для подключения монитора к ПК (USB).
4. Чехол для транспортировки монитора - не более 2 шт.
5. Пояс для ношения чехла - не более 2 шт.
6. Зарядное устройство для аккумуляторов, с адаптером питания.
7. Кейс для транспортировки аппарата.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0099719