

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «ИПО «Диагностические системы»

О.Н. Шлюндин

2017 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Набор реагентов
«МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ»
Тест-система иммуноферментная
для выявления антител к вирусам иммунодефицита
человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О
и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 1 (общий вид)



ООО «НПО «Диагностические системы»
Комплект 1 (общий вид)



Комплект 1 (вид сбоку)

«Для профессионального применения» «Не стерильно» «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы: Антитела к ВИЧ-1, 2 (за исключением реагента K+_{ΔT}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»

Состав набора:

		Комплект 1	
			
1	Иммунсорбент	1 планшет	
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,0 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	20,0 мл
6	K+ _{ΔT} инактивированный	1 фл.	2,0 мл
7	K+ _{ΔT} инактивированный	1 фл.	2,0 мл
8	K-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	60,0 мл
10	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл

Принадлежности

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ

REF

LOT 187004 экс.-пр.



2017-02



2019-02-15


Срок годности: 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-187-05941003-2017 (проект)




96



4605979402280

Комплект 1 (вид сбоку)




IVD



ООО "НПО "Диагностические системы"
603093, Россия, Нижний Новгород, ул. Яковлева, 22
Тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru, www.npods.ru

187-052-RU-03-00

Комплект 2 (общий вид)



Комплект 2 (общий вид)



Комплект 2 (вид сбоку)

«Для профессионального применения» «Не стерильно» «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K+AT), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»

Состав набора:		Комплект 2	
		Σ 192	
1	Иммунсорбент	2 планшета	
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,0 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	20,0 мл
6	K+AT, инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
7	K+AG, инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
8	K-, инаktivированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	120,0 мл
10	Стоп-реагент	2 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл

Принадлежности

Крышки к полистироловым 96-луночным планшетам (2 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (4 шт.), наконечники одноразовые (32 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (4 шт.), пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.)

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ

REF

LOT

187004 экс.-пр.



2017-02



2019-02-15

Срок годности: 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-187-05941003-2017 (проект)



192



4605979402297





Комплект 3 (общий вид)



Комплект 3 (вид сбоку)

Состав набора:

1	Иммуносорбент
2	Конъюгат-1
3	Конъюгат-2
4	РРК-1
5	РРК-2
6	K ⁺ АТ инактивированный
7	K ⁺ АГ инактивированный
8	K ⁻ инактивированный
9	ПР
10	Стоп-реагент
11	СБ
12	ТМБ

Комплект 3 480

5 планшетов	
1 фл.	3,6 мл
или	
3 фл.	1,2 мл
1 фл.	4,0 мл
или	
2 фл.	2,0 мл
3 фл.	12,0 мл
2 фл.	20,0 мл
1 фл.	4,0 мл
или	
2 фл.	2,0 мл
1 фл.	4,0 мл
или	
2 фл.	2,0 мл
1 фл.	5,0 мл
или	
2 фл.	2,5 мл
2 фл.	120,0 мл
2 фл.	50,0 мл
или	
4 фл.	25,0 мл
2 фл.	50,0 мл
или	
3 фл.	25,0 мл
2 фл.	3,5 мл
или	
3 фл.	2,5 мл

Принадлежности:

Крышки к полистироловым 96-луночным планшетам (5 шт.) или пленки защитные для ИФА-плашетов (10 шт.), наконечники одноразовые (80 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (10 шт.), пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (3 шт.)

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ

REF

LOT

187004 экс.-пр.



2017-02



2019-02-15



480



4605979402303

Срок годности: 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-187-05941003-2017 (проект)

«Для профессионального применения» «Не стерильно» «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1/2 (за исключением реагента К-д-т), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».





Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

17

(семнадцать) листов(а)

цифрами

прописью

Заместитель генерального директора

Шлюндин О.Н.

