


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Кальций Арсеназо”
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 1, серия 6


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов

"06" апреля 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" апреля 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" января 2021 г.



REF

LOT

6

X-XXXX



2021-02

2023-02

Кальций Арсеназо



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


IVD



Для профессионального применения



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Кальций Арсеназо"
 вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" *М.Д. Хусаинов*
 "06" *сентября* 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов

2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Кальций Арсеназо”
вариант комплектации 2, серия 7

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” апреля 2021 г.

REF

X-XXXX

LOT

7




2021-02



2023-02

Кальций Арсеназо



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD




Для профессионального применения

еское изображение общего вида медицинского изделия
«Арсеназо»
инструкция 3, серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

аинов





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусайнов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



REF Σ 760 LOT 4
X-XXXX 2020-10
2022-10



Кальций Арсеназо



Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Кальций Арсеназо”
 вариант комплектации 4, серия 4


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “06” апреля 2021 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 4, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 4, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



REF

X-XXXXX

Σ
760

LOT

4



2020-10



2022-10

Кальций Арсеназо



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD




Для профессионального применения

Графическое изображение общего вида медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
Лит. комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д.
"06" 04/2021

АИЗОВ



ВЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче (Кальций-Арсеназо)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче «Кальций-Арсеназо» служит для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче человека методом с использованием.

1.2. Набор выпускается в семи вариантах комплектации.

Используемый

5.5.* Допустимый расход реагентов при параллельном определении одной пробы растворами калия серии - не более 30%.

5.6. Диапазон измерений - 0,3-6,0 ммоль/л.

5.7. Нормальные величины концентрации кальция: - в сыворотке, плазме крови взрослого человека - 2,02-2,35 ммоль/л;

у новорожденных - 1,75

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Примная: тел. (383)-227-60-30

www.vector-best.ru

vbobk@vector-best.ru

X-XXXX

ПАСПОРТ № 1153-21

Кальций Арсеназо

Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче

Для анализатора MIURA (Миура)

Номер серии 8

Хранить при температуре 2-25°C

Дата изготовления 2021-04

Транспортировать при 2-25°C.

Дата выдачи паспорта 2021-04-05

Срок годности наборов до 2023-04

Состав

Внешний вид

Рез-ты контр

Прозрачная жидкость малинового цвета

Поставщик


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
2021 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" апреля 2021 г.



REF X-XXXX Σ 1135 LOT 8
2021-04
2023-04

Кальций Арсеназо



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 6, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" *[подпись]* М.
"26" апреля 2021

С.А. Ионов



ВЕКТОР БЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче (Кальций-Арсеназо)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче «Кальций-Арсеназо» (далее по тексту – набор) предназначен для количественного определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче человека методом фотометрии.

1.2. Допустимая разбавность результатов при определении кальция в сыворотке, плазме крови и моче – не более 5%.

1.3. Диапазон измерения: 0,3-6,0 ммоль/л.

1.4. Марка реагентов: «Кальций-Арсеназо».

1.5. Срок годности набора реагентов: 24 месяца.

1.6. Условия хранения: в оригинальной упаковке при температуре от +2 до +25 °С.

1.7. Условия транспортировки: в оригинальной упаковке при температуре от +2 до +25 °С.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492 Приемная: тел. (383)-227-60-30 www.vector-best.ru
vectorbest@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 449-21
Кальций Арсеназо
X-XXXX

Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче

Для анализатора iLab Taurus (Таурус) Номер серии 9

Хранить при температуре 2-25°C Дата изготовления 2021-02

Транспортировать при 2-25°C Дата выдачи паспорта 2021-02-04

Срок годности наборов до 2023-02

Внешний вид Рез-ты контроля


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 6, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 6, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
кальция в сыворотке,
плазме крови и моче

Кальций Арсеназо


Состав: Р (5×42 мл)

Таурус

ТУ 9398-630-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6534 от XX.XX.XXXX


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 6, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" августа 2021 г.





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Кальций Арсеназо”
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаянов
"02" августа 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" апреля 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Кальций Арсеназо"
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



BEKTOP

БЕСТ

REF

X-XXXXX



1475

LOT

7




2021-04



2023-04

Кальций Арсеназо



IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
«14» 2020 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов для
определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
(Кальций Арсеназо)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “Кальций Арсеназо”



Наименование компонента	Этикетка
“Кальций Арсеназо”, вариант комплектации 1	
Реагент	
Калибратор	
“Кальций Арсеназо”, вариант комплектации 2	
Реагент	
Калибратор	
“Кальций Арсеназо”, вариант комплектации 3	
Реагент	

Наименование компонента	Этикетка
“Кальций Арсенazo”, вариант комплектации 4	
Реагент	
“Кальций Арсенazo”, вариант комплектации 5	
Реагент	
“Кальций Арсенazo”, вариант комплектации 6	
Реагент	

Наименование компонента	Этикетка
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 7	
Реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Кальций Арсеназо»

2.1. Верхняя этикетка.

«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 1	
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 2	

«Кальций Арсеназо»,
вариант комплектации 3

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
кальция в сыворотке,
плазме крови и моче

Кальций Арсеназо

Состав: Р (4×60 мл)

**Сапфир
400-24**

ТУ 9398-630-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6534 от xx.xx.xxxx

«Кальций Арсеназо»,
вариант комплектации 4

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
кальция в сыворотке,
плазме крови и моче

Кальций Арсеназо

Состав: Р (6×40 мл)

**Сапфир
400-36**

ТУ 9398-630-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6534 от xx.xx.xxxx

«Кальций Арсеназо»,
вариант комплектации 5

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
кальция в сыворотке,
плазме крови и моче

Кальций Арсеназо

Состав: Р (5×50 мл)

Миура

ТУ 9398-630-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6534 от xx.xx.xxxx

«Кальций Арсеназо»,
вариант комплектации 6

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
кальция в сыворотке,
плазме крови и моче

Кальций Арсеназо

Состав: Р (5×42 мл)

Таурис

ТУ 9398-630-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6534 от xx.xx.xxxx

«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 7	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче Кальций Арсеназо Состав: Р (5×60 мл) BA400 ТУ 9398-630-23548172-2016 РУ № РЗН 2017/6534 от xx.xx.xxxx
---	--

2.2. Боковая этикетка


«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 1,2	REF X-XXXX LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Кальций Арсеназо    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Для профессионального применения
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 3	REF X-XXXX  760 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Кальций Арсеназо    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Для профессионального применения
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 4	REF X-XXXX  750 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Кальций Арсеназо    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Для профессионального применения

«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 5	
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 6	
«Кальций Арсеназо», вариант комплектации 7	

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383)332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«19» октября 2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



А.В. Масыго

19 октября 2020 г.