

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Д.А. Куршин

22 » 11 2021 г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

МАКЕТЫ УПАКОВОК И ЭТИКЕТОК.

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор процесса воздушной стерилизации iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД



Регистрационное удостоверение
№ F3H 2015/3516 от 06.12.2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-Плюс»
Д.А. Куркин
15 января 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ВОЗД Индикатор процесса
воздушной
стерилизации
класс 1

«iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД»
Р/У №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления: 02/2021 Номер партии: 751073

500 штук

Штрихкод

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.


ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-Плюс»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

iPack
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор процесса воздушной стерилизации iРАСК (АЙПАК)-1ВОЗД



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор процесса воздушной стерилизации iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД.



«iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД»

ВОЗД

ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

КЛАСС 1 (500 индикаторов)

КОД	iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751073	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,

цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г. Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор процесса
воздушной
стерилизации
класс 1

«iPACK (АЙПАК)-1ВОЗД»
ТУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
Номер партии: 751073

500 штук

Штрихкод




iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля для теста Бови-Дик-iPASC (АЙПАК)



ПАР

розовый

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

2 КЛАСС

ГОСТ ISO 11140-1-2011, ГОСТ ISO 11140-4-2011,
ГОСТ ISO 11140-5-2011

Применять в тестовых циклах:

134 °C / 3,5 мин.

и 121 °C / 15 мин.

Бови-Дик-iPASC(Айпак)

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел. 8-800-333-35-32.


Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru

ТУ 32.50.50.190-008-46842767-2020

Рег. уд.:

Дата изготовления: 02/2021 Номер партии: 751080

Срок годности: 36 месяцев



Штрихкод

Хранение: от +5 °C до +40 °C при относительной влажности не выше 80% при +25 °C.
Транспортирование: от -50 °C до +50 °C при относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля для теста Бови-Дик-iPACK (АЙПАК)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора Бови-Дик-iPASC (АЙПАК)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля для теста Бови-Дик-iPASC (АЙПАК).



«Бови-Дик-iPASC (АЙПАК)»



ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТЕСТА БОВИ-ДИКА

КЛАСС 2

КОД	Бови-Дик-iPASC (АЙПАК)		
КОЛИЧЕСТВО	10 шт.		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011, ГОСТ ISO 11140-4-2011, ГОСТ ISO 11140-5-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751080	МАССА БРУТТО	—

Хранение: от +5 °C до +40 °C при относительной влажности 80% при +25 °C.

Транспортирование: от -50 °C до +50 °C при относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»


РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,

цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки.

Индикатор контроля для теста Бови-Дик-iPACK (АЙПАК).



ПАР



розовый

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

2 КЛАСС

ГОСТ ISO 11140-1-2011, ГОСТ ISO 11140-4-2011,
ГОСТ ISO 11140-5-2011

Применять в тестовых циклах:

134 °C / 3,5 мин.

и 121 °C / 15 мин.

Бови-Дик-iPACK(Айпак)

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел. 8-800-333-35-32.


Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Рег. уд.:

Дата изготовления: 02/2021 Номер партии: 751080

Срок годности: 36 месяцев



Штрихкод

TY 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов iPASC (АЙПАК)-4ПД (120/45)

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/3516 от 06.12.2017 г.

«УТВЕРЖАЮ»
Генеральный директор
ИНТЕРСЭН-плюс
Д.А. Куркин
19 декабря 2018 года

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые (РАСК (АЙПАК))

ИНДИКАТОРЫ


КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru



БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

ПАК Индикатор контроля
паровой стерилизации
длительного режима
класс 4

«РАСК (АЙПАК)-4ПД» (120/45)
РУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021 Номер партии: 733106

1000 штук

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов iРАСК (АЙПАК)-4ПД (120/45)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПД (120/45)



ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов iPACK (АЙПАК)-4ПД (120/45).



«іРАСК (АЙПАК)-4ПД» (120/45)



**ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛИННЫХ РЕЖИМОВ
КЛАСС 4 (1000 индикаторов)**

КОД	IPACK (АЙПАК)-4ПД (120/45)		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751108	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.
Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13.

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67.

эл. почта: mail@isen.ru

ШТРИХКОД

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПД (120/45)



интерсэн
ПЛУС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАР Индикатор контроля
паровой стерилизации
длинных режимов
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4ПД» (120/45)
ТУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
Номер партии: 751108

1000 штук

Штрихкод



iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iPACK (АЙПАК)-4ПК (134/5)



ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iRACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iRACK (АЙПАК)-4ПК (134/5)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПК (134/5)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iPASK (АЙПАК)-4ПК (134/5).



«iPASK (АЙПАК)-4ПК» (134/5)



**ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОРОТКИХ РЕЖИМОВ
КЛАСС 4 (1000 индикаторов)**

КОД	iPASK (АЙПАК)-4ПК (134/5)		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751086	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,

цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПК (134/5)



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАК Индикатор контроля
паровой стерилизации
коротких режимов
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4ПК» (134/5)
PV №:
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 751086

Штрихкод



iPack
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iPACK (АЙПАК)-4УНИВ

Регистрационный номер: RU.77.01.00001516-2018-01

«ОТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»
Д.А. Куркин
14.01.2018 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы

интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

**КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ**

ПАК Индикатор контроля
паровой стерилизации
коротких режимов
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4УНИВ»
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 751094

Штрихкод

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.


ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

iPack
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iRACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iRACK (АЙПАК)-4УНИВ



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4УНИВ



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов iPACK (АЙПАК)-4УНИВ.



«iPACK (АЙПАК)-4УНИВ»



ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОРОТКИХ РЕЖИМОВ КЛАСС 4 (1000 индикаторов)

КОД	iPACK (АЙПАК)-4УНИВ		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751094	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 90% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 90% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,


эл. почта: mail@isen.ru




Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4УНИВ



Индикатор контроля паровой стерилизации средних режимов iPАСК (АЙПАК)-4ПС (120/120)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iRACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровой стерилизации средних режимов iRACK (АЙПАК)-4ПС (120/120)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПС (120/120)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации средних режимов iPASC (АЙПАК)-4ПС (120/120).



«iPASC (АЙПАК)-4ПС» (120/120)

ПАР

**ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СРЕДНИХ РЕЖИМОВ**

КЛАСС 4 (1000 индикаторов)

КОД	iPASC (АЙПАК)-4ПС (120/120)		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751118	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПС (120/120)



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАР Индикатор контроля
паровой стерилизации
средних режимов
класс 4

iPACK (АЙПАК)-4ПС» (120/120)
PV №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 751118

Штрихкод




БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТҮ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля воздушной стерилизации iPASC (АЙПАК)-4В (180/60)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля воздушной стерилизации iPACK (АЙПАК)-4В (180/60)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4В (180/60)



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля воздушной стерилизации iPACK (АЙПАК)-4В (180/60).



«iPACK (АЙПАК)-4В» (180/60)

ВОЗД

**ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ
ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
КЛАСС 4 (1000 индикаторов)**

КОД	iPACK (АЙПАК)-4В (180/60)		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751126	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,

цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4В (180/60)



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор контроля
воздушной стерилизации

класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4В» (180/60)
ТУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления:
02/2021

Номер партии:
751126

1000 штук

Штрихкод

iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля воздушной стерилизации универсальный iPACK (АЙПАК)-В-УНИВ





ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор контроля
воздушной стерилизации
универсальный
класс 4, 5

«iPACK (АЙПАК)-В-УНИВ»
РЧ 10
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 751326


Штрихкод



БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля воздушной стерилизации универсальный iРАСК (АЙПАК)-В-УНИВ



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-В-УНИВ



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля воздушной стерилизации универсальный iPASC (АЙПАК)-В-УНИВ.



«iPASC (АЙПАК)-В-УНИВ»

ВОЗД

ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС 4, 5 (1000 индикаторов)

КОД	iPASC (АЙПАК)-В-УНИВ		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751131	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °C до +40 °C при относительной влажности 80% при +25 °C .
Транспортирование: от -50 °C до +50 °C при относительной влажности не выше 80% при +25 °C .

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел. 8-800-333-35-32.
Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-В-УНИВ



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор контроля
воздушной стерилизации
универсальный
класс 4, 5

«iPACK (АЙПАК)-В-УНИВ»
Р/У №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
Номер партии: 751131

1000 штук

Штрихкод




iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля паровой стерилизации iPACK (АЙПАК)-5П



Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/3516 от 06.12.2017 г.

«УТВЕРЖАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»
Д.А. Куркин



интерсэн
ПЛЮС

Индикаторы к

ИНДИКАТОРЫ
КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАК

Индикатор контроля
паровой стерилизации

класс 5

«iPACK (АЙПАК)-5П»
РЧ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2018

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 791133

Штрихкод

iPack
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы кс для стерилизации химических отпоровы "АСК (АИТАК)


TV 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля паровой стерилизации iPAC (АИПАК)-5П

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-5П



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации iPACK (АЙПАК)-5П.



«iPACCK (АЙПАК)-5П»

ПАР

ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

КЛАСС 5 (1000 индикаторов)

КОД	iPACCK (АЙПАК)-5П		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751133	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г. Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-5П



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАК Индикатор контроля
паровой стерилизации

класс 5

«iPACK (АЙПАК)-5П»
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 751133

Штрихкод



iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля воздушной стерилизации iPACK (АЙПАК)-5В



Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/3516 от 06.12.2017 г.

«УТВЕРЖАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
Д.А. Куркин
191004 Москва 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)
— ТУ 32.50.50-008-46842767-2020



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор контроля
воздушной стерилизации

класс 5


«iPACK (АЙПАК)-5В»

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук

Номер партии: 791132

Штрихкод



БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ


Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iRACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля воздушной стерилизации iRACK (АЙПАК)-5В



TY 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPAC (АЙПАК)-5В



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля воздушной стерилизации iPASK (АЙПАК)-5В.



«iPASK (АЙПАК)-5В»

ВОЗД

ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

КЛАСС 5 (1000 индикаторов)

КОД	iPASK (АЙПАК)-5В		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: N2 ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751132	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г. Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru

Штрихкод

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPASC (АЙПАК)-5В



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ВОЗД Индикатор контроля
воздушной стерилизации

класс 5

«iPASC (АЙПАК)-5В»
РТУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
1000 штук


Номер партии: 751132

Штрихкод



иPasc
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикатор контроля паровой стерилизации iPAC (АЙПАК)-6П



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iРАСК (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровой стерилизации iРАСК (АЙПАК)-6П



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-6П



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля паровой стерилизации iPASK (АЙПАК)-6П.



«iPASK (АЙПАК)-6П» (134/5)



**ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

КЛАСС 6 (1000 индикаторов)

КОД	iPASK (АЙПАК)-6П (134/5)		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751139	МАССА БРУТТО	5,2 кг

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.

Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,

тел. 8-800-333-35-32.

Адрес для писем: 141004, МО, г. Мытищи, а/я 67,

эл. почта: mail@isen.ru



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-6П



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °С до +40 °С
и относительной влажности 80% при +25 °С.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °С до +50 °С
и относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПАК

Индикатор контроля
паровой стерилизации

класс 6

«iPACK (АЙПАК)-6П» (134/5)
Р/У №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления:
02/2021

1000 штук

Номер партии:
751139

Штрихкод



иPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля стерилизации оксидом этилена iPACK (АЙПАК)-4ЭО1





интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

30

Индикатор контроля
стерилизации оксидом
этилена
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4ЭО1»
Р/У №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021
Номер партии: 751112

1000 штук

Штрихкод


iPack

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля стерилизации оксидом этилена iРАСК (АЙПАК)-4ЭО1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ЭО1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4ЭО1



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ЭО

Индикатор контроля
стерилизации оксидом
этилена
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4ЭО1»
ТУ №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления:
02/2021

Номер партии:
751112

1000 штук



Штрихкод



БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

ТҮ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля стерилизации парами перекиси водорода iPAC (АЙПАК)-4ПЕР1

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/3516 от 06.12.2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
Д.А. Куркин
14 июля 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи, а/я 67,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПЕР

Индикатор контроля
стерилизации парами
перекиси водорода
класс 4

«РАСК (АЙПАК)-4ПЕР1»
PV №
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1-2011

Дата изготовления: 02/2021	Номер партии: 751514
-------------------------------	-------------------------

1000 штук


Штрихкод

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля стерилизации пероксидами водорода iРАСК (АЙПАК)-4ПЕР1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля стерилизации парами перекиси водорода iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1.



«iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1»




ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА КЛАСС 4 (1000 индикаторов)

КОД	iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751114	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °C до +40 °C при относительной влажности 80% при +25 °C.
Транспортирование: от -50 °C до +50 °C при относительной влажности не выше 80% при +25 °C.


ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел. 8-800-333-35-32.
Адрес для писем: 141004, МО, г.Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка потребительской упаковки индикатора iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1



интерсэн
ПЛЮС

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей месте,
при температуре от +5 °C до +40 °C
и относительной влажности 80% при +25 °C.
Допускается транспортировка и кратковременное хранение
продукции при температуре от -50 °C до +50 °C
и относительной влажности не выше 80% при +25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:
36 месяцев при условии соблюдения
рекомендованных условий хранения.

ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"
РФ, 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел./факс 8(495) 921-35-32, 8(800)-333-35-32,
для писем: 141004, Московская обл., г. Мытищи,
www.isen.ru, e-mail: mail@isen.ru

ПЕР Индикатор контроля
стерилизации парами
перокси водорода
класс 4

«iPACK (АЙПАК)-4ПЕР1»
РЧ ГР
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020
ГОСТ ISO 11140-1:2011

Дата изготовления: 02/2021
Номер партии: 751194

1000 штук

Штрихкод



iPack
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

ТҮ 32.50.50-008-46842767-2020

Индикатор контроля пароформальдегидной стерилизации iPAC (АЙПАК)-4ФОРМ1

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые РАСК (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020


Индикатор контроля паровформальдегидной стерилизации iPACK (АЙПАК)-4ФОРМ1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)

ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Транспортная тара и потребительская упаковка индикатора iPACK (АЙПАК)-4ФОРМ1



Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPACK (АЙПАК)
ТУ 32.50.50-008-46842767-2020

Макет: этикетка транспортной упаковки.

Индикатор контроля пароформальдегидной стерилизации iPACK (АЙПАК)-4ФОРМ1.



«iPACK (АЙПАК)-4ФОРМ1»




ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КЛАСС 4 (1000 индикаторов)

КОД	iPACK (АЙПАК)-4ФОРМ1		
КОЛИЧЕСТВО	50 комплектов		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ИЗГОТОВЛЕНО	02/2021 г.	Рег. уд.: № ТУ 32.50.50-008-46842767-2020 ГОСТ ISO 11140-1-2011	
НОМЕР ПАРТИИ	751116	МАССА БРУТТО	

Хранение: от +5 °С до +40 °С при относительной влажности 80% при +25 °С.
Транспортирование: от -50 °С до +50 °С при относительной влажности не выше 80% при +25 °С.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19,
цех/литера 13/А, комната 9-13,
тел. 8-800-333-35-32.
Адрес для писем: 141004, МО, г. Мытищи, а/я 67,
эл. почта: mail@isen.ru





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
41 (сорок один) лист

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» Куршин Д.А.

