

**Фотографические изображения
и макеты маркировки
медицинского изделия
«Имплантат вязкоэластичный
стерильный ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019»**

Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ

по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019
объёмом 1 мл, в шприце объёмом 2,25 мл,
в концентрации 1,2%



Гиалджект

Гиалуронат натрия 12 мг/мл
Фосфатный буфер pH 7,4 10 мг/мл
Вода для инъекций до 1000 мг/мл

1,2%
Шприц
1 мл

LOT 8-0420121
10.2020
10.2023

Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиалджект




Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиалджект

Гиалуронат натрия 12 мг/мл
Фосфатный буфер pH 7,4 10 мг/мл
Вода для инъекций до 1000 мг/мл

1,2%
Шприц
1 мл

РУ №
ТУ 32.50.22-003-18527908-2019



Блистерная упаковка



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Имплантат вязкоэластичный стерильный ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019»**


Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Технические условия № 32.50.22-003-18527908-2019

1. Варианты исполнения.


Имплантат выпускается в стеклянных шприцах в вариантах исполнения в зависимости от объема Имплантата, объема шприца, концентрации гиалуроната натрия.

Шприц с имплантатом, инструкция

Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019
объёмом 2 мл, в шприце объёмом 2,25 мл,
в концентрации 1,5%



Потребительская упаковка (коробка)




1. Варианты исполнения.

Шприц с имплантатом, инструкция

Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ

по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019

объёмом 10 мл, в шприце объёмом 10,25 мл,
в концентрации 1,8 %



ГИАЛДЖЕКТ


Гиалуронат натрия
Фосфатный буфер pH 7,4
Вода для инъекций

18 мг/мл
10 мг/мл
до 1000 мг/мл

1,8%

Шприц

10 мл



Имплантат вязкоэластичный стерильный

ГИАДЖЕКТ

Произведено ООО «ФБК», Россия 129347, г.Москва, Ярославское ш., д.146, к.2, пом.1222
Тел.: +7 (495) 778 62 10. E-mail: fbk-company@mail.ru

Адреса места производства:

1. ООО «ФБК», 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д. 26.
2. ООО «ФБК», 601622, Владимирская область, р-н Александровский, МО Краснопламенское (сельское поселение), д. Тирибово.
3. ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт.3, пом. 785.



**ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**


Не замораживать!

Не использовать по истечении
указанного срока годности


LOT S-GJ2018/10

10.2020 10.2023

Потребительская упаковка (коробка)



Блистерная упаковка



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Имплантат вязкоэластичный стерильный ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019»**



Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Технические условия № 32.50.22-003-18527908-2019

1. Варианты исполнения.

Имплантат выпускается в стеклянных шприцах в вариантах исполнения в зависимости от объема Имплантата, объема шприца, концентрации гиалуроната натрия.

Шприц с имплантатом, инструкция

Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019
объёмом 3 мл, в шприце объёмом 3 мл
с иглой, в концентрации 2,0%



Потребительская упаковка (коробка)

Гиаджект

Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гидрогель на основе
фосфатного буфера pH 7.4
Вода для инъекций

20 мг/мл
10 мг/мл
до 1000 мг/мл

2%
Шприца +
3 мл

Имплантат

LOT S-GJ2020/3
10.3020
10.3023

Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиаджект

Имплантат вязкоэластичный стерильный


Гидрогель на основе
фосфатного буфера pH 7.4
Вода для инъекций

20 мг/мл
10 мг/мл
до 1000 мг/мл


2%
Шприца +
3 мл

Имплантат

Р/М
TV 22.50.22-003-18327908-2019



Блистерная упаковка



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Имплантат вязкоэластичный стерильный ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019»**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Технические условия № 32.50.22-003-18527908-2019

1. Варианты исполнения.


Имплантат выпускается в стеклянных шприцах в вариантах исполнения в зависимости от объема Имплантата, объема шприца, концентрации гиалуроната натрия.

Шприц с имплантатом, игла, инструкция



Маркировка иглы

Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019
объёмом 4 мл, в шприце объёмом 5,25 мл,
в концентрации 2,2%



ГИАЛДЖЕКТ


Гиалуронат натрия
Фосфатный буфер pH 7,4
Вода для инъекций

22 мг/мл
10 мг/мл
до 1000 мг/мл

2,2%

Шприц

4 мл



Р/У №

TY 32.50.22-003-18527908-2019

Имплантат вязкоэластичный стерильный

ГИАЛДЖЕКТ

Произведено ООО «ФБК», Россия 129347, г.Москва, Ярославское ш., д.146, к.2, пом.1222
Тел.: +7 (495) 778 62 10. E-mail: fbk-company@mail.ru

Адреса места производства:

1. ООО «ФБК», 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д. 26.
2. ООО «ФБК», 601622, Владимирская область, р-н Александровский, МО Красноплемное (сельское поселение), д. Тириброво.
3. ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.



**ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**

Не замораживать!

**Не использовать по истечении
указанного срока годности**

Потребительская упаковка (коробка)

Гиаджект

Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиаджект

2,2%
Шприц
4 мл

Гидрогелевый имплантат
содержимый буфер pH 7,4
Базис для инъекций

22
10
до 1000
мл/мл



Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиаджект

2,2%

П/№
ТВ 325022-003-18327908-2019





Гидрогелевый имплантат
содержимый буфер pH 7,4
Базис для инъекций

22
10
до 1000
мл/мл



Имплантат вязкоэластичный стерильный

LOT S-GJ2022/4
10.2020
10.2023



Блистерная упаковка



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Имплантат вязкоэластичный стерильный ГИАЛДЖЕКТ
по ТУ 32.50.22-003-18527908-2019»**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Технические условия № 32.50.22-003-18527908-2019

1. Варианты исполнения.


Имплантат выпускается в стеклянных шприцах в вариантах исполнения в зависимости от объема Имплантата, объема шприца, концентрации гиалуроната натрия.

Шприц с имплантатом, инструкция



Макет маркировки наклейки шприца

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
LOT X - XXXXX
XXXXXX
XXXXXX



Имплантат вязкоэластичный стерильный

Гиалджект

Гиалуронат натрия

Фосфатный буфер pH 7,4

Вода для инъекций

XX мг/мл

10 мг/мл

до 1000 мг/мл



Шприц

XX мл



РУ
ТУ



НЕ ТОКСИЧНО



Макет маркировки блистерной упаковки



Syringe
Syringe
+ needle

Шприц
Шприц
+ игла

Произведено ООО «ФБК», Россия 129347, г. Москва, Ярославское ш., д. 146, к. 2, пом. 1222
Тел.: +7 (495) 778 62 10. E-mail: fbk-spram@yandex.ru
Адрес места производства:
1. ООО «ФБК», 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о.,
г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д. 26.
2. ООО «ФБК», 601622, Владимирская область, р-н Александровский,
МО Красноплемное (сельское поселение), д. Тиритрово.
3. ООО «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой булевар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.



ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Не замораживать!
Не использовать по истечении
указанного срока годности



FBK Pharm

РУ № РЗН _____

ТУ 32.50.22-003 -18527908-2019



Произведено:

ООО «ФБК», Россия, 129347, г. Москва

Ярославское шоссе, д. 146, к.2, пом. 1222

тел.: +7 (495) 778 62 10


E-mail: fbk-company@mail.ru

**Имплантат вязкоэластичный стерильный
ГИАЛДЖЕКТ XX% XX мл**

В коробке XX уп.

Масса нетто: XX кг

Масса брутто: XX кг



LOT

X-XXXXXX/X



XX.XXXX



XX.XXXX

Макет маркировки транспортной упаковки

Премьер-министр
РФ (Правительство РФ)

Теперь
ООО "ФТ"

