



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года № РЗН 2022/18058

На медицинское изделие

Аппарат для промывания миндалин, уха, носа струйный "ИНТРА-ЛОР мини"
по ТУ 26.60.13-076-26857421-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИМА"

(ООО "ТРИМА"), Россия,

410033, г. Саратов, ул. им. Панфилова И.В., д. 1, офис 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИМА"

(ООО "ТРИМА"), Россия,

410033, г. Саратов, ул. им. Панфилова И.В., д. 1, офис 1

Место производства медицинского изделия

ООО "ТРИМА", Россия, 410033, г. Саратов, ул. им. Панфилова И.В., д. 1

Номер регистрационного досье № РД-43659/57882 от 23.08.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 августа 2022 года № 7729
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0064384

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 августа 2022 года № РЗН 2022/18058

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат для промывания миндалин, уха, носа струйный "ИНТРА-ЛОР мини"
по ТУ 26.60.13-076-26857421-2020, в составе:

1. Блок коммутации и питания - 1 шт.
2. Основной инструмент для промывки - 1 шт.
3. Трубка соединительная - 1 шт.
4. Трубка сливная - 2 шт.
5. Емкость для сбора жидкости - 2 шт.
6. Емкость для сбора жидкости со сливным отверстием - 1 шт.
7. Педаль - 1 шт.
8. Крышка рабочей емкости - 1 шт.
9. Насадка для промывки Ø3 мм с углом загиба 90° - 1 шт.
10. Насадка для промывки Ø3 мм с углом загиба 40° - 2 шт.
11. Насадка для промывки Ø2 мм, длиной 120 мм с углом загиба 40° - 2 шт.
12. Насадка для промывки Ø2 мм, длиной 160 мм с углом загиба 40° - 2 шт.
13. Насадка для промывки Ø1,4 мм, длиной 120 мм с углом загиба 40° - 2 шт.
14. Насадка для промывки Ø1,4 мм, длиной 160 мм с углом загиба 40° - 2 шт.
15. Кольцо уплотнительное - 2 шт.
16. Столик - 1 шт. (при необходимости).
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0103715