




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для
исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для
диагностики in vitro**



Кювета FL45, входящая в состав набора измерительных кювет №1







HumaClot

Cuvette CARD

Cuvette: **FL45 (1.0x4.0mm)**

LOT

00302 - K9028/1

P-ID:

20230

211-89-437-00 (R2)



To install, ref to operators manual prior to use.

211-89-430-00




Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

Human



Тыльная сторона карточки кюветной (CuvCARD), входящей в состав набора измерительных кювет № 1



Инструкция по применению

«Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики in vitro»

HumaClot Junior / Duo Plus / Quattro
Cuvettes 5x500 - Bag incl. Mixer & CuvCARD

REF 15660/12

211-26-110-00

COUNTRY OF ORIGIN: Germany



LOT 00302B0048/0



Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostik mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden, Germany

human



Human, Max - Planck - Ring 21, D-65205 Wiesbaden

15660/12

Cuvettes 5x500 - Bag incl. Mixer & Cuv
CARD -HumaClot Junior/Duo Plus/Quattro

1
BE
QV



LOT/Serial : 00302B0048 / 0
Expiry : 08.07.2030
Storage : 2 ... 50°C

(01)04033145195931
(17)300708
(10)00302B0048 (93)0



Кювета FL45, входящая в состав набора измерительных кювет №2



HumaClot

Cuvette CARD

Cuvette: **FL45 (1.0x4.0mm)**

LOT

00302 - B0048/0

P-ID: 20230

211-89-437-00 (R2)



To install, ref to operators manual prior to use.

211-89-430-00



Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

human



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Тыльная сторона карточки кюветной (CuvCARD), входящей в состав набора измерительных кювет № 2



Mixer Micro 1.0x4.0


1 x 500

Mixer Micro 1,0x4,0

Agitateurs Micro 1,0x4,0


Agitatores Micro 1,0x4,0

Acorette Micro 1,0x4,0



LOT

B0048



Инструкция по применению

**«Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для
исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики
in vitro»**

HumaClot Junior / Duo Plus / Quattro
Cuvettes 5x100 - Dispo incl. Mixer & CuvCARD

REF

15660/10

211-26-050-00

COUNTRY OF ORIGIN: Germany



211-26-057-00 (R2)

LOT 00303C0018/0



Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany


human




Внешний вид упаковок с кюветой FL45 со стержнем для перемешивания Mixer Micro (100 шт./упак.), входящих в состав набора измерительных кювет № 3



Упаковка кюветы FL45 со стержнем для перемешивания Mixer Micro, входящая в состав набора измерительных кювет № 3



Кювета FL45 со стержнем для перемешивания Mixer Micro (100 шт./упак.), входящая в состав набора измерительных кювет № 3





Инструкция по применению

«Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики *in vitro*»

Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 23 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.

Проект маркировки на медицинское изделие

**Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому
для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot
для диагностики in vitro**

Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики *in vitro*, вариант исполнения:

Набор измерительных кювет №1:

- Кювета FL45 (500 шт./упак.), 1 упак.
- Стержень для перемешивания Mixer Micro во флаконе (500 шт./фл.), 1 упак.
- Карточка кюветная (CuvCARD).
- Инструкция по применению.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см.

вложенную инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Кат. №: 15660/11

Lot № _____

Гожен до: XX.XX.XXXX

Температура хранения и транспортировки от +2°C до +50°C.

Диапазон допустимых рабочих температур составляет от +10°C до +30°C.

После вскрытия набор измерительных кювет следует хранить при: +10°C до +30°C.



Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики *in vitro*, вариант исполнения:

Набор измерительных кювет №2:

- Кювета FL45 (500 шт./упак.), 5 упак.
- Стержень для перемешивания Mixer Micro во флаконе (500 шт./фл.), 5 упак.
- Карточка кюветная (CuvCARD), 5 шт.
- Инструкция по применению.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см.

вложенную инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Кат. №: 15660/12

Lot № _____

Гожен до: XX.XX.XXXX

Температура хранения и транспортировки от +2°C до +50°C.

Диапазон допустимых рабочих температур составляет от +10°C до +30°C.

После вскрытия набор измерительных кювет следует хранить при: +10°C до +30°C.



Набор измерительных кювет к анализатору полуавтоматическому для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для диагностики *in vitro*, вариант исполнения:

Набор измерительных кювет №3:

- Кювета FL45 со стержнем для перемешивания Mixer Micro (100 шт./упак.), 5 упак.
- Карточка кюветная (CuvCARD)
- Инструкция по применению.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см.

вложенную инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Кат. №: 15660/10

Lot № _____

Гожен до: XX.XX.XXXX

Температура хранения и транспортировки от +2°C до +50°C.

Диапазон допустимых рабочих температур составляет от +10°C до +30°C.

После вскрытия набор измерительных кювет следует хранить при: +10°C до +30°C.



БЕЗДОКУМЕНТНО
ПРИЕМНО-РАСПЕЧАТНО
ПЕЧАТНО 2



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.