

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КардиоКВАРК»

 Маслов С.Б.

«05» июня 2020 г.



**Электрод электрокардиографический многоразовый, нестерильный
по ТУ 26.60.12-001-64451065-2020**

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1 – Электрод электрокардиографический многоразовый, нестерильный по
ТУ 26.60.12–001–64451065–2020 (вид сбоку)




Рисунок 2 – Электрод электрокардиографический многоразовый, нестерильный по
ТУ 26.60.12–001–64451065–2020 (вид спереди)

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоКВАРК»	
ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ по ТУ 26.60.12-001-64451065-2020	
Количество:	шт.
Изделия, предназначены для снятия потенциалов действия сердца в сочетании с другими (одним или несколькими) электродами. ЭКГ-электрод является электрически чувствительным элементом и применяется в составе электрокардиографа для видимой записи потенциалов действия сердца, измеряемых на поверхности тела пациента. Показания к применению: Регистрация поверхностных сигналов ЭКГ. Противопоказания, возможные побочные действия: 1. Не использовать на участках с поврежденным кожным покровом. 2. При обследовании новорожденных и грудных детей данные электроды не применяются. 3. Материал электродов содержит никель, недопустимо использовать данные электроды при наличии аллергической реакции на никель. Возможные побочные действия - возникновение аллергической реакции при наличии индивидуальной непереносимости компонентов материала изделия. В случае возникновения раздражающей реакции следует прекратить использование изделия. Условия хранения: должен храниться в отапливаемом помещении в условиях хранения: - относительная влажность воздуха – 60% при 20⁰С. - температура воздуха от плюс 5⁰ до плюс 40⁰С Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. Условия утилизации: Изделия утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Адрес представителя: ООО «КардиоКВАРК», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 5, корпус 4, этаж/комн 5/4 Место производства: ООО «Л Кард», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.5, корп.4, стр.2	
Телефон, факс, сайт: +7 (985) 717-05-25, www.cardioqvark.ru Номер партии (LOT) _____ Дата изготовления: _____ Годен до: _____ РУ №: РЗН 2021/XXXX от XXXXXX	

Рисунок 3 – Макет этикетки потребительской упаковки




Рисунок 3 – Электрод электрокардиографический многоразовый, нестерильный по ТУ 26.60.12-001-64451065-2020 в потребительской упаковке

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоКВАРК» ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ по ТУ 26.60.12-001-64451065-2020	
Количество в коробке: _____ шт.	
Условия хранения: должен храниться в отапливаемом помещении в условиях хранения: - относительная влажность воздуха – 60% при 20⁰С. - температура воздуха от плюс 5⁰ до плюс 40⁰С Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. Условия утилизации: Изделия утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Адрес представителя: ООО «КардиоКВАРК», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 5, корпус 4, этаж/комн 5/4 Место производства: ООО «Л Кард», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.5, корп.4, стр.2	

Телефон, факс, сайт: (985) 717-05-25, www.cardioqvark.ru Номер партии (LOT) _____ Дата изготовления: _____ Годен до: _____ РУ №: РЗН 2021/XXXX от XXXXXX			
---	--	---	--

Рисунок 4 – Макет этикетки транспортной упаковки




Рисунок 5 – Электрод электрокардиографический многоразовый, нестерильный по ТУ 26.60.12–001–64451065–2020 в транспортной упаковке

Прошито и скреплено
печатью 7 листов (сам)
Должность Генеральный директор
ООО «КардиоКВАРК»
Подпись Маслов С.Б./

