

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Белла»



М.К. Ковальчик

«26» августа 2021 г.

**Набор для кесарева сечения matoset,
хирургический, стерильный
под товарным знаком matopar
по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020**

Инструкция по применению

2021г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.
8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.
11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.
12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.
20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 (далее по тексту – «Набор» или «Изделие») представляет собой медицинское изделие, которое, в зависимости от конкретного заказа потребителя, имеет различные варианты исполнения (см. Приложение) и формируется из составляющих, указанных в таблице 1:

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035- 11736425-2017: марлевые matocomp	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 8, 12 или 16 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.
2	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастно й нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050- 11736425-2017	Изделия изготовлены из хлопчатобумажной марли. В салфетках марлевых присутствует рентгеноконтрастная нить. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 8, 12 или 16 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.
3	Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастно й нитью Matocomp		
4	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035- 11736425-2017: из нетканого материала matovlies	Салфетки изготовлены из гидрофильного нетканого материала. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 4, 6 или 8 сложенных.	Применяются для впитывания жидкостей в медицинских целях.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
5	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. Могут иметь следующие формы: шарика, фасольки, усика, треугольника.	Мелкие перевязочные изделия с большой впитываемостью; применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.
6	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	Изготовлены из хлопчатобумажной марли. В изделии присутствует рентгеноконтрастная нить. Могут иметь следующие формы: шарика, фасольки, усика, треугольника.	Мелкие перевязочные изделия с большой впитываемостью; применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.
7	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	Представляет собой салфетку, изготовленную из хлопчатобумажной марли, отбеленной без использования хлора. Салфетки имеют прошитые края. Внутри салфетки располагается рентгеноконтрастная нить, которая закрепляется в одном из углов салфетки, между двумя смежными краями салфетки. Салфетка имеет фиксатор в форме петли, дающий возможность крепить салфетку вне операционного поля. Фиксатор представляет собой хлопчатобумажную ленту, вшитую вовнутрь между слоями салфетки, образуя петлю. Фиксатор закрепляется в одном из углов салфетки, между двумя смежными краями салфетки. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут быть 2-слойные, 4-слойные, 6-слойные.	Используются для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
8	Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие	Изделие представляет собой двухслойное медицинское изделие, состоящее из двух слоев нетканого материала, между которыми находится внутренний слой из распушенной целлюлозы либо имеющее верхний слой из марли и внутренний слой из нетканого материала.	Применяется для впитывания большого количества жидкостей во время проведения процедур.
9	Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal	Изделие имеет верхний покровный слой из гидрофильного нетканого полипропиленового материала; внутренний слой из распушенной целлюлозы; защитный (нижний) слой из водонепроницаемой полиэтиленовой пленки.	Используется в качестве дополнительной защиты медицинского оборудования и операционного белья от жидкостей при проведении медицинских процедур.
10	Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат	Изготовлен из нетканого материала; бесшовные манжеты – изготовлены из 100% полиэстера. Может иметь критическую зону (передняя часть халата и рукава), изготовленную из ламинированного нетканого материала.	Предназначен для защиты медицинского персонала при проведении хирургических операций различного профиля.
11	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол	Изготовлен из полипропиленового неламинированного или ламинированного нетканого материала.	Используется для защиты нижних конечностей пациента при проведении процедур.
12	Чехол на конечность		

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
13	Контейнер	Контейнер является пластмассовым, может быть круглым или прямоугольным различных размеров. Может иметь градуированную мерную шкалу.	Контейнер служит емкостью для жидкостей, используемых во время проведения процедуры (например, дезинфицирующей жидкости) или для сбора отработанного материала во время проведения процедур.
14	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88	Перчатки изготовлены из натурального латекса. Внутренняя поверхность перчаток не имеет пудры, или может быть малоопудренной.	Перчатки предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.
15	Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004	Дренаж изготовлен из силиконовой резины; является одноканальным, имеет открытый дистальный конец, кромки которого закруглены. Возле дистального конца имеется перфорация со спиральным расположением отверстий. Количество отверстий: 5 (пять).	Дренажи предназначены для использования в хирургических отделениях клиник и больниц для лечения различных контингентов больных при неотложных состояниях и хронических заболеваниях.
16	Инструменты медицинские: ножницы медицинские	Ножницы медицинские представляют собой двухлезвийный инструмент с кольцевыми ручками, рабочие части (лезвия) которого смыкаются в одной точке, перемещающейся в процессе смыкания. Изготовлены из нержавеющей стали. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут быть операционными прямыми с окончанием острым или для пересечения пуповины горизонтально-изогнутыми, тупоконечными.	Ножницы медицинские используются для рассечения биологических мягких тканей на поверхности и в глубине операционной раны; а также шовного материала при хирургических вмешательствах либо для отсечения пуповины при отделении плода от матери и рассечения мягких тканей при проведении процедуры.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
17	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель	Иглодержатель изготовлен из нержавеющей стали. Имеет замок, который фиксирует рукоятки иглодержателя в заданном положении.	Иглодержатель используется для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов.
18	Инструменты медицинские: иглодержатель		
19	Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим	Изделие представляет собой зажимный медицинский инструмент. Имеет рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. Имеет зубчатую кремальеру-фиксатор.	Используется как кровоостанавливающий зажим в ходе проведения процедур.
20	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи	Клещи – зажимный медицинский инструмент с длинными прямыми браншами и овальной рабочей частью бранш, имеет защелку-кремальеру.	Предназначены для извлечения инородных тел, введения тампонов, а также захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.
21	Инструменты медицинские: зажим	Изделие представляет собой зажимный медицинский инструмент с длинными узкими браншами, имеющими острые зубцы на рабочей части. Имеет зубчатую кремальеру-фиксатор.	Используется как кровоостанавливающий зажим для зажатия и захвата кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
22	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	Изделие состоит из лезвия (углеродистая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№10,11,15.	Изделия предназначены для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах.
23	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	Изделие состоит из лезвия (нержавеющая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№10,11,15.	
24	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	Изделие состоит из лезвия (нержавеющая хирургическая сталь) и пластмассовой ручки-держателя. Лезвие скальпеля снабжено защитным пластиковым колпачком. В зависимости от конкретного заказа потребителя может иметь размеры №№11,23.	

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
25	Инструменты медицинские: пинцет	Пинцет изготовлен из нержавеющей стали, является прямым. Имеет на конце насечки, позволяющие мягко удерживать ткани и не травмировать их.	Используется на мягких тканях при различных хирургических вмешательствах.
26	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет		
27	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет		
28	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425- 2017: простыни медицинские	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
29	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopar: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или Т-образной формы. Имеют отверстия квадратной или прямоугольной формы. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю отверстия Простыни и/или вплотную к краю стороны и/или к краям двух параллельных сторон Простыни по всей длине или ширине Простыни. Также имеют один или несколько дополнительный(ых) элемент(ов): пленка хирурги-ческая, карман (который может использоваться для сбора жидкостей и/или для хранения инструментов). Количество и место расположение дополни-тельного(ых) элемента(ов) и отверстий на Простыни зависит от конкретного заказа потребителя.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
30	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыни с отверстием и адгезивным краем	Простыни из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала Т-образной формы. Имеют отверстия прямоугольной или квадратной формы. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю отверстия Простыни и/или вплотную к краю стороны и/или к краям двух параллельных сторон Простыни по всей длине или ширине. Количество и место расположение отверстий на Простыни зависит от конкретного заказа потребителя.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.

Продолжение Таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
31	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorpat: простыня на инструментальный стол	Изготовлена из ламинированного нетканого материала высокой плотности.	Изделие применяются как покрывной материал для инструментальных столиков.
32	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorpat: простыня на столик Mayo	Изготовлен из нетканого материала. Имеет форму мешка с дополнительной накладкой, впитывающей по внешней поверхности одной из сторон.	Предназначен покрытия инструментального стола.
33	Покрывание на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	Салфетки из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
34	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Представляет собой фиксирующую ленту в виде пластыря или лейкопластыря из нетканого материала.	Применяется для фиксации повязок, игл, канюль, катетеров.
35	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	Фиксирующая клейкая лента прямоугольной формы в виде полосы из силиконизированной бумаги и нетканого материала.	Применяется для фиксации покрывных медицинских изделий (простыней, салфеток с отверстиями и без) на операционном поле при выполнении медицинских процедур.

Продолжение Таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
36	Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины	Изготовлен из пластмассы, имеет ребристую рабочую поверхность с атрауматическими зубчиками (насечками) на внутренних сторонах бранш.	Предназначен для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка методом накладывания на культю во время обрезания пуповины.
37	Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007		
38	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	Изготовлен из пластмассы; имеет окончательные губки с насечкой.	Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время проведения процедур.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 предназначен для использования во время проведения хирургической операции кесарева сечения при родовспоможении.

Область применения: акушерство и гинекология.

Условия применения: Набор может применяться во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 предназначен для использования во время проведения хирургической операции кесарева сечения при родовспоможении.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Медицинское изделие предназначено для однократного применения.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

Не использовать после окончания срока годности.

Не использовать в случае повреждения упаковки.

Не подлежит повторной стерилизации.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства: аллергическая реакция, ввиду непереносимости пациентом материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 сочетается со всеми видами медицинских изделий, которые применяются при проведении необходимых для пациента процедур.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Специальных исследований применения Изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Исследования о возможном влиянии Изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как Изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Убедитесь, что Изделие не просрочено, а упаковка не повреждена.

Возьмите упаковку за край, плавным движением потяните нижний и верхний слой упаковки до ее полного вскрытия. Направление вскрытия упаковки может быть

обозначено графическим символом.

Извлеките содержимое упаковки в необходимой последовательности.

Применение данного Изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

После использования по назначению утилизируйте.

Применять в соответствии с данной инструкцией.

11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Срок годности указан на упаковке и не должен превышать 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Изделия транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Допускается транспортирование по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при ограничении нижней температуры в -20°C – не более 48 часов.

Изделия должны храниться в упаковке производителя по условиям хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 с ограничением верхней температуры в $+25^{\circ}\text{C}$.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров. Изделия нельзя хранить в загрязненных помещениях и помещениях с ядовитыми химикатами.

При складском хранении Изделия должны находиться в условиях, предотвращающих механические повреждения, не допускающие попадание влаги на Изделия, а также в условиях отсутствия действия прямых солнечных лучей.

13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Непригодное к использованию Изделие (неиспользованное Изделие с истекшим сроком годности) относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованное Изделие относится к отходам класса Б – эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopai по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок и т.д.

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла»),
ИНН 5011021499, Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

Адрес места производства.

ООО «Белла», Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

В комплект поставки должен входить:

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopar, одного варианта исполнения в потребительской упаковке с маркировкой; инструкция по применению.

Набор выпускается в стерильном виде: газовая стерилизация оксидом этилена.

Варианты комплектации в соответствии с ТУ 32.50.13-083-11736425-2020.

Варианты комплектации Набора представлены в Приложении к настоящей Инструкции.

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 должен соответствовать требованиям ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 и изготавливаться с соблюдением санитарных норм и правил.

При изготовлении составляющих Набора применяют материалы, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-035-11736425-2017, РУ №РЗН 2018/6884	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ГОСТ 9412, Арт.6498-670
			Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.: 6498/21-520; 6498/22-170; 6498/8-1851; 6498/8-250
			Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.: 6498-5; 6498-4; 6498-3; 6498-2; 6498-1
			100% впитывающая хлопковая марля, тип: 13 heavy (17 г/м ²), 17 (23 г/м ²), 24a (36 г/м ²)
			Хлопчатобумажная марля плотность 13-нитей, 17-нитей, 20-нитей, 17 г/м ² , 20 г/м ² , 22 г/м ² , 23 г/м ² , 25 г/м ² , 26 г/м ² , 27 г/м ² , 28 г/м ² , 30 г/м ² , 32 г/м ² , 33 г/м ² , 34 г/м ² , 36 г/м ²
2	Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp	TZMO SA, Польша РУ №ФСЗ 2009/04282	Марля – 601-018747; Рентгеноконтрастная нить - Micropake MP632 Heat Treated Yarn (состав: полипропилен, сульфат бария; цвет – синий), производства компании Speciality Fibres and Materials Ltd (Великобритания)
3	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-050-11736425-2017; РУ №РЗН 2018/7880	Марля – 601-018747; Рентгеноконтрастная нить - Micropake MP632 Heat Treated Yarn (состав: полипропилен, сульфат бария; цвет – синий), производства компании Speciality Fibres and Materials Ltd (Великобритания)
4	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	ООО «Белла», Россия ТУ 21.20.24-035-11736425-2017, РУ №РЗН 2018/6884	Нетканый материал «Спанлейс» (полотно неокрашенное, цвет: белый; плотность 40 г/м ²)

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
5	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 120BP17.
6	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 120BP175X; рентгеноконтрастная нить, марка RONH 1030-785/2; производства компании Roney Industri AB (Швеция) (состав рентгеноконтрастной нити: поливинилхлорид, сульфат бария); цвет синий.
7	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 100BP17; Арт. 601-021019; рентгеноконтрастная нить, марка RONH 1030-785/2; производства компании Roney Industri AB (Швеция) (состав рентгеноконтрастной нити: поливинилхлорид, сульфат бария); цвет синий; хлопчатобумажная лента, марка SVTCTP-40.

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
8	Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/12545	Внешние слои: нетканый материал F2000-72PRF-40 (FIBRELLA PerfR); Внутренний слой: целлюлоза Stora Enso, вискозно-полиэстровый нетканый материал Suominen, гигиеническая бумага Hanke Tissue, клей горячего расплава Хенкель Внешние слои: марля 601-011478; нетканый материал F2000-72PRF-40 (FIBRELLA PerfR)
9	Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal	ООО «Белла», Россия, ТУ 17.22.12-005-11736425-2015, ПУ №РЗН 2017/6220	Верхний покровный слой: нетканый полипропиленовый материал (полипропилен) марки «CREATEX-КОМФОРТ K00012-10-210»; материал нетканый (полипропилен) СпанБел IV-HG-WG Распределительный слой: нетканый полипропиленовый материал (полипропилен) марки «CREATEX-КОМФОРТ K00012-10-210»; материал нетканый (полипропилен) СпанБел IV-HG-WG; Абсорбирующий слой: распушенная целлюлоза (марки: «GT SS PLUS», «STORA ENSO CARE UNTREATED»); Защитный слой: пленка полиэтиленовая (CAS 9002-88-4; марка «Hyfol PP Plus»; марка «PE000BN190600000»); Клей горячего расплава (hot-melt) (марки: Dispomelt Cool 110; NW 1137 ZP)
10	Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2008/01376	Полипропиленовый нетканый материал марки SMS; Ламинированный нетканый материал марки SMMMS, цвет голубой, краситель SURGICAL BLUE; манжета марка KA-PC-2008; нити полиэстровые марки Sree Varalaxmi Textilies

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
11	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол	TZMO SA, Польша ПУ ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка TF (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 43 г/м ²); липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой, марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м ²); липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			Нетканый материал полипропиленовый марка SMS (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 35 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
12	Чехол на конечность	ООО «Завод Эластик», Республика Татарстан, ТУ 8390-010-74582615-2009	Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м ²)
		ТПФ ООО «Гекса – нетканые материалы», Россия; СТО 18603495.034-2015	Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м ²)
		«PELSAN TEKSTIL URUNLERI SANAYI VE TICARET. A.S», Турция	Полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленовой пленкой марки «Breathech Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м ²)
13	Контейнер круглый, Контейнер прямоугольный	ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.AH03.B.04790/19 от 26.07.2019)	Арт. К-115-250 Полипропилен H030 GP
			Арт. К-115-500 Полипропилен H030 GP
			Арт. Л-3 Полипропилен H030 GP
			Арт. Л-5 Полипропилен H030 GP
			Арт. MC-3 Полипропилен H030 GP

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
14	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88	АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673	латекс натуральный центрифугированный, тип НА (ГОСТ 29081-91); сера молотая для резиновых изделий и каучуков, сорт 9990, 9995, класс 1,2 (ГОСТ 127.4-93); белила цинковые, марка БЦО, БЦОМ, БЦ1 (ГОСТ 202-84); диэтилдитокабамат цинка (этилцимат) (ТУ 6—14-809-77); антиоксиданты фенольного типа. Агидол-2 (ГОСТ Р 55065-2012); диспенгатор НФ технический (ГОСТ 6848-79); калия гидрат окиси технический, сорт высший, первый (ГОСТ 9285-78); казеин технический кислотный сорт высший, сычужный сорт высший, первый (ГОСТ 17626-81); аммиак водный технический, марка А (ГОСТ 9-92); мел природный обогащенный, марки ММО, ММС-1, ММС-2 (ГОСТ 12085-88); пеногаситель «Пента-475» (ТУ 2229-095-40245042-2004); двуокись титана пигментная, марка А-1, А-01 (ГОСТ 9808-84)
15	Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004	АО «МедСил», Россия ТУ 9398-029-18037666-2004; РУ №ФСР 2008/02891	ПВХ пластикат медицинский (ПМ -1/42М), полиэтилен ВД ГОСТ 16337-77, трубки силиконовые медицинские по ТУ 9436-004-18037666-94
16	Инструменты медицинские: ножницы медицинские	«Эджайл Индастриз», Пакистан; РУ №РЗН 2016/4524	Нержавеющая сталь, марка AISI 410

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
17	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2011/09976	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
18	Инструменты медицинские: иглодержатель	«Эджайл Индастриз», Пакистан; ПУ №РЗН 2016/4524	
19	Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2011/09631	Полипропилен – 70%, артикул P1004; Стекловолокно 30%, Цвет синий, краситель Corante blue RAL 3005
20	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2011/09976	Пластик – Homopolimero PP 30% fibra vidro; Краситель – Corante azul pantone 3005
21	Инструменты медицинские: зажим	«Эджайл Индастриз», Пакистан; ПУ №РЗН 2016/4524	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
22	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд., КНР ПУ №РЗН 2017/5689	углеродистая хирургическая сталь, марки: 4Cr13, T10
23	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	«Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд., КНР ПУ №РЗН 2017/5689	нержавеющая хирургическая сталь, марки: 4Cr13; 6Cr13

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
24	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	«Риббел Интернешенел Лтд.», Индия РУ №ФСЗ 2008/02137	Лезвие - нержавеющая сталь - 13C26; Ручка - акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик) - ABSOLAC
25	Инструменты медицинские: пинцет	«Эджайл Индастриз», Пакистан; РУ №РЗН 2016/4524	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
26	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет	«Сурджикон ЛТД», Пакистан; РУ №РЗН 2015/3121	Нержавеющая сталь, марка AISI 410
27	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет	TZMO SA, Польша РУ ФСЗ 2011/09976	Нержавеющая сталь, марка AISI 420

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
28	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017; простыни медицинские	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-032-1173425-2017; ПУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2)
			нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breatch Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054
			Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
29	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matorat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11930	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м2); липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			Ламинированный нетканый материал (вискозный нетканый материал, полиэтиленово-полипропиленовая пленка, полипропиленовый нетканый материал), марка L3 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 73 г/м2); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
			полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка TF (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 43 г/м2); липкий слой марки DuploMED SD 6248 D

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
30	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыни с отверстием и адгезивным краем	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
31	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыня на инструментальный стол	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	Ламинированный нетканый материал марки Triobond 2167
32	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыня на столик Майо	TZMO SA, Польша ПУ №ФСЗ 2012/11840	Плётка: PE 60microne, Полипропиленовый нетканый материал 24 г/м ² , Клей hotmelt

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
33	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopai по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017; салфетки медицинские	ООО «Белла», Россия ТУ 32.50.50-032-1173425-2017; ПУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2) нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breitech Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054 Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2) Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2) Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
34	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	«ФармЛайн Лимитед», Великобритания ПУ №ФСЗ 2008/01959	цвет белый; неадгезивная (нелипкая) пленка из полиэтилена, марка 9002-88-48; нетканый вискозно-полиэстеровый материал, марка 25038-59-9; клей акриловый, марка 79-20-9; бумага марка mixture63148-62-9, цвет белый
35	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	«Lohmann GmbH & Co.KG», Германия	DuploMED SD 6144 D Основа – нетканый материал марки Spunlace; цвет синий, краситель марки LIGHT BLUE (SB); адгезив закрытая сторона – полиизопреновый каучук прозрачный марки LK5100; лайнер – силиконизированная бумага марки Duplocoll 370, цвет белый.
36	Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины	«Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, ПУ №ФСЗ 2011/10589	Полипропилен – Т30Н (краситель отсутствует)

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
37	Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007	Унитарное Предприятие «ФреБор», Беларусь ТУ ВУ 6000 12098.015-2007; РУ №ФСЗ 2008/02242	Полипропилен медицинского назначения арт. 2025.05
38	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936	Нетоксичный полистирол pantone azure blue
39	Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "ВОМ", одноразовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017	Бумажно-плёночный пакет	- пленка: • MOR PET/PP BLUE, Plastica, Польша; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Данафлекс-Нано» (Россия), ТУ 5453-008-61815213-2014; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Мануфактура гибкой упаковки» (Россия), ТУ 2245-001-91547879-2011;
	(Упаковка для финишной стерилизации)		- бумага: PROPYR NEUTRE 60, «Sterimed», Франция; - химические индикаторы 1 класса: • «Tempilink» (США), TISFRC784B.2, TIS784B/858 ACT., TIFGFRG492, TIGFAC564A; - чернила: MC-2BK009 MAKE UP, «Domino» (Великобритания)
		ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.13-030-11736425-2017, РУ №РЗН 2017/6416	- нетканый материал «Sterimed» (Франция), Propypel® NW AR Blue 60 gsm - пленка: «Plastica» (Польша), MOR PET/PE CLEAR

Основные линейные размеры составляющих Набора представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры					
1	2	3					
1	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matoprat по ТУ 21.20.24-035- 11736425-2017: марлевые matocomp	8 сложений (в готовом сложенном виде)		12 сложений (в готовом сложенном виде)		16 сложений (в готовом сложенном виде)	
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см
		5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50
		7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50
		10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00
		10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50
2	Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matoprat по ТУ 32.50.50-050- 11736425-2017;	8 сложений (в готовом сложенном виде)		12 сложений (в готовом сложенном виде)		16 сложений (в готовом сложенном виде)	
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см
		5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50
		7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50
		10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00
		10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00
3	Салфетки нестерильные товарного знака matoprat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp	10,00±1,00		10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50
		4 сложения (в готовом сложенном виде)		6 сложений (в готовом сложенном виде)		8 сложений (в готовом сложенном виде)	
		Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, см
		5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50	5,00±0,50
		5,00±0,50	10,00±1,00	5,00±0,50	10,00±1,00	5,00±0,50	10,00±1,00
		7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50	7,50±0,50
		10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00	10,00±1,00
		10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00	10,00±1,00	15,00±1,00
		10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50	10,00±1,00	20,00±1,50
		10,00±1,00	40,00±1,50	10,00±1,00	40,00±1,50	10,00±1,00	40,00±1,50
		20,00±1,50	40,00±1,50	20,00±1,50	40,00±1,50	20,00±1,50	40,00±1,50
		20,00±1,50	90,00±1,50	20,00±1,50	90,00±1,50	20,00±1,50	90,00±1,50
		30,00±1,50	40,00±1,50	30,00±1,50	40,00±1,50	30,00±1,50	40,00±1,50
		40,00±1,50	40,00±1,50	40,00±1,50	40,00±1,50	40,00±1,50	40,00±1,50
		40,00±1,50	65,00±1,50	40,00±1,50	65,00±1,50	40,00±1,50	65,00±1,50
		40,00±1,50	90,00±1,50	40,00±1,50	90,00±1,50	40,00±1,50	90,00±1,50

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры			
1	2	3			
4	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д)	Размер края марли, из которого изготовлен тупфер из марлевого отреза			
		Ширина, см		Длина, см	
		Tupfer A (Тупфер А), форма тупфера: шарик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		20,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		50,00±1,00		50,00±1,00	
		Tupfer B (Тупфер В), форма тупфера: фасолька			
		9,50±1,00		9,50±1,00	
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		Tupfer C (Тупфер Ц), форма тупфера: усик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		Tupfer D (Тупфер Д), форма тупфера: треугольник			
		12,00±1,00		12,00±1,00	
15,00±1,00		15,00±1,00			
18,00±1,00		18,00±1,00			
5	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР)	Размер края марли, из которого изготовлен тупфер из марлевого отреза с рентгеноконтрастной нитью			
		Ширина, см		Длина, см	
		Tupfer AR (Тупфер АР), форма тупфера: шарик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		20,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		50,00±1,00		50,00±1,00	
		Tupfer BR (Тупфер ВР), форма тупфера: фасолька			
		15,00±1,00		9,50±1,00	
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		Tupfer CR (Тупфер ЦР), форма тупфера: усик			
		15,00±1,00		15,00±1,00	
		18,00±1,00		20,00±1,00	
		30,00±1,00		30,00±1,00	
		Tupfer DR (Тупфер ДР), форма тупфера: треугольник			
		12,00±1,00		12,00±1,00	
15,00±1,00		15,00±1,00			
18,00±1,00		18,00±1,00			
6	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома)	Ширина салфетки, см	Длина салфетки, см	Ширина фиксатора, см	Длина фиксатора, см
		2-слойные			
		75,00±2,00	75,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		4-слойные			
		30,00±2,00	30,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		30,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		45,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		45,00±2,00	70,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		75,00±2,00	90,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00
		6-слойные			
		45,00±2,00	45,00±2,00	1,50±0,50	24,00±2,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие		Основные размеры		
1	2		3		
13	Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88		Размеры:	Ширина, мм	Длина, мм, не менее
			4,0	89,00±5,00	270,00
			5,0	97,00±5,00	270,00
			6,0	102,00±5,00	270,00
			7,0	97,00±7,00	270,00
			8,0	102,00±7,00	270,00
			9,0	108,00±7,00	270,00
14	Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004		Наружный диаметр, мм		
			3,00±1,00	6,60±1,00	10,00±1,00
			4,00±1,00	7,00±1,00	11,00±1,00
			4,60±1,00	7,30±1,00	12,00±1,00
			5,30±1,00	8,00±1,00	
			6,00±1,00	9,00±1,00	
			Внутренний диаметр, мм		
			1,50±1,00	4,00±1,00	7,00±1,00
			2,00±1,00	4,30±1,00	7,50±1,00
			2,60±1,00	5,00±1,00	8,50±1,00
			3,30±1,00	5,60±1,00	
			Длина, мм: 300,00±10,00; 500,00±10,00		
			Количество отверстий: 5		
15	Инструменты медицинские: ножницы медицинские	операционные	Длина, мм (±5%)		
			140,00		
		для пересечения пуповины	Длина, мм (±5%)		
			160,00		
16	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель		Длина, мм (±5%)		
			120,00		
			200,00		
17	Инструменты медицинские: иглодержатель		Длина, мм (±5%)		
			120,00		
			200,00		
18	Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим		Длина, мм (±10%)		
			130,00		

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие		Основные размеры	
1	2		3	
19	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи		Длина, мм (±5%)	
			190,00	
			250,00	
20	Инструменты медицинские: зажим		Длина, мм (±5%)	
			150,00	
			160,00	
21	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали	№ 10	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 43,00±5%	
		№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 15	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
Длина лезвия скальпеля, мм: 37,00±5%				
22	Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали	№ 10	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 43,00±5%	
		№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 15	Длина скальпеля, мм: 146,00±5%	
Длина лезвия скальпеля, мм: 37,00±5%				
23	Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель	№ 11	Длина скальпеля, мм: 145,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 23,00±5%	
		№ 23	Длина скальпеля, мм: 150,00±5%	
			Длина лезвия скальпеля, мм: 30,00±5%	
24	Инструменты медицинские: пинцет		Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
			145,00±10%	13,00±2,00
			160,00±10%	17,00±2,00
25	Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет		Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
			145,00±10%	13,00±2,00
			160,00±10%	17,00±2,00
26	Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет		Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
			145,00±10%	13,00±2,00
			160,00±10%	17,00±2,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п 1	Составляющие 2	Основные размеры 3	
		Длина, см	Ширина, см
27	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские	70,00 ± 5,00	100,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		70,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	150,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	180,00 ± 7,00
		75,00 ± 5,00	240,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	110,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	130,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		80,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	110,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	120,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	130,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	150,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	160,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	180,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	200,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	210,00 ± 7,00
		90,00 ± 5,00	250,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	100,00 ± 5,00
		100,00 ± 5,00	140,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	210,00 ± 7,00
		100,00 ± 5,00	240,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	120,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
		120,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		140,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		140,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	240,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	260,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	280,00 ± 7,00
		150,00 ± 7,00	300,00 ± 7,00
		160,00 ± 7,00	210,00 ± 7,00
		170,00 ± 7,00	180,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	200,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	220,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	240,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	260,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	280,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	300,00 ± 7,00
		180,00 ± 7,00	360,00 ± 7,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры	
1	2	3	
28	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matorat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом	Ширина, см	Длина, см
		180,0 ± 7,0	300,0 ± 7,0
		180,0 ± 7,0	320,0 ± 7,0
		200,0 ± 7,0	270,0 ± 7,0
		200,0 ± 7,0	300,0 ± 7,0
		240,0 ± 7,0	300,0 ± 7,0
		250/160 ± 7,0	325 ± 7,0
		Форма отверстия: квадрат или прямоугольник. Размер отверстия (прямоугольник): - Ширина, см, не менее: 5,00 - Длина, см, не менее: 15,00 Размер отверстия (квадрат): - Ширина, см, не менее: 20,00 - Длина, см, не менее: 20,00 Ширина адгезивного края для всего размерного ряда простыней, см: не менее 2,0	
29	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыни с отверстием и адгезивным краем	Ширина, см	Длина, см
		240/200 ± 7,0	260 ± 7,0
		Форма отверстия: прямоугольник, квадрат. Размер отверстия (прямоугольник): - Ширина, см, не менее: 15,00 - Длина, см, не менее: 20,00 Размер отверстия (квадрат): - Ширина, см, не менее: 25,00 - Длина, см, не менее: 25,00 Ширина адгезивного края для всего размерного ряда простыней, см: не менее 2,0	
		Длина, см	Ширина, см
30	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыня на инструментальный стол	190,00 ± 7,00	150,00 ± 7,00
31	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: простыня на столик Майо	Длина, см	Ширина, см
		145,00 ± 7,00	80,00 ± 5,00

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры	
		3	
32	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopet по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	Ширина, см	Длина, см
		22,00 ± 3,00	25,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	30,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		35,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		45,00 ± 3,00	75,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	80,00 ± 5,00
		50,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		50,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	40,00 ± 3,00
		70,00 ± 5,00	70,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		80,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		90,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
33	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Ширина, см (± 10%)	Длина, см (± 10%)
		2,00	12,00
		2,00	15,00
		2,50	15,00
		3,00	15,00
		5,00	15,00
34	Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D	Ширина, см (± 10%)	Длина, см (± 10%)
		3,00	51,00
		9,00	51,00
35	Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины	Длина, мм	
		50,00±5%	

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры	
1	2	3	
36	Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007	Длина, мм	
		50,00±5%	
37	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный	Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
		125,00±5%	19,00±2,00

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие применяется во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Непригодные к использованию Изделия (неиспользованные Изделия с истекшим сроком годности) относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованные Изделия относятся к отходам класса Б – эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В процессе производства Изделий в окружающую среду не должны выделяться токсичные вещества, оказывающие раздражающее или сенсibiliзирующее действие на организм человека.

В условиях эксплуатации, Изделие должно быть нетоксично и не вызывать местно-раздражающих или аллергических реакций при контакте с кожей.

Все работы по производству Изделия должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по СанПиН 1.2.3685-21.

Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, а также ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При тушении пожара и выполнении мероприятий по спасению людей и материальных ценностей следует использовать средства защиты органов дыхания.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При производстве Набора, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Запрещается неорганизованное сжигание бывшего в употреблении Изделия.


21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла») не имеет уполномоченного представителя.

22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Маркировка Изделия сопровождается графическими символами, которые должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расшифровка графических символов, используемых при маркировке Изделия, представлена в таблице 4.

Таблица 4.

	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Использовать до
	Код партии (номер партии)
	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Символ переработки
	Зарегистрированный товарный знак
	Дата изготовления
	Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ Р

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Национальные стандарты РФ, регламентирующие требования безопасности, качества и методы контроля соответствия Изделия этим требованиям:

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 №930 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 17.07.2014 №670 "О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий";
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №160 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 №633 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 299 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 года N 1335 «О внесении изменения в пункт 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1906 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;
- ГОСТ ISO 11607-2-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формования, герметизации и сборки»;
- ГОСТ ISO 11135-2012 «Межгосударственный стандарт. Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена»;
- ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 14937-2012 «Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»;
- ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 28840-90 «Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования»;
- ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия»;
- ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей»;

- ГОСТ Р 53498-2019 «Изделия медицинские пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»;
- ГОСТ 33076-2014 «Перчатки медицинские. Метод определения герметичности»;
- ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия»;
- ГОСТ EN 455-2-2014 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Методы определения физико-механических свойств»;
- ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия»;
- ГОСТ 21241-89 «Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;
- ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии»;
- ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»;
- МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»;
- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-биологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- ГФ РФ издание XIV ОФС. 1.2.4.0003.15. Стерильность»;
- МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде»;
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида»;
- МУК 4.1.1209-03 «Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде»;
- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение <...> в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;
- ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации».

Приложение

Набор для кесарева сечения matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-083-11736425-2020, варианты исполнения:

Набор №1:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50

см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;
Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – не более 20 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №2:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884– не более 100 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим: 130 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09631 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или

45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №3:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884– не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №4:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или

50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 20 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 - не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 - не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 - не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopar: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по

ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №5:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Mayo: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Набор №6:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см х 75 см) или 4-слойные (30 см х 30 см или 30 см х 45 см или 45 см х 45 см или 45 см х 70 см или 75 см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см х 300 см или 180 см х 320 см или 200 см х 270 см или 200 см х 300 см или 240 см х 300 см или 250/160 см х 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см х 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см х 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.

Набор №7:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного

знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №8:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или

18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №9:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10

см х 15 см или 10 см х 20 см или 10 см х 40 см или 20 см х 40 см или 20 см х 90 см или 30 см х 40 см или 40 см х 40 см или 40 см х 65 см или 40 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см х 75 см) или 4-слойные (30 см х 30 см или 30 см х 45 см или 45 см х 45 см или 45 см х 70 см или 75 см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см х 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №10:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 15 см или 10 см х 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см х 5 см или 5 см х 10 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 15 см или 10 см х 20 см или 10 см х 40 см или 20 см х 40 см или 20 см х 90 см или 30 см х 40 см или 40 см х 40 см или 40 см х 65 см или 40 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см х 75 см) или 4-слойные (30 см х 30 см или 30 см х 45 см или 45 см х 45 см или 45 см х 70 см или 75 см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-

«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №11:

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Mayo: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.;

Набор №12:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Mayo: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №13:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №14:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №15

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого

материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopar: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №16:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75

см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см х 100 см или 70 см х 140 см или 70 см х 200 см или 75 см х 150 см или 75 см х 180 см или 75 см х 240 см или 80 см х 110 см или 80 см х 130 см или 80 см х 140 см или 80 см х 200 см или 90 см х 110 см или 90 см х 120 см или 90 см х 130 см или 90 см х 150 см или 90 см х 160 см или 90 см х 180 см или 90 см х 200 см или 90 см х 210 см или 90 см х 250 см или 100 см х 100 см или 100 см х 140 см или 100 см х 210 см или 100 см х 240 см или 120 см х 120 см или 120 см х 150 см или 120 см х 180 см или 140 см х 200 см или 140 см х 210 см или 150 см х 150 см или 150 см х 180 см или 150 см х 200 см или 150 см х 210 см или 150 см х 240 см или 150 см х 260 см или 150 см х 280 см или 150 см х 300 см или 160 см х 210 см или 170 см х 180 см или 180 см х 200 см или 180 см х 220 см или 180 см х 240 см или 180 см х 260 см или 180 см х 280 см или 180 см х 300 см или 180 см х 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см х 300 см или 180 см х 320 см или 200 см х 270 см или 200 см х 300 см или 240 см х 300 см или 250/160 см х 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см х 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50

см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Набор №17:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см х 9,5 см или 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см или 18 см х 20 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см х 100 см или 70 см х 140 см или 70 см х 200 см или 75 см х 150 см или 75 см х 180 см или 75 см х 240 см или 80 см х 110 см или 80 см х 130 см или 80 см х 140 см или 80 см х 200 см или 90 см х 110 см или 90 см х 120 см или 90 см х 130 см или 90 см х 150 см или 90 см х 160 см или 90 см х 180 см или 90 см х 200 см или 90 см х 210 см или 90 см х 250 см или 100 см х 100 см или 100 см х 140 см или 100 см х 210 см или 100 см х 240 см или 120 см х 120 см или 120 см х 150 см или 120 см х 180 см или 140 см х 200 см или 140 см х 210 см или 150 см х 150 см или 150 см х 180 см или 150 см х 200 см или 150 см х 210 см или 150 см х 240 см или 150 см х 260 см или 150 см х 280 см или 150 см х 300 см или 160 см х 210 см или 170 см х 180 см или 180 см х 200 см или 180 см х 220 см или 180 см х 240 см или 180 см х 260 см или 180 см х 280 см или 180 см х 300 см или 180 см х 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см х 300 см или 180 см х 320 см или 200 см х 270 см или 200 см х 300 см или 240 см х 300 см или 250/160 см х 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – не более 20 шт.

Набор №18:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.

Набор №19:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под

товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – не более 20 шт.

Набор №20:

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.; Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.; Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №21:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.; Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.; Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.; Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.; Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар; Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №22:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.; Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или

18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «Фребор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №23:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x

70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;
Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №24:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.

Набор №25:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopar: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopar стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см

х 15 см или 10 см х 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см х 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см х 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см х 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №26:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 15 см или 10 см х 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см х 75 см) или 4-слойные (30 см х 30 см или 30 см х 45 см или 45 см х 45 см или 45 см х 70 см или 75 см х 90 см) или 6-слойные (45 см х 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №27:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор 28:

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 или Инструменты медицинские: иглодержатель, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524: 120 мм или 200 мм, – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №29:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 или Инструменты медицинские: иглодержатель, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524: 120 мм или 200 мм, – не более 2 шт.;

Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим: 130 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09631 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.

Набор №30:

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 или Инструменты медицинские: иглодержатель, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524: 120 мм или 200 мм, – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.

Набор №31:

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – не более 20 шт.

Набор №32:

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см и 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.

Набор №33:

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см

х 15 см или 10 см х 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см х 300 см или 180 см х 320 см или 200 см х 270 см или 200 см х 300 см или 240 см х 300 см или 250/160 см х 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см х 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см х 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.

Набор №34:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см х 9,5 см или 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см или 18 см х 20 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopat» стерильный: зажим: 130 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09631 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см х 300 см или 180 см х 320 см или 200 см х 270 см или 200 см х 300 см или 240 см х 300 см или 250/160 см х 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.

Набор №35:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopat стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Набор №36:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №37:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №38:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №39:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком

matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №40:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №41:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №42:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №43:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №44:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №45:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - не более 100 шт.;

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopat» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopar: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №46:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopar» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №47:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см х 60 см или 60 см х 60 см или 90 см х 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopar» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ № ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №48:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Пеленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см х 60 см или 60 см х 60 см или 90 см х 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;
Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №49:

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложений, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №50:

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.

Набор №51:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие нестерильные Matocomp с рентгеноконтрастной нитью под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-050-11736425-2017 в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/7880, или Салфетки нестерильные товарного знака matopat: марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp: в готовом (сложенном) виде: в 8, 12 или 16 сложенных, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2009/04282: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см – не более 100 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 5 см x 10 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 15 см или 10 см x 20 см или 10 см x 40 см или 20 см x 40 см или 20 см x 90 см или 30 см x 40 см или 40 см x 40 см или 40 см x 65 см или 40 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer B (Тупфер В), Tupfer D (Тупфер Д): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer BR (Тупфер ВР), Tupfer DR (Тупфер ДР): 9,5 см x 9,5 см или 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см или 18 см x 20 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 100 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Abdoma (Абдома): 2-слойные (75 см x 75 см) или 4-слойные (30 см x 30 см или 30 см x 45 см или 45 см x 45 см или 45 см x 70 см или 75 см x 90 см) или 6-слойные (45 см x 45 см), производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – не более 20 шт.;

Комбинированные сорбционные повязки высокой впитываемости ABSORBA под товарным знаком matopar стерильные и нестерильные: салфетки впитывающие: 10 см x 15 см или 10 см x 20 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/12545 – не более 20 шт.;

Пленки впитывающие «Seni» по ТУ 17.22.12-005-11736425-2015: Seni Soft или Seni Soft Normal: 40 см x 60 см или 60 см x 60 см или 90 см x 60 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6220 – не более 5 шт.;

Одежда для медицинского персонала марки «matopar» одноразовая «Matodress» нестерильная из нетканого, ламинированного нетканого, хлопкоподобного нетканого материала, полиэтилена: халат: М или L или XL или XXL, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2008/01376 – не более 6 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: чехол: 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 80 см или 80 см x 120 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840, или чехол на конечность: 25 см x 80 см или 33 см x 55 см или 35 см x 60 см или 37 см x 75 см или 37 см x 120 см или 40 см x 130 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 45 см x 120 см или 60 см x 120 см или 75 см x 120 см или 80 см x 120 см, производитель ООО «Белла», ТУ 32.50.13-083-11736425-2020 – не более 2 шт.

Контейнер прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Контейнер круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – не более 4 шт.;

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0 или 5,0 или 6,0 или 7,0 или 8,0 или 9,0, производитель АО «АЗРИ», Россия, РУ №ФСР 2010/07673 – не более 10 пар;

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические одноразовые ДСХО-«МедСил», переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД-«МедСил» по ТУ 9398-029-18037666-2004: 300 мм или 500 мм, производитель АО «МедСил», Россия, РУ №ФСР 2008/02891 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: иглодержатель, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 или Инструменты медицинские: иглодержатель, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524: 120 мм или 200 мм, – не более 2 шт.;

Комплект медицинских изделий и инструментов для процедурных кабинетов Matoset под товарным знаком «matopar» стерильный: зажим: 130 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09631 – не более 4 шт.;

Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: клещи: 190 мм или 250 мм, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976 – не более 4 шт.;

Инструменты медицинские: зажим: 150 мм или 160 мм или 200 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 4 шт.;

Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, с принадлежностями: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали или Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали: №10 или №11 или №15, производитель «Хуайинь Медикал Инструменте Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2017/5689, или Инструмент режущий с приспособлениями: скальпель: №11 или №23, производитель «Риббел Интернешенел Лтд.», Индия, РУ №ФСЗ 2008/02137 – не более 2 шт.;

Инструменты медицинские: пинцет, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524, или Инструменты медицинские хирургические: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: пинцет, производитель «Сурджикон ЛТД», Пакистан, РУ №РЗН 2015/3121, или Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat» стерильные, в наборах и отдельных упаковках: пинцет, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2011/09976: 145 мм или 160 мм – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: простыни медицинские: 70 см x 100 см или 70 см x 140 см или 70 см x 200 см или 75 см x 150 см или 75 см x 180 см или 75 см x 240 см или 80 см x 110 см или 80 см x 130 см или 80 см x 140 см или 80 см x 200 см или 90 см x 110 см или 90 см x 120 см или 90 см x 130 см или 90 см x 150 см или 90 см x 160 см или 90 см x 180 см или 90 см x 200 см или 90 см x 210 см или 90 см x 250 см или 100 см x 100 см или 100 см x 140 см или 100 см x 210 см или 100 см x 240 см или 120 см x 120 см или 120 см x 150 см или 120 см x 180 см или 140 см x 200 см или 140 см x 210 см или 150 см x 150 см или 150 см x 180 см или 150 см x 200 см или 150 см x 210 см или 150 см x 240 см или 150 см x 260 см или 150 см x 280 см или 150 см x 300 см или 160 см x 210 см или 170 см x 180 см или 180 см x 200 см или 180 см x 220 см или 180 см x 240 см или 180 см x 260 см или 180 см x 280 см или 180 см x 300 см или 180 см x 360 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыни с отверстием и адгезивным краем: 240/200 см x 260 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopat: простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом: 180 см x 300 см или 180 см x 320 см или 200 см x 270 см или 200 см x 300 см или 240 см x 300 см или 250/160 см x 325 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11930 – не более 4 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: простыня на инструментальный стол: 190 см x 150 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: простыня на столик Майо: 145 см x 80 см, производитель TZMO SA, Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – не более 2 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – не более 6 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 или Односторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с тканевой основой и лайнером из силиконизированной бумаги DUPLOMED SD 6144 D: 3 см x 51 см или 9 см x 51 см, производитель «Lohmann GmbH & Co.KG» (Германия) – не более 20 шт.;

Инструменты медицинские: ножницы медицинские: 140 мм или 160 мм, производитель «Эджайл Индастриз», Пакистан, РУ №РЗН 2016/4524 – не более 2 шт.;

Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: зажим для пуповины, производитель «Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10589 или Зажим пуповины новорожденного однократного применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007, производитель Производственное унитарное предприятие «ФреБор», Республика Беларусь, РУ №ФСЗ 2008/02242: 50 мм – не более 10 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – не более 2 шт.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

84 (подпись) листа(ов)

Генеральный директор
ООО "Белла"

Ковальчик М.К

