

Фотографические изображения

Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, варианты исполнения на 50, 250 тестов

Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания тканей иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (общий вид)



Реагент OptiView Amplifier в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)




Реагент OptiView Amplifier в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)











Реагент OptiView Amplification H₂O₂ в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент OptiView Amplification H₂O₂ в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент OptiView Amplification H₂O₂ в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани
иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических
серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (маркировка)



REF 760-099

LOT G24962

OptiView Amplification Kit

GTIN 04015630983834

2020-11-30

(240) 06396518001-Roche # 2022-04-19

50 Rx Only 2°C 8°C



IVD

(1) 5.0 mL OptiView Amplifier (<40 µg/mL)

(1) 5.0 mL OptiView Amplification H₂O₂ (0.04%)

(1) 5.0 mL OptiView Amplification Multimer (<10 µg/mL)



760-099 G24962 1836



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 50 тестов (маркировка)

Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark.

Вариант исполнения на 50 тестов, в составе:

1. Реагент OptiView Amplifier в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт.;
2. Реагент OptiView Amplification Multimer в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт.;
3. Реагент OptiView Amplification H2O2 в дозаторе, объем 5 мл., 1 шт.;

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке. Дата производства см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке.



Производитель: Ventana Medical Systems, Inc., 1910 East Innovation Park Drive, Tucson, AZ 85756 USA.

Изделие предназначено для диагностики in vitro.

Медицинский представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РосДиагностика Рус» (ООО «РосДиагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2. Тел: +7


495 229-62-64, факс: +7 495 229-62-64, E-mail:

rosdiagnosis_rus@rosdi.com

Кат. номер 06394518004 (760-0999)

 VENTANA

Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуногистохимических автоматах серии BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (общий вид)












Реагент OptiView Amplification Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)




Реагент OptiView Amplification H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)




Реагент OptiView Amplification H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)






Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (маркировка)



REF 860-099


LOT G28633

CIN 04015630984749

EXP 2021-01-12

(240) 06718663001-Roches #

EXP 2022-05-29



20°C

CE

MD



Rx Only

860-099 G28633 0285



OptiView Amplification Kit (250)

(1) 25 mL OptiView Amplifier (250) (440 µg/mL)


(1) 25 mL OptiView Amplification H₂O₂ (250) (8.04%)

(1) 25 mL OptiView Amplification Multimer (250) (x10 µg/mL)

Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (маркировка)



Набор реагентов OptiView Amplification Kit для качественного окрашивания ткани иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуногистохимических автоматических сериях BenchMark, вариант исполнения на 250 тестов (маркировка)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
32 листа (ов)

по доверенности
от 04.02.2021

(Гришин Д.В.)

