

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 27 "

2020 г.



Воротник защитный ВРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.001.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты щитовидной железы и области шеи персонала или пациента при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Воротник защитный ВРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Рb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.001.00 []

- длина _____ см

- ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Воротник защитный ВРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.001.00ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Воротник защитный ВРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Воротник защитный ВРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Воротник защитный ВРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской номер _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Воротник защитный ВРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов



2020 г.

Пелерина защитная ПлРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.002.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты плечевого пояса и верхней части грудной клетки пациентов при рентгенологических исследованиях черепа и стоматологических исследованиях.

1.2. Наименование изделия: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более 3,0 кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.002.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Пелерина защитная ПлРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.002.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласнотребованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(наименование организации, фамилия, подпись)

Исполнитель

г. _____

Дата выполнения ремонта " ____ " _____

Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К»

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

(наименование организации, фамилия, подпись)

Исполнитель

г. _____

Дата выполнения ремонта " ____ " _____

Пелерина защитная ПлРЗ- «Р-К»

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

"27"

2020 г.



**Фартук защитный
стоматологический ФРЗС-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.003.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Изделие предназначено для защиты туловища пациента, включая гонады, кости таза и щитовидную железу, со стороны пучка излучения при дентальных исследованиях или исследовании черепа.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.003.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный стоматологический ФРЗС – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.003.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный стоматологический ФРЗС- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов



**Юбка защитная легкая
ЮРЗл-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.004.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты со всех сторон области гонад и костей таза при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Юбка защитная легкая ЮРЗл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.004.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Юбка защитная легкая ЮРЗл – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.004.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Юбка защитная легкая ЮРЗл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель _____

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель _____

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

«~~Рентген-~~Комплект» 2020 г.



Юбка защитная тяжелая ЮРЗТ-"Р-К"

**Паспорт
КАГД 38641.007.004.01 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты со всех сторон области гонад и костей таза при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.004.01 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Юбка защитная тяжелая ЮРЗт – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.004.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20 ____ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20 ____ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 27 "

2020г.



Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-"Р-К"

Паспорт

КАГД 38641.007.005.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты гонад и костей таза пациента со стороны пучка излучения при проведении рентгеноскопии, урографии, маммографии, ангиографии (при отсутствии защитных фартуков).

1.2. Наименование изделия: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.005.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.005.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 17 "

2020 г.



Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-"Р-К"

Паспорт

КАГД 38641.007.005.01 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты гонад и костей таза пациента со стороны пучка излучения при проведении рентгеноскопии, урографии, маммографии, ангиографии (при отсутствии защитных фартуков).

1.2. Наименование изделия: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее, при U=100 кВ: - 0,5 мм Pb.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более ____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.005.01 []

-длина, не менее ____ см

-ширина, не менее ____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.005.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований, изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул.Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств, проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов



2020 г.

**Комплект защитных пластин из
четырех элементов КПР34 -"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.006.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты отдельных участков тела и внутренних органов пациента, а также для формирования исследуемых участков при проведении рентгеноскопии, урографии, ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.006.00

- длина _____ см

- ширина _____ см

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34- «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.006.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан
годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " " 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " " 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14**Продавец:** _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " " 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14**Продавец:** _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " " 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ


Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

№ 12/01

2020 г.



Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-"Р-К"

**Паспорт
КАГД 38641.007.006.01 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты отдельных участков тела и внутренних органов пациента, а также для формирования исследуемых участков при проведении рентгеноскопии, урографии, ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,5 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.006.01

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.006.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 5 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37- «Р-К»,
ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-
46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»,

ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20____ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052,г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052,г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Комплект защитных пластин из семи элементов КПР37-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

"27" 01

2020 г.



Перчатки защитные ПРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.007.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты кистей рук и запястий, нижней половины предплечья персонала от рентгеновского излучения при проведении рентгенографии, урографии.

1.2. Наименование изделия: Перчатки защитные ПРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.007.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см (полуокруж.)

2.4. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Перчатки защитные ПРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.007.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований, изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакованы согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 27 "

2020 г.



Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.008.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах и предназначено для защиты персонала и пациентов, а также в передвижных рентгеновских установках. Применяют для защиты хрусталика глаза персонала и пациентов при рентгенологических исследованиях на аппаратах необорудованных усилителями рентгеновского изображения при рентгеноскопии, урографии и ангиографии.

1.2. Наименование изделия: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25мм Pb при U=100кВ.

2.2. Масса изделия _____ г

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.008.00

2.4. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Очки защитные (без диоптрий) ПРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.008.00ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;

- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока

- при нарушении условий транспортировки и хранения;

- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул.Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку по ГОСТ 31589-2012 и содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер (по ГОСТ 31589-2012);
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакованы согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признаны годными.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "____" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "____" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____
М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта "____" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта "____" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

2020 г.



**Фартук защитный
односторонний легкий ФРЗОл-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.009.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела персонала спереди от горла до голеней.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.009.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.009.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и

начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.
упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-
46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД 2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 27 "

2020 г.



**Фартук защитный
односторонний тяжелый ФРЗОт-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.009.01 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела персонала спереди от горла до голеней.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул С5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия не более _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.009.01 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт – «Р-К» шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.009.01 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок, проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт- «Р-К»
Дата выполнения ремонта " ____ " ____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 17 "

2020 г.



**Фартук защитный
двусторонний ФРЗД-"Р-К"**

**Паспорт
КАГД 38641.007.010.00 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты тела человека: спереди - от горла до голени, включая плечи и ключицы; сзади - всего корпуса, включая кости таза и ягодицы; сбоку - до бедер. Применяется, в основном, рентгенологами-ангиографистами.

1.2. Наименование изделия: Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект».

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее - 0,35 мм Pb при U=100 кВ для передней поверхности. Остальной поверхности - 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Тип изделия: _____

2.3. Масса изделия _____ кг

2.4. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.010.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см

2.5. Цвет []

2.6. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Фартук защитный двусторонний ФРЗД – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.010.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований, изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- тип;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 4 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан
годным.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001
Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-
007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП _____

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____ М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22,742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы _____

Организация-владелец _____

Исполнитель _____ М. П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Фартук защитный двусторонний ФРЗД- «Р-К»

Дата выполнения ремонта " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

" 27 "

2020 г.



Шапочка защитная ШпРЗ-"Р-К"

Паспорт
КАГД 38641.007.011.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Изделие применяется в стационарных рентгеновских кабинетах, а также передвижных рентгеновских установках и предназначен для защиты персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения. Применяют для защиты области головы персонала и пациента при проведении рентгенологических исследований.

1.2. Наименование изделия: Шапочка защитная ШпРЗ- «Р-К».

1.3. Изготовитель: ООО «Рентген-комплект»

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

1.4. Изделие изготавливается и поставляется в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-46782692-2001 «Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», имеющего действующее РУ № ФСР 2011/10477 от _____ г.

1.5. Класс потенциального риска применения 2а по ГОСТ 31508.

1.6. Класс IP64, классификация согласно ГОСТ 14254-96.

1.7. Сертификат соответствия № _____ от _____

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее- 0,25 мм Pb при U=100 кВ.

Рентгенозащитный материал используемый в изделии:

-материал рентгенозащитный резиновый (Ф-13)- []

-Пластины рентгенозащитные неформованные Я-1002- []

-Просвинцованный винил Ф «Kemmentech Limited» - []

Обшивочный материал изделия (чехол):

-ткань типа капроновой Артикул C5002- []

-ткань типа капроновой Vonyl M 3009- []

-ткань типа капроновой Тафета 190Т «ПУ-силвер» - []

2.2. Масса изделия не более _____ кг

2.3. Габаритные размеры согласно КАГД 38641.007.011.00 []

-длина _____ см

-ширина _____ см (полуокруж.)

2.4. Цвет []

2.5. Средний срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение документа
3.1. Шапочка защитная ШпРЗ – «Р-К» _____ шт	
3.2. Паспорт	КАГД 38641.007.011.00 ПС

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований изложенных в паспорте входящего в комплект поставки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления.

4.4. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до истечения этого срока
- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при отсутствии обслуживания местными техническими службами (подтверждается договором на техническое обслуживание). Претензии (рекламации) на изделие предприятие-изготовитель принимает в период действия гарантийного срока от учреждений обслуживающих изделие только по заключению аккредитованных технических служб.

4.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.

4.7. Замечания по применению изделия, эксплуатации, пожелания по усовершенствованию и по вопросам гарантийного ремонта просим направлять по адресу:

Название организации изготовителя:	ООО "Рентген-Комплект"
Юридический адрес:	109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3
Почтовый адрес:	109029, г. Москва, а/я 14
Телефон/факс:	(495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5.2. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.

5.3. Климатические условия эксплуатации от +10⁰С до +35⁰С.

5.4. Санитарная обработка производится по МУ-287-113 салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, а также к дезинфекцией 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5.5. Периодическая проверка защитных свойств проводится ведомственной службой радиационной безопасности 1 раз в 2 года.

5.6. Хранение изделий комплекта при эксплуатации должно осуществляться либо на плечиках, либо в расстеленном состоянии без перегибов.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка изделия выполнена в соответствии с ТУ 9452-007-46782692-2001.

6.2. Изделие имеет маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- свинцовый эквивалент при анодном напряжении или фильтрации;
- размер;
- ГОСТ;
- РУ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Комплект должен транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующих на транспорте данного вида.

7.2. Условия транспортирования комплекта крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3. Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах, на стеллажах в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.

7.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание, и ремонт могут производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Утилизация производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с законодательством страны, не территории которой находится изделие.

9.2. Утилизация изделия, отслужившего свой срок проводится согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 как для изделия класса Г, 3 класса опасности.

9.3. Утилизация изделий, отслуживших свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

МП

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие: Шапочка защитная ШпРЗ- «Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9452-007-46782692-2001.

Контролер ОТК:

личная подпись

фамилия, инициалы

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие: Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К», ТУ 9452-007-46782692-2001

Заводской № _____ Дата изготовления: _____ 20__ г.

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признана годной.

наименование лечебно-профилактического или иного учреждения

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП

личная подпись

фамилия, инициалы

(год, месяц, число)

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ.

Дата	Результат внешнего осмотра	Эквивалент по ослаблению (неоднородности)	Проверяющий	Подписи

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №1

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "____" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО "Рентген-комплект"

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3

тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

ТАЛОН №2

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Заводской № _____ Дата изготовления _____ 20__ г.

Дата продажи/ввода в эксплуатацию "____" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Изготовитель: ООО "Рентген-комплект", 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр.1,3, тел/факс (495)981-13-22, 742-41-60/742-94-14

Продавец: _____

Выполнены работы

Организация-владелец _____

Исполнитель _____

М. П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта "____" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Шапочка защитная ШпРЗ-«Р-К»

Дата выполнения ремонта "____" _____ 20__ г.

Исполнитель

(наименование организации, фамилия, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 105 листов
(сво меди)
Директор ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов