

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин


«05» апреля 2021г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020»**

2021г.






Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

4120191 лист 2
Директор ООО «МиниМед»
Азбукин В.Р.



Образцы этикеток медицинского изделия Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020.

Этикетки индивидуальной упаковки

 пестовская лаборатория МиниМед 241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супоньево, ул.Шоссейная, 17а Тел.: (4832) 92-97-97, 92-34-52, 92-34-53, - 55, - 56 факс: 92-34-54, 92-96-94 Инструкция по эксплуатации: 1) вскройте упаковку изделия; 2) извлеките тампон-зонд и используйте по назначению; 3) отправьте образец в лабораторию. Производитель: ООО «МиниМед» Хранить следует при t от -40 до +40°C, влажность воздуха менее 95%. Транспортировать при t от -40 до +60°C, влажность воздуха менее 100%. ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 РУ № ОБРАЗЕЦ	Тампон-зонд МиниМед стерильный зонд из алюминия $\varnothing$ 0,9 мм длина зонда 150 мм тампон из вискозы $\varnothing$ 2,2 мм Дата изгот.: 00.00.0000 Годен до: 00.00.0000 Серия: 00.00.0000	арт. 00000000  СТЕРИЛЬНО EO
---	---	--

Этикетки групповой упаковки

 пестовская лаборатория МиниМед 241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супоньево, ул.Шоссейная, 17а Тел.: (4832) 92-97-97, 92-34-52, 92-34-53, - 55, - 56 факс: 92-34-54, 92-96-94 Тампон-зонд МиниМед стерильный зонд из алюминия $\varnothing$ 0,9 мм ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 тампон из вискозы $\varnothing$ 2,2 мм длина зонда 150 мм Количество: 100 шт. Серия (партия) №: 00 Изготовлено: 00.0000 г. Годен до: 00.0000 г. Производитель: ООО «МиниМед» Хранить следует при t от -40 до +40°C, влажность воздуха менее 95%. Транспортировать при t от -40 до +60°C, влажность воздуха менее 100%. арт. 00000000  СТЕРИЛЬНО EO РУ № _____

Этикетки транспортной тары

 пестовская лаборатория МиниМед 241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супоньево, ул.Шоссейная, 17а Тел.: (4832) 92-97-97, 92-34-52, 92-34-53, - 55, - 56 факс: 92-34-54, 92-96-94 Тампон-зонд МиниМед стерильный зонд из алюминия $\varnothing$ 0,9 мм ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 тампон из вискозы $\varnothing$ 2,2 мм длина зонда 150 мм Количество: 000 шт. (0 уп. по 000 шт.) Серия (партия) №: 00 Изготовлено: 00.0000 г. Годен до: 00.0000 г. Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг Производитель: ООО «МиниМед» Хранить следует при t от -40 до +40°C, влажность воздуха менее 95%. Транспортировать при t от -40 до +60°C, влажность воздуха менее 100%. арт. 00000000  СТЕРИЛЬНО EO РУ № _____

Директор ООО «МиниМед»

В.Р. Азбукин

