



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 ноября 2021 года № РЗН 2021/15753

Действительно до 01 января 2022 г.

На медицинское изделие

**Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков  
носоглотки человека на магнитных частицах "SLT-NAMg-SARS-96"  
по ТУ 21.20.23-001-75841125-2021, серия 210621**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Современные лабораторные  
технологии" (ООО "СЛТ"), Россия,  
630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, стр. 8**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Современные лабораторные  
технологии" (ООО "СЛТ"), Россия,  
630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, стр. 8**

Место производства медицинского изделия

**ООО "СЛТ" Россия,  
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1**

Номер регистрационного досье № РД-45227/79586 от 08.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 ноября 2021 года № 10578  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0057150**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 ноября 2021 года № РЗН 2021/15753

Действительно до 01 января 2022 г.

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков  
носоглотки человека на магнитных частицах "SLT-NAMg-SARS-96"  
по ТУ 21.20.23-001-75841125-2021, серия 210621, в составе:**

1. ЛР - лизирующий раствор - в 1-м флаконе 55 мл.
2. ПР - промывочный раствор - в 2-х флаконах по 60 мл.
3. ЭР - элюирующий раствор - в 1-м флаконе 12 мл.
4. МС - магнитный сорбент - в 1-й пробирке 1,1 мл.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Паспорт качества - 1 шт.
7. Магнитный штатив - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0087956