

Руководитель группы регистрации


Горшкова Н.А.

« 16 » августа 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов аполипопротеина A1 и B для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Apolipoprotein A-1 & B Calibrator (Atellica CH APO A1 & B CAL))





APO A1 & B CAL

CAL LOT VAL

REVISION 1

MATERIAL APO A1 & B CAL

MATERIAL ID 14

LOT

製造番号

500410



使用期限

2021-09-28

REF

11099329



siemens.com/document-library

APO A1	UNITS C	UNITS SI
CAL 2	30.1 mg/dL	0.301 g/L
CAL 3	60.3 mg/dL	0.603 g/L
CAL 4	121 mg/dL	1.21 g/L
CAL 5	241 mg/dL	2.41 g/L

APO B	UNITS C	UNITS SI
CAL 2	29.1 mg/dL	0.291 g/L
CAL 3	58.3 mg/dL	0.583 g/L
CAL 4	117 mg/dL	1.17 g/L
CAL 5	233 mg/dL	2.33 g/L



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

