

Директор по нормативному регулированию

и качеству

ООО "ФИЛИПС"

Бахвалова О.В.

«21» сентября 2016 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


Система компьютерной томографии IQon Spectral CT с принадлежностями



I. Система компьютерной томографии IQon Spectral CT с принадлежностями. Базовый блок 1.




1.Гентри.




2. Стол пациента.




3а. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: **3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер);** 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




3б. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. **Единая система реконструкции изображений (CIRS):** - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




Зв. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.



3г. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. **Единая система реконструкции изображений (CIRS):** - Компьютер (3 шт.); - **Источник бесперебойного питания;** 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




Зд. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




3е. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. **Пульт управления сканированием**; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




Зж. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.



33. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. **Клавиатура**; 3.6. Мышь.



3и. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. **Мышь.**



Зк. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.

Switch Screen
Patient
Plan
Acquisition
View
End Exam

Anonymous Unknown
00000087

IMR Abdomen 3.3 mSV Cont - Show All

IMR Abdomen 3.3 mSV Cont

1 Surview, Frontal

2 Abdomen/Pelvis, He...

2.1 IMR L3 Routine, 1x...

2.2 IMR L3 ST, 1x0.5

2.3 iDose L4, 1x0.5

2.4 IMR L1 Routine, 1x...

2.5 IMR L2 ST, 1x0.5

2.6 IMR L1 ST, 1x0.5

2.7 FBP, 1x0.5

2.8 iDose L4, 1x0.5

Scan Parameters

DoseRight Index: 22 +3

kV: 80

mAs: 550

Scan Time: 11.3 sec

CTDIvol: 12mGy
DLP: 568.2mGy*cm
Phantom: 32cm

Show All...

Go

Overview **All Parameters**

2.3 iDose L4, 1x0.5

General

Label: iDose L4

Orientation:

Thickness: mm

Increment: mm

No. of Images:

Procedure: iDose L3
IMR L2 Routine
IMR L2 Sharp

Result Direction: Head to feet

☐ O-MAR

☐ Review Before Save

Distribution

Auto Storage: Local

☐ Auto Film: Auto Film Parameters

Auto Launch: None

☐ Merge Series

Reconstruction

Recon Mode: IMR Level: 2

Apply to All Results

Image Definition: Routine

Enhancement: 0.00

Windowing: Type in

C 60 W 350

Render Mode: Average

Matrix: 512


4а. Модули программные встроенные: **Модуль программный встроенный iDose**, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Category


- [-] Image Viewing
 - W/L Presets
 - Utilities
 - Titles
 - "Save As" Utilities
- [-] Scanner Options
 - Reconstruction**
 - Scanner
 - Dose Management
 - Default Storage Device
 - Patient Data
 - Institute
 - HIS/RIS
- [-] Other
 - Launch Application
 - Licensing

Image Threshold	0	(0)
Automatic Special Filters	☒	(Yes)
Automatic Matrix	No	(No)
Auto-Create ES as Secondary Capture	☐	(yes)
Image View Convention	Right on left	(Right on left)
Decubitus Image View Convention	View from feet	(View from feet)
Enable O-MAR	☒	(No)
Enable 16 bit HU images	☐	(No)

46. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или **Модуль программный встроенный O-MAR**, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный



4в. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или **Модуль программный встроенный IMR**, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.



Injection Parameters ✕

☐ Automatic P3T None

☒ Trigger scan when injection starts (SAS)

Agent: Iodine Concentration: 350.0

Route: IV Pressure Limit: 325

Phase	Flow Rate [ml/sec]	Volume [ml]	Duration [sec]	
B (saline)	5.0	20	4.0	
Hold				
A (contrast)	5.0	75	15.0	
A/B	5.0	50	10.0	50% 50% A B
B (saline)	5.0	40	8.0	
Total (A+B)		185.0	47.0	

Add: A B A/B Hold Pause Test ✕

OK Cancel

4г. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или **Модуль программный встроенный SyncRight**, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

CCT Interventional

● Display:

3

● Image View Convention:

Right on left

View from bed

View from feet

Right on left

4д. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или **Модуль программный встроенный CCT**, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Change Parameters

Mode:

Single

Single

Fluoro

Continuous

Display:

Thickness:

8.33

mAs:

50

Coverage:

40x0.625

Go

4е. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или **Модуль программный встроенный CCT**, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Directory


Review

Analysis

Fi

Review


Analysis



Archive Manager



Studies (52/52)




UH SBI


Stop

	Study ID	Patient
	64	6
	98	7
	54	8
	100	9
	100	100
	101	101

4ж. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или **Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer**, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный



43. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или **Модуль программный встроенный Step&Shoot**, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный



4и. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или **Модуль программный встроенный Brain Perfusion**, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный

Review

Analysis



CT Viewer



Functional
CT

Studies (40/40)



Local



Stop

Directory M



Delete



Quick
Film

Analysis



Heart Beat-
CS



Brain
Perfusion



Functional
CT



Bone Mineral
Density



Dental
Planning




Image Tests



Physics
Analysis

4к. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.




4л. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Head	Proc. Descriptions	Age Group
Brain Helical	None	Adult
Brain Axial	None	Adult
Brain CTA	None	Adult
Sinus/Facial/Orbit ST	None	Adult
Sinus/Facial/Orbit Bone	None	Adult
Sinus Limited HR	None	Adult
Brain Perfusion Non-Jog	None	Adult
Brain Perfusion Jog	None	Adult
Dental	None	Adult
Brain Axial 0-18m	None	Infant
Brain Axial 18m-6y	None	Child
Brain Axial 6yrs+	None	Child
Brain 0-18m	None	Infant
Brain 18m-6y	None	Child
Brain 6yrs+	None	Child
Brain CTA 0-6yrs	None	Child
Brain CTA 6yrs+	None	Child
Sinus/Facial/Orbit 0-6y	None	Child
Sinus/Facial/Orbit 6yrs+	None	Child
Head Axial	None	Adult
Head Helical	None	Adult
Test Inject B.T.	None	Adult
Service Helix Brain	None	Adult
Service Ped Helix Brain	None	Child
Survival, Lateral	None	Adult
Survival, Frontal	None	Adult
Survival, Dual	None	Adult

4м. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.



5. Компрессор.



6. Силовой распределительный шкаф.

Руководство по
эксплуатации

Русский

459800919371_A



IQon Spectral CT

PHILIPS

7а. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

Применения к
текущей версии

Русский

45980109/581 A



IQon Spectral CT


PHILIPS

76. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

Справочное
руководство по
техническим

Русский


459800919711 A




IQon Spectral CT

PHILIPS

7в. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.




1.Гентри.




2. Стол пациента.




3а. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой **Windows** (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




3б. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




Зв. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.



3г. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - **Источник бесперебойного питания**; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




3д. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




3е. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.




Зж. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.



33. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. **Клавиатура**; 3.6. Мышь.



3и. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.



Зк. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: 3.1. Компьютер Dell / HP с операционной системой Windows (главный компьютер); 3.2. Единая система реконструкции изображений (CIRS): - Компьютер (3 шт.); - Источник бесперебойного питания; 3.3. Пульт управления сканированием; 3.4. Монитор (не более 2 шт.); 3.5. Клавиатура; 3.6. Мышь.

Switch Screen
Patient
Plan
Acquisition
View
End Exam

Anonymous Unknown
00000087

IMR Abdomen 3.3 mSV Cont - Show All

IMR Abdomen 3.3 mSV Cont

1 **Surview, Frontal**

2 **Abdomen/Pelvis, He...**

2.1 IMR L3 Routine, 1x...

2.2 IMR L3 ST, 1x0.5

2.3 **iDose L4, 1x0.5**

2.4 IMR L1 Routine, 1x...

2.5 IMR L2 ST, 1x0.5

2.6 IMR L1 ST, 1x0.5

2.7 FBP, 1x0.5

2.8 iDose L4, 1x0.5

Scan Parameters

DoseRight Index:

kV:

mAs:

Scan Time: sec

CTDIvol: 12mGy
DLP: 568.2mGy*cm
Phantom: 32cm

Show All...

Go

Overview
All Parameters

2.3 iDose L4, 1x0.5

General

Label:

Orientation:

Thickness: mm

Increment: mm

No. of Images:

Procedure:

Result Direction:

☐ O-MAR

☐ Review Before Save

Distribution

☐ Auto Storage

☐ Auto Film

Auto Launch:

☐ Merge Series

Reconstruction

Recon Mode: Level:

Image Definition:

Enhancement:

Windowing:

C W

Render Mode:

Matrix:


4а. Модули программные встроенные: **Модуль программный встроенный iDose**, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный

Category

- [-] Image Viewing
 - W/L Presets
 - Utilities
 - Titles
 - "Save As" Utilities
- [-] Scanner Options
 - Reconstruction**
 - Scanner
 - Dose Management
 - Default Storage Device
 - Patient Data
 - Institute
 - HIS/RIS
- [-] Other
 - Launch Application
 - Licensing

Image Threshold	0	(0)
Automatic Special Filters	☒	(Yes)
Automatic Matrix	No	(No)
Auto-Create ES as Secondary Capture	☐	(yes)
Image View Convention	Right on left	(Right on left)
Decubitus Image View Convention	View from feet	(View from feet)
Enable O-MAR	☒	(No)
Enable 16 bit HU images	☐	(No)

46. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или **Модуль программный встроенный O-MAR**, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный



46. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Sync Right *

Store
Recall

	Flow Rate ml/s	Volume ml	Duration
B	5.0	20	00:04
Hold		--	
A	5.0	75	00:15
%	5.0	50% 50%	00:10
B	5.0	40	00:08
?			

Procedure Data

ID: --

Concentration: --

Iodine: --

Iodine Flux: --

Pressure Limit: 325 psi

Delay: None

P3T Edit

Protocol Lock 🔒

Programmed Volume
A+B
ml
185

Total
Duration
00:37

Injection Parameters

☐ Automatic P3T

None

☒ Trigger scan when injection starts (SAS)

Agent:

Iodine

Concentration:

350.0

Route:

IV

Pressure Limit:

325

Phase	Flow Rate [ml/sec]	Volume [ml]	Duration [sec]	
B (saline)	5.0	20	4.0	
Hold				
A (contrast)	5.0	75	15.0	
A/B	5.0	50	10.0	50% 50% A=====B
B (saline)	5.0	40	8.0	
Total (A+B)		185.0	47.0	

Add:

A

B

A/B

Hold

Pause

Test

X

OK

Cancel

42. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или **Модуль программный встроенный SyncRight**, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

CCT Interventional

Display:

3

Image View Convention:

Right on left

View from bed

View from feet

Right on left

4d. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или **Модуль программный встроенный CCT**, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Change Parameters

Mode:

Single

Single

Fluoro

Continuous

Display:

Thickness:

8.33

mAs:

50

Coverage:

40x0.625

Go

4e. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или **Модуль программный встроенный CCT**, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Directory


Review

Analysis

Fi

Review

Analysis



Archive Manager



Studies (52/52)




UH SBI

Stop

	Study ID	Patient
	64	6
	98	7
	54	8
	100	9
	100	100
	101	101

4ж. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или **Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer**, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный



43. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или **Модуль программный встроенный Step&Shoot**, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Ice Scan.



4и. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или **Модуль программный встроенный Brain Perfusion**, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный

Review



CT Viewer

Analysis



Functional
CT

Studies (40/40)



Local



Stop

Directory M




Delete



Quick
Film

Analysis



Heart Beat-
CS



Brain
Perfusion



Functional
CT



Bone Mineral
Density



Dental
Planning




Image Tests



Physics
Analysis

4к. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.



4л. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.

Head	Proc. Descriptions	Age Group
Brain Helical	None	Adult
Brain Axial	None	Adult
Brain CTA	None	Adult
Sinus/Facial/Orbit ST	None	Adult
Sinus/Facial/Orbit Bone	None	Adult
Sinus Limited HR	None	Adult
Brain Perfusion Non-Jog	None	Adult
Brain Perfusion Jog	None	Adult
Dental	None	Adult
Brain Axial 0-18m	None	Infant
Brain Axial 18m-6y	None	Child
Brain Axial 6yrs+	None	Child
Brain 0-18m	None	Infant
Brain 18m-6y	None	Child
Brain 6yrs+	None	Child
Brain CTA 0-6yrs	None	Child
Brain CTA 6yrs+	None	Child
Sinus/Facial/Orbit 0-6y	None	Child
Sinus/Facial/Orbit 6yrs+	None	Child
Head Axial	None	Adult
Head Helical	None	Adult
Test Inject B.T.	None	Adult
Service Helix Brain	None	Adult
Service Ped Helix Brain	None	Child
Survival, Lateral	None	Adult
Survival, Frontal	None	Adult
Survival, Dual	None	Adult

4м. Модули программные встроенные: Модуль программный встроенный iDose, и/или Модуль программный встроенный O-MAR, и/или Модуль программный встроенный IMR, и/или Модуль программный встроенный SyncRight, и/или Модуль программный встроенный CCT, и/или Модуль программный встроенный Spectral CT Viewer, и/или Модуль программный встроенный Step&Shoot, и/или Модуль программный встроенный Brain Perfusion, и/или Модуль программный встроенный Functional CT, и/или Модуль программный встроенный Jog Scan.



5. Компрессор.



6. Силовой распределительный шкаф.



7а. Рабочая станция для обработки и анализа изображений для работы с пакетом спектральных данных *Spectral Diagnostic Suit*:
- Компьютер Dell/HP (1 шт); - Монитор (2 шт.).



76. Рабочая станция для обработки и анализа изображений для работы с пакетом спектральных данных *Spectral Diagnostic Suit*:
- Компьютер Dell/HP (1 шт.); - Монитор (2 шт.).



7в. Рабочая станция для обработки и анализа изображений для работы с пакетом спектральных данных *Spectral Diagnostic Suit*:
- Компьютер Dell/HP (1 шт.); - Монитор (2 шт.).

Руководство по
эксплуатации

Русский

459ED00919371_A



IQon Spectral CT


PHILIPS

8а. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

Примечания к
текущей версии

Русский

45980109/581_A



IQon Spectral CT

PHILIPS

86. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

Справочное
руководство по
техническим

Русский

459800919711 A



IQon Spectral CT

PHILIPS

8в. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

II. Принадлежности.



1а. Комплект для фиксации: **Ремни для фиксации верхних конечностей (не более 2 шт.); Ремни для фиксации туловища (не более 5 шт.); Ремень для фиксации головы.**




16. Комплект для фиксации: Ремни для фиксации верхних конечностей (не более 2 шт.); Ремни для фиксации туловища (не более 5 шт.); Ремень для фиксации головы.



1в. Комплект для фиксации: Ремни для фиксации верхних конечностей (не более 2 шт.); Ремни для фиксации туловища (не более 5 шт.); Ремень для фиксации головы.




*1г. Комплект для фиксации: Ремни для фиксации верхних конечностей (не более 2 шт.); Ремни для фиксации туловища (не более 5 шт.);
Ремень для фиксации головы.*



2. Панели рифленые (не более 2 шт.).




3а. Подголовники (не более 3 шт.).



36. Подголовники (не более 3 шт.).




Зв. Подголовники (не более 3 шт.).



4. Подставка для головы и рук.



5. Подлокотники (не более 2 шт.).



6. Лоток для фиксации грудных детей.



7. Матрас медицинский.



8а. Столешницы (не более 2 шт.).



8б. Столешницы (не более 2 шт.).




9. Ножной удлинитель.




10. Штатив для капельницы




11. Монитор специальный.




12а. Фантом головы.



126. Фантом головы.




13а. Фантом тела.




136. Фантом тела.




14а. Фантом калибровочный.




146. Фантом калибровочный.




15. Фантом калибровочный SOF (или пространственной точности).



16. Фантом детский.




17а. Держатель фантома.



176. Держатель фантома.




18. ЭКГ интерфейс (PIM).



19. Педаль для непрерывной КТ.




20. Выключатель круглый ножной для разблокировки столешницы.




21. Педаль для управления столом пациента.




22. Кронштейн потолочный для монитора.



23а. Тележка для монитора.



236. Тележка для монитора.




24а. Ключи лицензионные для активации модуля iDose.




246. Ключи лицензионные для активации модуля O-MAR.



24в. Ключи лицензионные для активации модуля IMR.




24г. Ключи лицензионные для активации модуля SyncRight.



24д. Ключи лицензионные для активации модуля ССТ.




24е. Ключи лицензионные для активации модуля *Spectral CT Viewer*.



24ж. Ключи лицензионные для активации модуля Step&Shoot.



243. Ключи лицензионные для активации модуля *Brain Perfusion*.



24и. Ключи лицензионные для активации модуля *Functional CT*.





Всего про. умеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
107 листа (ов)