

Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМЕДХОЛДИНГ»
В.В. Колышкин
«20» июня 2022г



Фотографические изображения маркировки медицинского изделия

«Концентратор кислорода медицинский OWGELS»

производство: Guangdong Owgels Science & Technology Co.,Ltd.,
No. 4, Second Street, Yonghe Road, Xiejiazhuang, Taihe Town,
Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, 510540, P.R. China

Проект маркировки на русском языке
(на примере модели OZ-5-01TW0)

Концентратор кислорода медицинский OWGELS

Модель OZ-5-01TW0

SN

xxxxxxxx-xxxx



09.2020

Номинальное
напряжение: 220 В

Частота сети:
50 Гц

3 года

Номинальная
концентрация кислорода в
полученном газе, при
потоке 2 л/мин - 93%± 3%

Потребляемая мощность:
не более 290 Вт



IP X0



Guangdong Owgels Science & Technology Co., Ltd.
(Гуанджоу Овгелс Сains и Технолоджи Ко., Лтд),
No. 4, Second Street, Yonghe Road, Xiejiazhuang, Taihe
Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong
Province, 510540, P.R. China

РУ №XXXX от XXXX

9. Make sure the device is located in an upright position.
10. Please turn off the switch and unplug the cord after therapy.

Концентратор кислорода медицинский OWGELS

Модель OZ-5-01TW0

SN

xxxxxxxx-xxxx



09.2020

Номинальное
напряжение: 220 В

Частота сети:
50 Гц

3 года

Номинальная концентрация Потребляемая мощность:
кислорода в полученном газе, не более 290 Вт
при потоке 2 л/мин - 93%± 3%



Guangdong Owgels Science & Technology Co., Ltd.
(Гуанджоу Овгелс Саинс и Технолоджи Ко., Лтд),
No. 4, Second Street, Yonghe Road, Xiejiazhuang, Taihe
Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong
Province, 510540, P.R. China

РУ №XXXX от XXXX


N
IRE

UP

- N
-
- IRE

UP

-



Guangdong Owells Science & Technology Co., Ltd.
(Уаллжоу Огвелл Санаи и Технолоххи Ко., Лтд)
No. 4, Second Street, Yonghe Road, Xiejiazhuan, Tahe
Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong
Province, 510540, P.R. China

...designed
...the

PY, NEXXXX or XXXX

1142

the cabinet

1. *Environ. Sci. Technol.* 1991, 25, 1511-1516.

Концентратор кислорода медицинский OWGELS

Модель OZ-5-01TW0

SN

XXXXXXXX-XXXX


09.2020

Номинальное
напряжение: 220 В

Частота сети:
50 Гц

3 года

Номинальная концентрация кислорода в полученном газе, не менее 93% ± 3%
Потребляемая мощность:
не более 290 Вт
при потоке 2 л/мин



Guangdong Owgels Science & Technology Co., Ltd.
(Гуанджоу Овгелс Сاینс и Технолоджи Ко., Лтд),
No. 4, Second Street, Yonghe Road, Xiejiazhuang, Taihe
Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong
Province, 510540, P.R. China

№XXXX от XXXX

Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью 6 лист

Ген.директор ООО «РусМедХолдинг»
В.В. Колышкин

