



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 декабря 2021 года № РЗН 2019/9065

На медицинское изделие

Медицинский концентратор кислорода, сжатого воздуха и вакуума, мобильный
"Штаксель 3,5" по ТУ 32.50.21-001-02906791-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Тримм Медицинские Системы"
(ООО "ТМС"), Россия,
107113, Москва, ул. Лобачика, д. 15, офис 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Тримм Медицинские Системы"
(ООО "ТМС"), Россия,
107113, Москва, ул. Лобачика, д. 15, офис 2

Место производства медицинского изделия

ООО "ТМС", Россия, 140030, Московская обл., Люберецкий муниципальный р-н, г.п. Малаховка, Овражки, ул. Лесопитомник, д. 10/1, эт. 2, помещ. №12

Номер регистрационного досье № РД-45001/73558 от 25.10.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а


Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.21.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 декабря 2021 года № 11625

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0061820

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 декабря 2021 года № РЗН 2019/9065

Лист 1

На медицинское изделие

**Медицинский концентратор кислорода, сжатого воздуха и вакуума, мобильный
"Штаксель 3,5" по ТУ 32.50.21-001-02906791-2017, в составе:**

1. Медицинский концентратор кислорода, сжатого воздуха и вакуума, мобильный "Штаксель 3,5" - 1 шт.
2. Шланг для подачи кислорода 02, арт. 1 102 61 260 - 1 шт. (при необходимости).
3. Шланг для подачи сжатого воздуха AIR, арт. 1 102 61 261 - 1 шт. (при необходимости).
4. Паспорт - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Комплект запасных частей:
 - 6.1. Предохранители 8 А, арт. 1 804 60 026 - 6 шт.
 - 6.2. Предохранитель 1.25 А, арт. 1 804 60 004 - 6 шт.
 - 6.3. Входной фильтр, арт. 1 701 60 221 - 6 шт.
 - 6.4. Элемент электропитания для системы аварийной сигнализации, арт. 811 60 010 - 3 шт.
 - 6.5. Элемент шумопоглотителя, арт. 1 076 61 025 - 6 шт.
 - 6.6. Антипылевой фильтр, арт. 1 600 61 123 - 6 шт.
 - 6.7. Уплотнительное кольцо 4,47 x 1,78, арт. 1 850 60 031 - 6 шт.
 - 6.8. Фильтрующий элемент для влагоотделителя, арт. 1 952 60 362 - 3 шт.
 - 6.9. Уплотнительное кольцо 29.00 x 1.5, арт. 1 950 60 76 - 6 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0090984