НАНОСИТСЯ НА УПАКОВКУ

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
E-mail:ipu@elamed.com Сайт: ipu.elamed.com

Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ

Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение _____ от_____г.
№ партии
Дата изготовления

Основные параметры и характеристики:
- габаритные размеры (диаметр х высота), мм: контейнер – (60×69)±5; стакан – (57×69)±5; крышка – (60×13)±5.
-масса, г: контейнер – 11±5; стакан – 7±2,5; крышка – 4±2,5.
- номинальная вместимость, не менее – 125 мл.
-крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера.
-поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень.
-температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С.
-срок годности – 3 года со дня изготовления.

Правила эксплуатации:
- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера..
- извлечь контейнер из упаковки.
- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки.
- поместить биоматериал в стакан контейнера.
- установить крышку, завинчивая ее по часовой стрелке до упора.

Сведения о пациенте (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером.
Гарантийный срок годности – 3 года со дня изготовления.
Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕЛАМЕД ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

22.02.2022

ОМ **№29.1001.01**

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ