



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года № РЗН 2022/18048

На медицинское изделие

**Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации
одноразовые VEGA (ВЕГА)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Сoadко Эc.Эл.", Андорра,
SOADCO, S.L., Avinguda del Pessebre, núm. 78-80, Baixos Escaldes-Engordany,
Andorra**

Производитель

**"Сoadко Эc.Эл.", Андорра,
SOADCO, S.L., Avinguda del Pessebre, núm. 78-80, Baixos Escaldes-Engordany,
Andorra**

Место производства медицинского изделия

SOADCO, S.L., Av. del Pessebre, 76-82 Baixos, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra


Номер регистрационного досье № РД-45113/76241 от 29.10.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 19 августа 2022 года № 7717
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0064704

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 1

На медицинское изделие

Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации одноразовые VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения:

1. Винт крепежный, в вариантах исполнения:
 - 1.1. Винт крепежный звездчатый, длина 5,6 мм.
 - 1.2. Винт крепежный звездчатый, длина 7,3 мм.
 - 1.3. Винт крепежный звездчатый, длина 8,9 мм.
 - 1.4. Микро-винт крепежный звездчатый длина 4,5 мм.
 - 1.5. Винт крепежный звездчатый NV.
 - 1.6. Винт крепежный звездчатый RV.
 - 1.7. Винт крепежный звездчатый MV.
 - 1.8. Винт крепежный крестообразный «филипс», длина 4,1 мм.
 - 1.9. Винт крепежный крестообразный «филипс», длина 5,8 мм.
2. Винт-заглушка для дентального протеза, в вариантах исполнения:
 - 2.1. Винт-заглушка для VEGA NV.
 - 2.2. Винт-заглушка для VEGA RV.
 - 2.3. Винт-заглушка для VEGA MV.
3. Колпачок защитный для прямого абатмента, в вариантах исполнения:
 - 3.1. Колпачок защитный для прямого абатмента NV, с диаметром 3,7 мм; высота 6,2 мм.
 - 3.2. Колпачок защитный для прямого абатмента RV, с диаметром 4,3 мм, длиной 4,2 мм.
 - 3.3. Колпачок защитный для прямого абатмента RV, с диаметром 4,1мм; высотой 6,2 мм.
4. Абатменты временные, в вариантах исполнения:
 - 4.1. Абатмент временный NV; с винтом крепежным звездчатым NV.
 - 4.2. Абатмент временный NV, для мостовидного протеза; с винтом крепежным звездчатым NV.
 - 4.3. Абатмент временный NV, с колпачком из полиметилметакрилата; с винтом крепежным звездчатым NV.
 - 4.4. Абатмент временный NV, с колпачком из полиметилметакрилата, для мостовидного протеза; с винтом крепежным звездчатым NV.
 - 4.5. Абатмент временный RV; с винтом крепежным звездчатым RV.
 - 4.6. Абатмент временный RV, для мостовидного протеза; с винтом крепежным звездчатым RV.
 - 4.7. Абатмент временный RV, с колпачком из полиметилметакрилата, с винтом

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0103701

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 2

крепежным звездчатым RV.

4.8. Абатмент временный RV, с колпачком из полиметилметакрилата, для мостовидного протеза, с винтом крепежным звездчатым RV.

4.9. Абатмент временный MV; с винтом крепежным звездчатым MV.

5. Формирователь десны, в вариантах исполнения:

5.1. Формирователь десны NV, диаметр 3,5 мм; высота слизистой 2 мм.

5.2. Формирователь десны NV, диаметр 3,5 мм; высота слизистой 3 мм.

5.3. Формирователь десны NV, диаметр 3,5 мм; высота слизистой 5 мм.

5.4. Формирователь десны NV, диаметр 4,9 мм; высота слизистой 2 мм.

5.5. Формирователь десны NV, диаметр 4,9 мм; высота слизистой 3 мм.

5.6. Формирователь десны NV, диаметр 4,9 мм; высота слизистой 5 мм.

5.7. Формирователь десны RV, диаметр 4 мм; высота слизистой 2 мм.

5.8. Формирователь десны RV, диаметр 4 мм; высота слизистой 3 мм.

5.9. Формирователь десны RV, диаметр 4 мм; высота слизистой 5 мм.

5.10. Формирователь десны RV, диаметр 5,5 мм; высота слизистой 2 мм.

5.11. Формирователь десны RV, диаметр 5,5 мм; высота слизистой 3 мм.

5.12. Формирователь десны RV, диаметр 5,5 мм; высота слизистой 5 мм.

5.13. Формирователь десны MV, диаметр 3,2 мм; высота слизистой 2 мм.

5.14. Формирователь десны MV, диаметр 3,2 мм; высота слизистой 3 мм.

5.15. Формирователь десны MV, диаметр 3,2 мм; высота слизистой 5 мм.

6. Колпачок титановый, в вариантах исполнения:

6.1. Колпачок титановый.

6.2. Колпачок титановый для мостовидного протеза.

7. Абатмент постоянный, в вариантах исполнения:

7.1. Абатмент нулевой NV, с высотой слизистой 1 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.

7.2. Абатмент прямой NV, с высотой слизистой 1 мм, высотой абатмента 4,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.

7.3. Абатмент прямой NV, с высотой слизистой 2 мм, высотой абатмента 4,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.

7.4. Абатмент прямой NV, с высотой слизистой 3 мм, высотой абатмента 4,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.

7.5. Абатмент прямой постоянный NV, для мостовидного протеза, высотой слизистой 1 мм.

7.6. Абатмент прямой постоянный NV, с высотой слизистой 1 мм, с винтом диаметром 2,1 мм, длиной 8,3 мм.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0103702

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 3

- 7.7. Абатмент прямой постоянный NV, для мостовидного протеза, с высотой слизистой 2 мм.
- 7.8. Абатмент прямой постоянный NV, с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным диаметром 2,1 мм, длиной 9,3 мм.
- 7.9. Абатмент прямой постоянный NV, для мостовидного протеза, с высотой слизистой 3 мм.
- 7.10. Абатмент прямой постоянный NV, с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным диаметром 2,1 мм, длиной 10,3 мм.
- 7.11. Абатмент прямой RV с высотой слизистой 1 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.12. Абатмент прямой RV, с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.13. Абатмент прямой RV, с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.14. Абатмент прямой RV, с высотой слизистой 1 мм, высотой абатмента 7,5 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.15. Абатмент прямой RV, с высотой слизистой 2 мм, высотой абатмента 7,5 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.16. Абатмент прямой RV, с высотой слизистой 3 мм, высотой абатмента 7,5 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.17. Абатмент постоянный прямой RV, для мостовидного протеза, с высотой слизистой 1 мм.
- 7.18. Абатмент постоянный прямой RV, с высотой слизистой 1 мм; с винтом крепежным диаметром 2,1 мм, длиной 8,3 мм.
- 7.19. Абатмент постоянный прямой RV, для мостовидного протеза, с высотой слизистой 2 мм.
- 7.20. Абатмент постоянный прямой RV, с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным диаметром 2,1 мм, длиной 9,3 мм.
- 7.21. Абатмент постоянный прямой RV, для мостовидного протеза, с высотой слизистой 3 мм.
- 7.22. Абатмент постоянный прямой RV, с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным диаметром 2,1 мм, длиной 10,3 мм.
- 7.23. Абатмент нулевой MV, с высотой слизистой 1 мм; с винтом крепежным звездчатым MV.
- 7.24. Абатмент анатомический прямой MV, с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым MV.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0103703

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года № РЗН 2022/18048

Лист 4

- 7.25. Абатмент анатомический прямой MV, с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым MV.
- 7.26. Абатмент анатомический прямой MV, с высотой слизистой 4 мм; с винтом крепежным звездчатым MV.
- 7.27. Абатмент угловой NV, с углом наклона 15° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.28. Абатмент угловой NV, с углом наклона 15° , с высотой слизистой 3 мм, с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.29. Абатмент угловой NV, с углом наклона 25° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.30. Абатмент угловой NV, с углом наклона 25° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.31. Абатмент угловой NV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.32. Абатмент угловой NV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.33. Абатмент угловой NV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 4 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.34. Абатмент угловой постоянный NV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.35. Абатмент угловой постоянный NV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.36. Абатмент угловой постоянный NV с углом наклона 30° , с высотой слизистой 4 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.37. Абатмент прямой NV с высотой слизистой 1 мм, высотой абатмента 7,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.38. Абатмент прямой NV с высотой слизистой 2 мм, высотой абатмента 7,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 7.39. Абатмент угловой RV, с углом наклона 15° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.40. Абатмент угловой RV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.41. Абатмент угловой RV, с углом наклона 25° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.42. Абатмент угловой RV, с углом наклона 25° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0103704

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 5

- 7.43. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 2 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.44. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.45. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 18° , с высотой слизистой 4 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.46. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 3 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.47. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 4 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
- 7.48. Абатмент угловой постоянный RV, с углом наклона 30° , с высотой слизистой 5 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.
8. Абатмент кобальтохромовый, в вариантах исполнения:
- 8.1. Абатмент NV, из кобальтохромового сплава, с выгораемым колпачком синего цвета, с винтом крепежным звездчатым NV.
- 8.2. Абатмент NV, из кобальтохромового сплава, с выгораемым колпачком зеленого цвета, для мостовидного протеза, с винтом крепежным звездчатым NV.
- 8.3. Абатмент RV, из кобальтохромового сплава, с выгораемым колпачком синего цвета, с винтом крепежным звездчатым RV.
- 8.4. Абатмент RV из кобальтохромового сплава, с выгораемым колпачком зеленого цвета, для мостовидного протеза, с винтом крепежным звездчатым RV.
- 8.5. Абатмент MV, из кобальтохромового сплава с выгораемым колпачком синего цвета, с винтом крепежным звездчатым MV.
9. Абатмент - база, в вариантах исполнения:
- 9.1. Абатмент - база NV; с винтом крепежным звездчатым NV.
- 9.2. Абатмент - база RV; с винтом крепежным звездчатым RV.
10. Абатмент - база VEGA MEDPRO, в вариантах исполнения:
- 10.1. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм.
- 10.2. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм, с винтом звёздчатым фиолетового цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.
- 10.3. Абатмент-база NV VEGA, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.
- 10.4. Абатмент-база NV VEGA, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.5. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0103705

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 6

0,5 мм.

10.6. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым фиолетового цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.7. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, из титана, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом звёздчатым желтого цвета, длина 7,6 мм, диаметр 2,5 мм.

10.8. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.9. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм.

10.10. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым фиолетового цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.11. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.

10.12. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом шестигранным синего цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.

10.13. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм.

10.14. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом звёздчатым фиолетового цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.

10.15. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.

10.16. Абатмент-база NV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.17. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм.

10.18. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.19. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0103706

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 7

- 0,5 мм; с винтом звёздчатым желтого цвета, длина 7,6 мм, диаметр 2,5 мм.
- 10.20. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.21. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм.
- 10.22. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.23. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.
- 10.24. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом шестигранным синего цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.
- 10.25. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 1 мм.
- 10.26. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.27. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.
- 10.28. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом шестигранным синего цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.
- 10.29. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм.
- 10.30. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом звёздчатым синего цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.
- 10.31. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.
- 10.32. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.33. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм.
- 10.34. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.
- 10.35. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0103707

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 8

слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом звёздчатым желтого цвета, длина 7,6 мм, диаметр 2,5 мм.

10.36. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм, с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.37. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 0,5 мм.

10.38. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.39. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.

10.40. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.41. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина абатмента 1 мм.

10.42. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.43. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом звёздчатым желтого цвета, длина 7,6 мм, диаметр 2,5 мм.

10.44. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 1,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.45. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм.

10.46. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым синего цвета, длиной 8 мм, диаметром 2,2 мм.

10.47. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 7,6 мм, диаметром 2,5 мм.

10.48. Абатмент-база RV VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0103708

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 9

слизистой 3 мм, ширина абатмента 1 мм; с винтом шестигранным синего цвета, длина 8 мм, диаметр 2,2 мм.

10.49. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, высота слизистой 0,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм.

10.50. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым серого цвета, длиной 4,5 мм, диаметром 2,2 мм.

10.51. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом звёздчатым желтого цвета, длина 4,2 мм, диаметр 2,5 мм.

10.52. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 4 мм, диаметром 2,2 мм.

10.53. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, высота слизистой 0,5 мм, ширина абатмента 1 мм.

10.54. Абатмент-база постоянный VEGA, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым серого цвета, длиной 4,5 мм, диаметром 2,2 мм.

10.55. Абатмент-база постоянный VEGA, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 4,2 мм, диаметром 2,5 мм.

10.56. Абатмент-база постоянный VEGA, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм, с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 4 мм, диаметр 2,2 мм.

10.57. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм.

10.58. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом звёздчатым серого цвета, длина 4,5 мм, диаметр 2,2 мм.

10.59. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 0,5 мм; с винтом крепежным звёздчатым желтого цвета, длиной 4,2 мм, диаметром 2,5 мм.

10.60. Абатмент-база постоянный VEGA, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина абатмента 0,5 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 4 мм, диаметром 2,2 мм.

10.61. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм.

10.62. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным звёздчатым серого цвета, длиной 4,5 мм, диаметром 2,2 мм.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0106396

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2022 года

№ РЗН 2022/18048

Лист 10

10.63. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным звездчатым желтого цвета, длина 4,2 мм, диаметр 2,5 мм.

10.64. Абатмент-база постоянный VEGA MEDPRO, для мостовидного протеза, высота слизистой 0,5 мм, ширина протеза 1 мм; с винтом крепежным шестигранным синего цвета, длиной 4 мм, диаметром 2,2 мм.

11. Абатмент-база Ti-Base для сканирования, в вариантах исполнения:

11.1. Абатмент-база Ti-Base NV VEGA, длина 8,8 мм, диаметр 4,5 мм; с винтом крепежным звездчатым NV.

11.2. Абатмент-база Ti-Base RV VEGA, длина 8,8 мм, диаметр 4,6 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.

11.3. Абатмент-база Ti-Base MV VEGA, длина 8,3 мм, диаметр 4,3 мм; с винтом крепежным звездчатым MV.

12. Абатменты для сканирования, в вариантах исполнения:

12.1. Абатмент для сканирования NV VEGA, длина 12,9 мм, диаметр 4,2 мм; с винтом крепежным звездчатым винтом NV.

12.2. Абатмент для сканирования RV VEGA, длина 13,2 мм, диаметр 4,2 мм; с винтом крепежным звездчатым RV.

12.3. Абатмент для сканирования MV VEGA из титана; со звездчатым винтом MV.

13. Пин якорный, в вариантах исполнения:

13.1. Пин якорный, длина 3,8 мм, не более 10 шт.

13.2. Пин якорный, длина 2,4 мм, не более 10 шт.

14. Экстрактор для звездчатых винтов.

Принадлежности:

1. Колпачок выгораемый NV для прямого абатмента, черного цвета, высотой 6,3 мм.

2. Колпачок выгораемый NV для прямого абатмента, для мостовидного протеза, белого цвета, высотой 6,3 мм.

3. Колпачок выгораемый для постоянного абатмента, черного цвета, высотой 12,5 мм.

4. Колпачок выгораемый для постоянного абатмента, для мостовидного протеза, белого цвета, высотой 12,5 мм.

5. Колпачок выгораемый RV для прямого абатмента, черного цвета, высотой 6,3 мм.

6. Колпачок выгораемый RV для прямого абатмента, для мостовидного протеза, белого цвета, высотой 6,3 мм.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0106397