



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

На медицинское изделие

Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ГСЕ Красс"

(ООО "ГСЕ Красс"), Россия,

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, литер А, помещ. 40-Н

Производитель

"ИНМЕД-КАРЧЕВСЦЫ сп. з о.о. сп. к.", Польша,

INMED - KARCZEWSKY sp. z.o.o. sp. k., str. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępiec, Poland

Место производства медицинского изделия

INMED - KARCZEWSKY sp. z.o.o. sp. k., str. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępiec, Poland

Номер регистрационного досье № РД-45642/76442 от 29.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 29 листах

приказом Росздравнадзора от 08 декабря 2022 года № 11599
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0069003

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 1

На медицинское изделие

Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT с принадлежностями:
в вариантах исполнения:

1. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYlight, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYlight (цвета: Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3. HDMI.

8.4. HD-SDI.

8.5. DP1.

8.6. AUX.

8.7. VGA.

8.8. Display Port.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111763


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 2

- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11. DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 15. Амбиентное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт. (при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111764

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 3

22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).
41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111765

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 4

43. Паспорт (passport) - 1 шт.

44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

II. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYfun, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYfun (материалы (цвета): алюминиевый сплав (Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016), Corian® (Желтый 8300 K. Зеленый 7301 K. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716). декоративная панель: овечка, корова) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

8.4 HD-SDI.

8.5 DP1.

8.6 AUX.

8.7 VGA.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111766

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 5

- 8.8. Display Port.
- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11 DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 15. Амбиентное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111767

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 6

- (при необходимости).
22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).
41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111768

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 7

42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).
43. Паспорт (passport) - 1 шт.
44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.
- III. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYcare, в составе:
1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYcare (цвета: Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016) - 1 шт.
2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).
- 2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).
- 2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).
- 2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).
3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).
4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).
5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).
6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 8.1. RJ45.
- 8.2. RJ11.
- 8.3. HDMI.
- 8.4. HD-SDI.
- 8.5. DP1.
- 8.6. AUX.
- 8.7. VGA.
- 8.8. Display Port.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111769


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 8

- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11 DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 15. AMBIENTное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111770

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 9

22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).
41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111771

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 10

43. Паспорт (passport) - 1 шт.
44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

IV. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYclassic, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYclassic (цвета: Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

8.4 HD-SDI.

8.5 DVI.

8.6 AUX.

8.7 VGA.

8.8 Display Port.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111772


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 11

- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11 DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 15. AMBIENTное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт. (при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 12

22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакуометр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).
41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111774

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 13

43. Паспорт (passport) - 1 шт.

44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

V. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYwall, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYwall (материалы (цвета): алюминиевый сплав (Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016), Corian® (Желтый 8300 K. Зеленый 7301 K. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716), HPL-слоистый декоративный пластик (Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селект каминный K020. Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084)) - 1шт..

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

8.4. HD-SDI.

8.5. DP1.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 14

- 8.6. AUX.
- 8.7. VGA.
- 8.8. Display Port.
- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11 DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 15. Амбиентное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 15

20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111777

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 16

(при необходимости).

41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).

42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).

43. Паспорт (passport) - 1 шт.

44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

VI. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYart, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYart (материалы (цвета): алюминиевый сплав (Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016), Corian® (Желтый 8300 K. Зеленый 7301 K. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716), закаленное стекло (без выбора цвета, с печатью), плексиглас (без выбора цвета)) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111778


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 17

- 8.4. HD-SDI.
- 8.5. DP1.
- 8.6. AUX.
- 8.7. VGA.
- 8.8. Display Port.
- 8.9. BNC.
- 8.10. COAXIAL.
- 8.11 DVI.
- 8.12. RJ12.
- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 15. Амбиентное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111779

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 18

19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).
20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт.
(при необходимости).
21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 19

and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).

39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).

40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).

41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).

42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).

43. Паспорт (passport) - 1 шт.

44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

VII. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYcomfort,
в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYcomfort (материалы (цвета 1 / цвета 2): алюминиевый сплав (Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016 / Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016), Corian® (Желтый 8300 К. Зеленый 7301 К. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716 / Желтый 8300 К. Зеленый 7301 К. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716), HPL-слоистый декоративный пластик (Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селект каминный K020. Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084 / Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селект каминный K020. Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084)) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт.
(при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт.
(при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111781

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 20

(при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт.

(при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

8.4. HD-SDI.

8.5. DP1.

8.6. AUX.

8.7. VGA.

8.8. Display Port.

8.9. BNC.

8.10. COAXIAL.

8.11 DVI.

8.12. RJ12.

8.13. JACK.

8.14. C14.

8.15. M12.

8.16. TV.

8.17. RCA.

9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:

11.1. Флуоресцентное (fluorescent).

11.2. Светодиодное (LED).


12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:

12.1. Флуоресцентное (fluorescent).

12.2. Светодиодное (LED).

13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111782

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 21

в вариантах исполнения:

- 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
- 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 15. AMBIENTное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
- 31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111783

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 22

- 33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1 FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 37. Вакуометр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 43. Паспорт (passport) - 1 шт.
- 44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.

VIII. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYcabinetto, в составе:

1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным креплением MERYcabinetto (материалы (цвета 1 / цвета 2 / цвета 3): алюминиевый сплав (Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016 / Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016 / Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016), Corian® (Желтый 8300 К. Зеленый 7301 К. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716 / Желтый 8300 К. Зеленый 7301 К. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716 / Желтый 8300 К. Зеленый 7301 К. Красный F5RK. Черный 15327 F. Белый AV-01 FG. Серый 15320 F. Синий 5716), HPL-слоистый декоративный пластик (Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селект каминный K020. Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084 / Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селект каминный K020.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111784

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 23

Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084 / Дуб Крафт Золотой K003. Угольный камень K353. Орех селективный K020. Светлый дуб Сонома 3025. Орех Гварнери 9455. Скандинавское дерево K088. Артвуд темный K084)) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3. HDMI.

8.4. HD-SDI.

8.5. DP1.

8.6. AUX.

8.7. VGA.

8.8. Display Port.

8.9. BNC.

8.10. COAXIAL.

8.11 DVI.

8.12. RJ12.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111785

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 24

- 8.13. JACK.
- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 15. AMBIENTное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт. (при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 25

- (при необходимости).
25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт.
(при необходимости).
27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт.
(при необходимости).
29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт.
(при необходимости).
33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1
FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт.
(при необходимости).
35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт.
(при необходимости).
36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и
температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution
and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт.
(при необходимости).
41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).
43. Паспорт (passport) - 1 шт.
44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.
- IX. Консоль медицинская настенная MEDICAL SUPPLY UNIT MERYedge, в составе:
1. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания с настенным

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111787

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 26

креплением MERYedge (цвета: Айвори RAL 1014. Желтый RAL 1016. Розовый RAL 3014. Синий RAL 5012. Синий RAL 5024. Зеленый RAL 6017. Серый RAL 7036. Бежевый RAL 1001. Белый RAL 9016) - 1 шт.

2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko) - не более 50 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

2.1. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой (electrical socket type Schuko with cover).

2.2. Розетка электрическая тип Schuko (electrical socket type Schuko).

2.3. Розетка электрическая тип Schuko с индикатором (electrical socket type Schuko with indicator).

2.4. Розетка электрическая тип Schuko с крышкой и индикатором (electrical socket type Schuko with cover and indicator).

3. Розетка заземления эквипотенциальная (equipotential socket) - не более 30 шт. (при необходимости).

4. Автоматический предохранитель (circuit breaker) - не более 10 шт. (при необходимости).

5. Отверстие с крышкой (cutout with cover) - не более 30 шт. (при необходимости).

6. Кнопка вызова медицинского персонала (nurse call socket) - не более 10 шт. (при необходимости).

7. Манипулятор вызова медицинского персонала и включения освещения (nurse call manipulator with calling and switching the light) - не более 10 шт. (при необходимости).

8. Слаботочные разъемы (low voltage sockets) - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

8.1. RJ45.

8.2. RJ11.

8.3 HDMI.

8.4. HD-SDI.

8.5. DP1.

8.6. AUX.

8.7. VGA.

8.8. Display Port.

8.9. BNC.

8.10. COAXIAL.

8.11 DVI.

8.12. RJ12.

8.13. JACK.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111788


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 27

- 8.14. C14.
- 8.15. M12.
- 8.16. TV.
- 8.17. RCA.
- 9. Розетка USB (USB socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Силовая розетка (3-phase power socket) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Освещение встроенное общее (indirect light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 11.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 11.2. Светодиодное (LED).
- 12. Освещение встроенное местное (direct light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 12.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 12.2. Светодиодное (LED).
- 13. Освещение встроенное ночное (night light) - не более 10 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
 - 13.1. Флуоресцентное (fluorescent).
 - 13.2. Светодиодное (LED).
- 14. Иллюминационное освещение встроенное (illumination light) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 15. Амбиентное освещение (ambient light) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Сетевой выключатель (switch) - не более 20 шт. (при необходимости).
- 17. Бесконтактный выключатель (non-contact switch) - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 18. Шнурок для включения освещения (pull cord) - не более 10 шт.
(при необходимости).
- 19. Рельс встроенный (rail mounted on the unit) 100-3200мм - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 20. Разъем стандарта (gas outlet) DIN 13260-2 - не более 30 шт. (при необходимости)
- 21. Штекер прямой (probe straight) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 22. Штекер угловой (probe angular) DIN 13260-2 - не более 100 шт.
(при необходимости).
- 23. Разъем стандарта (gas outlet) BS 5682 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 24. Штекер стандарта (probe standard BS) BS 5682 - не более 100 шт.
(при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111789

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 28

- 25. Разъем AGSS активный (AGSS outlet, active) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт. (при необходимости).
- 26. Разъем AGSS пассивный (AGSS outlet, passive) EN ISO 9170-2 - не более 20 шт. (при необходимости).
- 27. Штекер (probe) AGSS EN ISO 9170-2 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 28. Разъем (gas outlet) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 20 шт. (при необходимости).
- 29. Штекер (probe) AIR-MOTOR ENV 737-6 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 30. Разъем стандарта (gas outlet) SS EN ISO 7396-1 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 31. Штекер стандарта (probe) SS EN ISO 7396-1 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 32. Разъем стандарта (gas outlet) Afnor NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 33. Разъем AIR-800 стандарта Afnor (gas outlets AIR-800 standard Afnor) EN ISO 9170-1 FD S 90-119 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 34. Штекер стандарта Afnor (probe Afnor) NF S 90-116 EN ISO 9170-1 - не более 100 шт. (при необходимости).
- 35. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 36. Манометр (Pressure gauge) - не более 10 шт. (при необходимости).
- 37. Вакууметр (Vacuum gauge) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 38. Информационная панель с показателем влажности, загрязнения воздуха и температуры в помещении (Information panel with an indicator of humidity, air pollution and room temperature) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 39. Радио с колонкой (radio with speaker) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 40. Комплект крепежных элементов (Set of fasteners) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 41. Ключ монтажный (Mounting wrench) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 42. ЗИП (set of spare parts) - не более 5 шт. (при необходимости).
- 43. Паспорт (passport) - 1 шт.
- 44. Инструкция пользователя (user manual) - 1 шт.
- X. Принадлежности:

1. Медицинский рельс сечением 25x10мм, с креплением на стену (Medical rail mounted on the wall 25x10mm) 300-4800мм - не более 20 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111790

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19079

Лист 29

2. Держатель для медицинских перчаток (Medical gloves carrier) 140x71x220мм - не более 10 шт. (при необходимости).
3. Держатель для документов (Medical document carrier) 300x220мм - не более 10 шт. (при необходимости).
4. Корзина для бутылки (Suction pump container-s basket) 130x135мм - не более 10 шт. (при необходимости).
5. Корзина для катетеров (Catheters basket) 410x100x100мм - не более 10 шт. (при необходимости).
6. Корзина для катетеров (Catheters basket) 210x115x105мм - не более 10 шт. (при необходимости).
7. Корзина для перевязочных элементов (Wound care products carrier) 290x170x120мм - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Телескопическая инфузионная стойка с креплением на медицинский рельс (Telescopic infusion rack mounted on medical rail) 1180-2010x25мм - не более 10 шт. (при необходимости).
9. Инфузионная стойка с креплением на медицинский рельс (Infusion rack mounted on medical rail) 250x520мм - не более 10 шт. (при необходимости).
10. Инфузионная стойка с креплением на медицинский рельс (Hanger for infusion mounted on medical rail) 1020-2000x25мм - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Газовая панель TPG (MEDICAL GAS CONSUMPTION BOARD) - не более 50шт., (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 11.1. TPG-P.
 - 11.2. TPG-N.
12. Блок контроля «SZKG» (AREA VALVE SERVICE UNIT «SZKG») - не более 20 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 12.1. Блок контроля SZKG-1.
 - 12.2. Блок контроля SZKG-2.
 - 12.3. Блок контроля SZKG-3.
 - 12.4. Блок контроля SZKG-4.
 - 12.5. Блок контроля SZKG-5.
 - 12.6. Блок контроля SZKG-6.
13. Сигнальная панель SSGM (Indicator panel for medical gases) - не более 50 шт. (при необходимости).


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111791