



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17138

На медицинское изделие

**Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации
многоразовые VEGA (ВЕГА)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"СОАДКО Эс. Эл.", Андорра,

SOADCO, S.L., Avinguda del Pessebre, núm. 78-80, Baixos Escaldes-Engordany

Производитель

"СОАДКО Эс. Эл.", Андорра,

SOADCO, S.L., Avinguda del Pessebre, núm. 78-80, Baixos Escaldes-Engordany

Место производства медицинского изделия

SOADCO, S.L., Av. del Pessebre, 76-82 Baixos, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra

Номер регистрационного досье № РД-45218/77684 от 08.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2022 года № 3998
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0065806

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17138

Лист 1

На медицинское изделие

**Компоненты ортопедические для системы дентальной имплантации
многоцветные VEGA (ВЕГА), в вариантах исполнения:**

1. Винт для слепочного трансфера, в вариантах исполнения:

1.1. Винт для слепочного трансфера NV, для открытой ложки, длиной 17,2 мм.

1.2. Винт для слепочного трансфера NV длинный, для открытой ложки, длиной 20,2 мм.

1.3. Винт для слепочного трансфера NV сверхдлинный, для открытой ложки, длиной 30,2 мм.

1.4. Винт для слепочного трансфера MV, для открытой ложки, длиной 21,2 мм.

1.5. Винт для слепочного трансфера RV, для открытой ложки, длиной 21,2 мм.

1.6. Винт для слепочного трансфера RV длинный, для открытой ложки, длиной 24,2 мм.

1.7. Винт для слепочного трансфера RV сверхдлинный, для открытой ложки, длиной 30,2 мм.

2. Аналог абатмента для создания модели зубного ряда в зуботехнической лаборатории.

2.1. Аналог постоянного абатмента.

3. Слепочный трансфер, с винтом, в вариантах исполнения:

3.1. Слепочный трансфер NV для закрытой ложки, с винтом.

3.2. Слепочный трансфер NV для открытой ложки, с винтом.

3.3. Слепочный трансфер NV длинный, для открытой ложки, с винтом.

3.4. Слепочный трансфер постоянного абатмента, для мостовидного протеза, для открытой ложки, с винтом.

3.5. Слепочный трансфер NV постоянного абатмента, длинный, для мостовидного протеза, для открытой ложки, с винтом.

3.6. Слепочный трансфер постоянного абатмента, для открытой ложки, с винтом.

3.7. Слепочный трансфер NV постоянного абатмента, длинный, для открытой ложки, с винтом.

3.8. Слепочный трансфер постоянного абатмента, для мостовидного протеза, для закрытой ложки, с винтом.

3.9. Слепочный трансфер постоянного абатмента, для закрытой ложки, с винтом.



3.10. Слепочный трансфер MV для закрытой ложки, с винтом.

3.11. Слепочный трансфер MV для открытой ложки, с винтом.

3.12. Слепочный трансфер RV для закрытой ложки, с винтом.

3.13. Слепочный трансфер RV для открытой ложки, с винтом.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0099521

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17138

Лист 2

- 3.14. Слепочный трансфер RV длинный, для открытой ложки, с винтом.
4. Аналог дентального имплантата, в вариантах исполнения:
- 4.1. Аналог дентального имплантата NV.
- 4.2. Аналог дентального имплантата RV.
- 4.3. Аналог дентального имплантата MV.
5. Абатменты для сканирования, в вариантах исполнения:
- 5.1. Абатмент для сканирования PV1.
- 5.2. Абатмент для сканирования PV2, для мостовидного протеза.
- 5.3. Абатмент для сканирования RV1.
- 5.4. Абатмент для сканирования NV1.
- 5.5. Абатмент для сканирования MV1.
- 5.6. Абатмент для сканирования i-PV1.
- 5.7. Абатмент для сканирования i-PV2, для мостовидного протеза.
- 5.8. Абатмент для сканирования i-RV1.
- 5.9. Абатмент для сканирования i-NV1.
- 5.10. Абатмент для сканирования i-MV1.

≡



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова