

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ
ДЕФИБРИЛЛЯТОР А15,
МОДЕЛИ: А15, А15НП**

Автоматический наружный дефибриллятор А15, модель А15



Автоматический наружный дефибриллятор A15, модель A15



Автоматический наружный дефибриллятор A15, модель A15





Автоматический наружный дефибриллятор А15, модель А15НП



Автоматический наружный дефибриллятор А15, модель А15НП



Батарея питания, «Mediana Co., Ltd.», (Республика Корея)





Салфетка антисептическая спиртовая, стерильная (60х100) мм по ТУ 9393-028-01899876-14, ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», (Россия) от 30 декабря 2014 года № РЗН 2014/2263





Устройство-маска полиэтиленовая для искусственной вентиляции легких одноразового использования «рот-устройство-рот»
- «ФЭСТ» по ТУ 9393-158-10973749-2015, ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия) от 16 марта 2016 года №РЗН 2016/3806

Устройство-маска полиэтиленовая
с обратным клапаном для
искусственной вентиляции
легких разового использования
"Рот-Устройство-Рот"-«ФЭСТ»
по ТУ 9393-009-10973749-2002

Рег.уд. № ФСР 2007/00679
от 10.09.2012 года
ТУ 9393-009-10973749-2002
Дата выпуска 2014 год
Срок годности - 5 лет

ООО «Предприятие «ФЭСТ»
155025, Россия, Рабочий пр-д, 8
Тел.: (4942) 49-35-05
Тел./факс: (4942) 49-32-89, 49-32-43
Система менеджмента качества
ISO 9001
<http://www.fest-k.ru>,
e-mail: sale@fest-k.ru
Берегите от растворителей
и источников тепла.
Нестерильная упаковка



1. Ослабить одежду пострадавшего

2. Выложить рот чистым платком или ватой


3. Приложить маску, муфточку, пластмассу между щеками пострадавшего

4. Поддерживать максимальный наклон головы назад

5. Начать дыхание рот-в-рот

При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживайте голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и глубоко. При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы назад. Искусственное дыхание проводите спокойно и без лишней спешки.

Прошито
12 листов
Игнатъев П.С.



**КОМПЛЕКТ АППЛИКАЦИЙ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР А15,
МОДЕЛИ: А15, А15НП**






Автоматический наружный дефибриллятор

REF A15

SN _____  _____

Упаковщик _____



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ИМЕНИ Э.С. ЯЛАМОВА» (АО «ПО «УОМЗ»)
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ

Количество

1



REF A15

SN _____

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Автоматический наружный дефибриллятор

REF A15

Питание: --- 15 В, 4.2 А



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ИМЕНИ Э.С. ЯЛАМОВА» (АО «ПО «УОМЗ»)
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ



IP55






Автоматический наружный дефибриллятор

REF A15НП

SN _____  _____

Упаковщик _____



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ИМЕНИ Э.С. ЯЛАМОВА» (АО «ПО «УОМЗ»)
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ

Количество

1



REF A15НП

SN _____

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Автоматический наружный дефибриллятор

REF A15НП

Питание: --- 15 В, 4.2 А



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ИМЕНИ Э.С. ЯЛАМОВА» (АО «ПО «УОМЗ»)
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ



IP55



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего три лист(ов).
Главный конструктор КБ медицинских изделий
А.А. Чупов

