



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 июня 2022 года № ФСР 2010/08502

На медицинское изделие

Станция кислородная ингаляционная КИС-М по 9В2.933.239ТУ

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "КАМПО" (АО "КАМПО"), Россия,
142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1**

Производитель

**Акционерное общество "КАМПО" (АО "КАМПО"), Россия,
142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1**

Место производства медицинского изделия

**АО "КАМПО", Россия, 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1**


Номер регистрационного досье № РД-46371/80815 от 23.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 14 июня 2022 года № 5176
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0066609

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 июня 2022 года

№ ФСР 2010/08502

Лист 1

На медицинское изделие

Станция кислородная ингаляционная КИС-М по 9В2.933.239ТУ,

в составе:

1. Пульт подачи в ящике 9В5.885.301 - 1 шт.
 2. Ингалятор кислородный в ящике 9В5.894.359 - 2 шт.
 3. Ингалятор кислородный индивидуальный 9В5.894.360 - 5 шт.
 4. Шланг кислородный 9В6.450.569 - 1 шт.
 5. Шланг углекислотный 9В6.450.570 - 1 шт.
 6. Шланг кислородный индивидуальный 9В6.450.571 - 4 шт.
 7. Змеевик кислородный 9В6.452.113 - 1 шт.
 8. Шланг углекислотный высокого давления 9В6.450.592 - 1 шт.
 9. Коробка клапанная 9В5.893.082 - 7 шт.
 10. Маска 9В6.838.418 - 7 шт., в составе:
 - анестезиологическая маска размер 4: QuadraLite, 7194000, производства «Интерседжикал Лтд.», РУ № ФСЗ 2009/03551 или маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257, Б2-145, производства ЗАО «Метом», РУ № ФСР 2007/01323.
 11. Маска 9В6.838.418-01 - 7 шт., в составе:
 - анестезиологическая маска размер 3: QuadraLite, 7193000, производства «Интерседжикал Лтд.», РУ № ФСЗ 2009/03551 или маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257, Б2-125 производства ЗАО «Метом», РУ № ФСР 2007/01323.
 12. Держатель маски 9В6.460.656 - 14 шт.
 13. Мешок дыхательный объемом 3,0 л для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров без петли, с закрытым концом, для аппаратуры, 2830000, производства «Интерседжикал Лтд.», РУ № ФСЗ 2009/03551 - 7 шт.
 14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 15. Паспорт на манометр - 4 шт.
 16. Паспорт на манометр для приспособления 9В6.984.643 - 1 шт.
 17. Паспорт на манометр для приспособления 9В6.984.643-01 - 1 шт.
- Сменные части:
- Распылитель 9В5.894.361 - 1 шт., в составе:
- соединитель: мундштук (загубник) (22М), 1930000, производства «Интерседжикал Лтд.», РУ № ФСЗ 2009/03551 или мундштук (22М), 9В5.145.214 - 2 шт.
- Принадлежности:
1. Комплект запасных частей 9В4.068.297 - 1 шт., в составе:
 - 1.1. Клапан 9В7.140.127 - 7 шт.
 - 1.2. Прокладка 9В8.686.573 - 4 шт.
 - 1.3. Прокладка 9В8.686.643 - 2 шт.
 - 1.4. Прокладка 9В8.686.643-01 - 2 шт.
 - 1.5. Кольцо уплотнительное, 262518 - 10 шт.
 - 1.6. Кольцо уплотнительное, 262514 - 4 шт.
 - 1.7. Ключ 7811-0022 ПС 1 Х9 ГОСТ 2839 - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0101790

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 июня 2022 года

№ ФСР 2010/08502

Лист 2

- 1.8. Ключ 7811-0024 ПС 1 Х9 ГОСТ 2839 - 1 шт.
- 1.9. Ключ 7811-0043 ПС 1 Х9 ГОСТ 2839 - 1 шт.
2. Приспособление 9В6.984.643 - 1 шт. на 10 станций (при необходимости).
3. Приспособление 9В6.984.643-01 - 1 шт. на 10 станций (при необходимости).

Handwritten signature

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0101791