


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Реафит»

 Белых Ю.А.
« 2 » октября 2020 г.



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Тренажер реабилитационный для лечения опорно-двигательного аппарата Aidflex-X3 по ТУ
26.60.13-002-01428303-2019»

производства ООО «Реафит», Россия

Фотографии



Фото 1. Общий вид




Фото 2. Рама вертикализатора




Фото 3. Опора вертикализатора на колесах




Фото 4. Подъемный рычаг с поручнем левый/правый




Фото 5. Электромеханический привод Linak LA44 (модель 1)




Фото 6. Электромеханический привод Linak LA40 (модель 2)




Фото 7. Блок управления Linak C07 в комплекте с проводами




Фото 8. Блок управления Linak C06 в комплекте с проводами




Фото 9. Аккумуляторная батарея BA211611111 Linak




Фото 10. Коленоупор с регулировкой по ширине, глубине и высоте (большой)




Фото 11. Коленоупор с регулировкой по глубине и высоте (малый)




Фото 12. Стоподержатель с быстрой фиксацией лев/прав



Фото 13. Стоподержатель стандартный лев/прав



Фото 14. Стол стандартный




Фото 15. Стол с поручнями для рук




Фото 16. Ремень-фиксатор для верхней части туловища (большой)



Фото 17. Ремень-фиксатор для верхней части туловища (малый)



Фото 18. Ремень-фиксатор для коленей




Фото 19. Ремень-фиксатор для стоп




Фото 20. Подъемный ремень под таз с регулировочными планками (большой)




Фото 21. Подъемный ремень под таз с регулировочными планками (малый)




Фото 22. Грудной упор




Фото 23. Пульт управления Linak HB-31






Фото 24. Транспортная упаковка



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Реафит»


«19» Апрель 2021 г. Бельх Ю.А.


ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Тренажер реабилитационный для лечения опорно-двигательного аппарата Aidflex-X3 по ТУ
32.50.50-002-01428303-2019»

производства ООО «Реафит», Россия


Фотографии



Фото маркировки

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Реафит»


Белых Ю.А.
« 2 » октября 2020 г.



ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ
медицинского изделия

«Тренажер реабилитационный для лечения опорно-двигательного аппарата
Aidflex-X3 по ТУ 26.60.13-002-22896758-2019»

производства ООО «Реафит», Россия

AIDFLEX

Артикул: AIDFLEX-X3-00-00-000-AA01
Серийный номер: 000/19

Дата изготовления: 44.мм.гггг.
249030, Россия, Калужская область,
г. Обнинск, проспект Маркса, д. 51/27
Тел.: +7 495 786-07-34

E-mail: info@aidflex.ru
www.aidflex.ru

Тренажер реабилитационный
для лечения опорно-двигательного
аппарата Aidflex-X3

Производитель: ООО «Реафит»
ТУ 26.60.13-002-22896758-2019

Максимальная нагрузка:

☐ 100 кг ☐ 135 кг

Напряжение и ток: 24В - Max.8А

Потребляемая мощность: 0,2 кВт


Масса нетто: 63 кг ±5%

 Цикл работы:
2 мин./18 мин.



СДЕЛАНО В РОССИИ РУ № XXXXXXXXXX

Рис 1. Макет маркировки



II 

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

БРУТТО КОЛИЧЕСТВО кг
1 шт

ООО «РЕАФОНТ»
249830, РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОБНИНСК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа

Белых И.А. ф.и.о.
личная подпись

ООО «РЕАФОНТ»

Рис 2. Макет маркировки коробки