

Генеральный директор

ООО «АДИАН ФАРМ»

Джадеджа Джигар Джасвантсинх

«02» сентября 2022г.



Фотографические изображения медицинского изделия «Раствор Shedu для очистки, промывки и дезинфекции контактных линз», производства «Стерикон Фарма Пвт. Лтд.», Индия («Stericon Pharma Pvt. Ltd.», # 9R, Sub Layout of Plot No. 9, 1st Phase, Bommasandra Industrial Area, Bangalore 560099, India. Тел.: +91 80 43571600. Факс: +91 80 43571699. E-mail: stericon@vsnl.net).






Указания по применению

- Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки. Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.
- Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.
- Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.
- Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.
- Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами.
- Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором.
- Повторите процедуру со второй контактной линзой.
- Закройте контейнер крышкой герметично.
- Линзы должны замачиваться не менее 4 часов.
- Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.

*Опция без протирки: линзы можно не протирать, как описано в инструкции. В этом случае необходимо тщательно промыть линзы и замочить их в растворе в течение шести часов. Эту опцию лучше использовать при частой замене линз (раз в месяц или чаще). Однако, описанный выше метод очистки более предпочтителен.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА


STERILE A




Серия №
Дата пр-ва
Срок годности

22613HP
2022-06
2025-05

Раствор Shedu для очистки, промывки и дезинфекции контактных линз, объемом: 360 мл.





Указания по применению

- Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки.
- Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.
- Откройте контейнер, извлеките линзу и поместите ее на ладонь.
- Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.
- Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.
- Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами.
- Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором.
- Повторите процедуру со второй контактной линзой.
- Закройте контейнер крышкой герметично.
- Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.

*Опция без протирки: линзы можно не протирать, как описано в инструкции. В этом случае необходимо тщательно промывать линзы и замочить их в растворе в течение шести часов. Эту опцию лучше использовать при частой замене линз (раз в месяц или чаще). Однако, описанный выше метод очистки более предпочтителен.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА

STERILE A

22748HP
2022-07
2025-06

Указания по применению

- Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки.
- Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.
- Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.
- Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.
- Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.
- Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами.
- Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором.
- Повторите процедуру со второй контактной линзой.
- Закройте контейнер крышкой герметично.
- Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.

*Опция без протирки: линзы можно не протирать, как описано в инструкции. В этом случае необходимо тщательно промывать линзы и замочить их в растворе в течение шести часов. Эту опцию лучше использовать при частой замене линз (раз в месяц или чаще). Однако, описанный выше метод очистки более предпочтителен.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА


STERILE A

Перед использованием ознакомиться с инструкцией

8 906008 421705

Серия No: 22748HP
Дата из-ва: 2022-07
Срок (вал): 2025-06





Указания по применению

Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки. Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.

Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.

Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.

Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.

Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами. Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором. Повторите процедуру со второй контактной линзой. Закройте контейнер крышкой герметично. Линзы должны замачиваться не менее 4 часов. Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.

Указания по применению
Перед манипуляциями с линзами необходимо
предварительно вымыть и высушить руки. Всегда
начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать
путаницы.
Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее
на ладонь.
Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую
поверхность линзы.
Осторожно протрите* линзу круговым движением в
течение 10 секунд на каждую сторону.
Тщательно промойте обе поверхности линзы
раствором во время мягкой протирки большим и
указательным пальцами. Поместите линзу в контейнер
и заполните его раствором. Повторите процедуру со
второй контактной линзой. Закройте контейнер
крышкой герметично. Линзы должны замачиваться не
менее 4 часов. Теперь ваши линзы очищены и
дезинфицированы и их можно использовать.



Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА

STERILE A



HOPE

Серия No:

Дата пр-ва:

Срок годн.:

227415Y
2022-07
2025-06



8 906008 421699

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РАСТВОР ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
УПАКОВКИ НАРУШЕНА



Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией

STERILE A



KALIN

Серия No:


Дата пр-ва:

Срок годн.:

227415Y
2022-07
2025-06

Раствор Shedu Ultra для очистки, промывки и дезинфекции контактных линз, объемом: 360 мл.





Указания по применению

Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки. Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.

Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.

Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.

Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.

Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами. Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором. Повторите процедуру со второй контактной линзой. Закройте контейнер крышкой герметично. Линзы должны замачиваться не менее 4 часов. Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА

Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией!



STERILE A



Серия No : 227405Y
Дата пр-ва: 2022-07
Срок годн.: 2025-06

Раствор Shedu Ultra для очистки, промывки и дезинфекции контактных линз в комплекте с контейнером для хранения контактных линз, объемом: 360 мл.





Указания по применению

Перед манипуляциями с линзами необходимо предварительно вымыть и высушить руки. Всегда начинайте с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.

Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.

Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.


Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.

Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами. Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором. Повторите процедуру со второй контактной линзой. Закройте контейнер крышкой герметично. Линзы должны замачиваться не менее 4 часов. Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.



8 906008 421682

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА



Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией!

STERILE A




Серия No : 22740SY
Дата пр-ва: 2022-07
Срок год.: 2025-06

2022/9/16 10:34

Раствор Shedu для очистки, промывки и дезинфекции контактных линз в комплекте с контейнером для хранения контактных линз объемом: 360 мл.





Важно! При применении
контактных линз с линзами
необходимо предварительно
мыть и высушить руки.
Всегда начинайте с одного и того же глаза,
чтобы избежать путаницы.
• Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.
• Нанесите не менее 3 капель раствора
на каждую поверхность линзы.
• Осторожно протрите* линзу круговым
движением в течение 10 секунд на каждую
сторону.
• Тщательно промойте обе поверхности
линзы раствором во время мягкой
протирки большим и указательным
пальцами.
• Поместите линзу в контейнер
и заполните его раствором.
• Повторите процедуру со второй
контактной линзой.
• Закройте контейнер крышкой
герметично.
• Теперь ваши линзы очищены и
продезинфицированы и их можно
использовать.
*Опция без протирки: линзы можно не
протирать, как описано в инструкции. В этом случае
необходимо тщательно промыть линзы и замочить их в
растворе в течение шести часов. Эту опцию лучше
использовать при частой замене линз (раз в месяц или чаще).
Однако, описанный выше метод
очистки более предпочтителен.
Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией!
**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА**
STERILE A
22748HP
2022-07
2025-06
Ela-220IRA

Важно! При применении
контактных линз с линзами
необходимо предварительно вымыть
и высушить руки.

Всегда начинайте с одного и того же глаза,
чтобы избежать путаницы.

- Откройте контейнер, извлеките линзу и положите ее на ладонь.
- Нанесите не менее 3 капель раствора на каждую поверхность линзы.
- Осторожно протрите* линзу круговым движением в течение 10 секунд на каждую сторону.
- Тщательно промойте обе поверхности линзы раствором во время мягкой протирки большим и указательным пальцами.
- Поместите линзу в контейнер и заполните его раствором.
- Повторите процедуру со второй контактной линзой.
- Закройте контейнер крышкой герметично.
- Теперь ваши линзы очищены и продезинфицированы и их можно использовать.

*Опция без протирки: линзы можно не протирать, как описано в инструкции. В этом случае необходимо тщательно промыть линзы и замочить их в растворе в течение шести часов. Эту опцию лучше использовать при частой замене линз (раз в месяц или чаще). Однако, описанный выше метод очистки более предпочтителен.

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР, ЕСЛИ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПАКОВКИ НАРУШЕНА**

STERILE A
Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией!



Серия No : 22748HP
Дата произв.: 2022-07
Срок годности: 2025-06



Контейнер для хранения контактных линз

Генеральный директор
ООО «АДИАН ФАРМ»



Джадеджа Джигар Джасвантсинх

Прочито и пронумеровано 14 лист 06