

Фотографии
медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»,
производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1 – стр. 2-4

Вариант исполнения 2 – стр. 5-7

Контроли 1, 2 – стр. 8-9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»



Набор реагентов для контроля
качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»

Состав набора:

Контроль -	1 фл.
Контроль +	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»

Условия транспортирования +2...+8 °C

LOT E002

REF 2150201

IVD




2020-11-16



2021-11-16



20



ТУ 21.20.23-474-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль -


Объем 1 мл



ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль -

Объем 1 мл




ООО «Компания Алкор Био»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

**Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA Токсоплазма IgM»**

Условия транспортирования +2...+8 °C



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»



MagnaLIA

Состав набора:

Контроль -	5 фл.
Контроль +	5 фл.

TU 21.20.23-474-98539446-2019
PU № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»

LOT E002

REF 2150205

IVD

2020-11-16

2021-11-16

100

+2⁺8
+2⁺8

100

100



Готово к использованию.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM»


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA Токсоплазма IgM»

Условия транспортировки +2...+8 °C

MagnoLIA Токсоплазма IgM

LOT E002  2021-11-16
REF 2150205  +2...+8 °C


 ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»







Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (девятой) листом 6

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA Токсоплазма IgM», производства ООО «Компания Алкор Био»

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA Токсоплазма IgM»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

кат. № 2150201

На коробку

На флаконы:



Набор реагентов для контроля
качества анализа
«MagnoLIA Токсоплазма IgM»

Состав набора:

Контроль -	1 фл.
Контроль +	1 фл.

Готово к использованию.

Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ТУ 21.20.23-474-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль +
объем 1 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



MagnoLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль -
объем 1 мл
+2-8°C
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2150205

На коробку:

LOT E002
REF 2150205

2021-11-16

192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779, 67722162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Состав набора:

Контроль -	5 фл.
Контроль +	5 фл.

ТУ 21.20.23-474-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA Токсоплазма IgM»

LOT E002
REF 2150205
IVD

2020-11-16
2021-11-16
100

+2⁺8
C
i
!

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnaLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль -
объем 1 мл
+2⁺8
C



-5 шт.

MagnaLIA
Токсоплазма
IgM
Контроль +
объем 1 мл
+2⁺8
C



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (три)
лист 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев

