

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Польвинцев Д.Г.
«01» 12 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для качественного иммунохемилюминесцентного определения
иммуноглобулинов М к *Toxoplasma gondii*
«MagnoLIA Токсоплазма IgM»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «MagnoLIA Токсоплазма IgM» предназначен для качественного определения иммуноглобулинов М к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, K₂ ЭДТА, K₃ ЭДТА) крови человека методом хемилюминесцентного иммуноанализа на парамагнитных микрочастицах, с использованием автоматического анализатора «MagnoLIA».

Набор «MagnoLIA Токсоплазма IgM» предназначен для использования совместно с медицинским изделием (далее МИ) «Набор реагентов для калибровки MagnoLIA Токсоплазма IgM» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат № 2150101, 2150105) и/или «Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA Токсоплазма IgM» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат № 2150201, 2150205).

1.2. *Toxoplasma gondii* относится к простейшим внутриклеточным паразитам, способным инфицировать и человека, и животных. Окончательным хозяином являются кошки, в ЖКТ которых проходит фаза полового размножения *T. gondii*. Человек инфицируется через контакт с зараженным животным или при употреблении в пищу мяса, не прошедшего достаточную тепловую обработку. В большинстве случаев у взрослых и подростков инфекция протекает субклинически или со слабо выраженными симптомами.

Антитела IgG вырабатываются организмом через несколько недель после первичного инфицирования, могут долго персистировать в крови. Уровень IgG нарастает во время прогрессирования инфекции. Присутствие антител IgG показывает, что пациент был инфицирован токсоплазмой в прошлом, но уровень реактивности не позволяет установить, как давно произошло инфицирование. Антитела IgM определяются у людей, недавно перенёсших инфекцию, однако антитела могут оставаться в крови и в течение 18 месяцев после перенесённой инфекции. Для дифференциации между текущей и перенесённой инфекцией IgM- и IgG-позитивные образцы должны быть протестированы на IgG авидность.

Таблица 1

Токсоплазма IgG	Токсоплазма IgM	Токсоплазма IgG авидность	Интерпретация результатов
Нереактивный (отрицательный)	Нереактивный (отрицательный)	-	Нет инфекции
Нереактивный (отрицательный)	Реактивный (положительный)	-	Возможна острая инфекция. Необходимо взять новый образец через 2-3 недели после первого и протестировать на Токсоплазма IgG и Токсоплазма IgM. Если в результате повторного исследования получен результат: Токсоплазма IgM - Реактивный (положительный), Токсоплазма IgG - Реактивный (положительный), то необходимо данный образец проверить на Токсоплазма IgG авидность для установления текущего инфицирования.
Реактивный (положительный)	Нереактивный (отрицательный)	Высокоавидный	Инфицирование произошло более 4 месяцев назад. Давняя инфекция.
Реактивный	Реактивный	Низкоавидный	Возможна острая инфекция.

(положительный)	(положительный)		Необходимо взять новый образец для повторного исследования с помощью альтернативного метода, на предмет обнаружения IgM антител, IgG антител и определения IgG-авидности, с целью подтверждения статуса пациента.
Реактивный (положительный)	Реактивный (положительный)	Высокоавидный	Инфицирование произошло более 4 месяцев назад. Давняя инфекция.

1.3. Функциональное назначение набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» при совместном применении с «Набором реагентов для калибровки «MagnaLIA Токсоплазма IgM» и/или «Набором реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» – скрининг иммуноглобулинов М к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека, в том числе у беременных женщин.

Предупреждение:

Полученный для конкретного образца Индекс позитивности IgM *T. gondii* зависит от избранного метода исследования и не может сравниваться с результатами других исследований. Это ограничение связано с существенными конструктивными различиями имеющихся тест-систем, с различиями в спектре антигенов токсоплазмы, к которым вырабатываются антитела в организме пациента и которые использованы при производстве компонентов тест-системы, а также с особенностями стандартизации каждого конкретного теста.

1.4. Область применения набора – клиническая лабораторная диагностика.

1.5. Набор предназначен только для диагностики *in vitro* для профессионального применения персоналом, имеющим квалификацию для выполнения диагностических исследований *in vitro* в результате специального образования и обучения. Исследования могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим или средним медицинским, биологическим или иным образованием (врач КДЛ, биолог, медицинский технолог).

Исследования проводят в клинико-диагностических лабораториях, областных, городских или районных, государственных или частных больницах и других ЛПУ.

1.6. Набор «MagnaLIA Токсоплазма IgM» не имеет противопоказаний к применению.

1.7. Набор предназначен для обследования всех групп населения любого возраста без градации по демографическому или популяционному признаку.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

2.1. Принцип действия

2.1.1. Анализ

В наборе «MagnaLIA Токсоплазма IgM» использован вариант двухстадийного твердофазного иммунохимического анализа. Для реализации этого варианта анализа использован антиген *T. gondii*, иммобилизованный на твердой фазе (поверхность парамагнитных микрочастиц), и конъюгат моноклонального антитела G против μ -цепи Ig M человека с акридиновой меткой. Если в образце присутствуют специфические иммуноглобулины М (IgM), то во время первой инкубации они взаимодействуют с антигеном *T. gondii*. Во время второй инкубации моноклональные антитела к иммуноглобулинам М человека конъюгированные с акридиновой меткой взаимодействуют с образовавшимся ранее комплексом «антиген – антитело».

Анализ проводится на автоматическом анализаторе «MagnaLIA» (Россия, ООО «Компания Алкор Био»). Компоненты набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» (парамагнитные микрочастицы и

буфер для анализа, конъюгат анти-hIgM), Калибраторы и/или Контроли, и предварительно разведенные в 10 раз (анализатором или вручную) анализируемые образцы сыворотки или плазмы крови человека автоматически дозируются в реакционные кюветы прибора. После каждой инкубации кюветы помещаются в магнитное поле для промывки парамагнитных микрочастиц и удаления компонентов реакционной среды, не связавшихся с твердой фазой («Буфер W1», Россия, ООО «Компания Алкор Био»). По окончании анализа, после промывки, кювета перемещается в блок считывания, где в нее автоматически дозируются «Претриггер» и «Триггер» (Россия, ООО «Компания Алкор Био»). При окислении метки под действием триггеров происходит излучение фотонов, которое фиксируется встроенным хемиллюминесцентометром. Интенсивность сигнала (измеренная в относительных световых единицах (relative light units, RLU) прямо пропорциональна количеству специфических иммуноглобулинов М.

Анализатор самостоятельно выполняет следующие действия:

- разводит анализируемые образцы в 10 раз буфером для разведения образцов («Дилуэнт 1», Россия, ООО «Компания Алкор Био»);
- вносит в реакционную кювету суспензию парамагнитных микрочастиц и буфер для анализа;
- вносит в инкубационную среду 50 мкл образца/калибратора/контроля;
- инкубирует заполненную реакционную кювету в течение 20 минут при +37 °С с периодическим перемешиванием;
- промывает промывочным раствором суспензию парамагнитных микрочастиц в реакционной кювете;
- вносит в реакционную кювету конъюгат с акридиновой меткой;
- инкубирует заполненную реакционную кювету в течение 20 минут при +37 °С с периодическим перемешиванием;
- промывает промывочным раствором суспензию парамагнитных микрочастиц в реакционной кювете;
- добавляет к микрочастицам претриггер и триггер и фиксирует уровень сигнала хемиллюминесценции;
- информирует о полученном результате.

2.1.2. Калибровка

Значения сигналов хемиллюминесценции в кюветах, содержащих Калибраторы («Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA Токсоплазма IgM»¹, Россия, ООО «Компания Алкор Био»), используются в качестве опорных точек. С помощью данных точек происходит корректировка порогового значения, закодированного в памяти прибора. На основе принятого порогового значения рассчитывается Индекс позитивности иммуноглобулинов М к *Toxoplasma gondii* в анализируемых образцах и контролях.

2.1.3. Контроль качества анализа

Индекс позитивности, определенный в контрольных материалах («Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA Токсоплазма IgM», Россия, ООО «Компания Алкор Био»), должен попадать в допустимый диапазон определения, указанный в паспорте и закодированный в штрих-коде. Данное соотношение используется в рутинном контроле качества анализа для подтверждения правильности выполнения измерений.

¹ Калибраторы, входящие в набор, аттестованы по Четвертому Международному стандарту (WHO International Standard 4th IS for Antibodies, Human, to *Toxoplasma gondii*, NIBSC, Великобритания (NIBSC code: 13/132)).

2.2. Состав и комплектация набора

В состав набора входят следующие компоненты, размещенные в разных отсеках специализированного картриджа², маркированного «MagnaLIA Токсоплазма IgM»:

- парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным антигеном *T. gondii* (МЧ). Суспензия, 5 мл;
- конъюгат анти-hIgM с акридиновой меткой (А*). Жидкость, 10 мл;
- буфер для анализа (АБ). Жидкость, 2,5 мл.

Набор выпускается в двух вариантах исполнения. Картридж «MagnaLIA Токсоплазма IgM» рассчитан на 50 определений (см. Таблицу 2), при использовании всего объема основных компонентов одновременно.

Таблица 2

Вариант исполнения, Кат. №	Количество картриджей	Количество определений	Набор реагентов для качественного иммунохемилюминесцентного определения иммуноглобулинов М к <i>Toxoplasma gondii</i> «MagnaLIA Токсоплазма IgM»
2150000	1 шт.	50	
2150005	5 шт.	250	

В комплект поставки набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт. Количество и комплектность поставки набора определяется заказчиком.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Аналитическая чувствительность

Набор аттестован по Внутреннему контрольному образцу «Внутренний контрольный образец IgM к *Toxoplasma gondii*» (далее ВКО Токсоплазма IgM³), (ООО «Компания Алкор Био», Россия). Набор «MagnaLIA Токсоплазма IgM» определяет ВКО Токсоплазма IgM как положительный образец.

3.2. Аналитическая специфичность

Определяется как способность теста обнаруживать только иммуноглобулины М к *T. gondii* в присутствии интерферирующих и перекрестно-реагирующих факторов в исследуемом материале.

Установлено в соответствии с модифицированным протоколом EP7⁴ и EP37⁵ CLSI (Института клинических и лабораторных стандартов), что повышение концентрации гемоглобина до 10 г/л, билирубина (конъюгированного) до 475 мкмоль/л, билирубина (неконъюгированного) до 684 мкмоль/л, триглицеридов до 17 ммоль/л или сывороточного альбумина до 60 г/л в пробах не оказывает негативного воздействия на результаты анализа с помощью набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM», но не следует использовать гемолизированные или мутные образцы.

Наличие антикоагулянтов (цитрат натрия 3,2%, литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К₂ЭДТА, К₃ЭДТА) в пробах не оказывает негативного воздействия на результаты анализа с помощью набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM».

² Габаритные размеры картриджа (ДШВ): 170мм×17,5мм×49,8мм

³ ВКО является слабopоложительным образцом, содержащим минимальное количество IgM к *T.gondii*. ВКО Токсоплазма IgM аттестован с помощью МИ «MagnaLIA Токсоплазма IgM», ADVIA Centaur, Toxo M (Siemens), Architect Toxo IgM (Abbott) и Toxoplasma IgM (Radim).

⁴ CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry. 3rd ed. CLSI guideline EP7. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.

⁵ Clinical and Laboratory Standards Institute. Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry. 1st ed. CLSI Supplement EP37. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.

Антитела к вирусу краснухи, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барр, вирусу простого герпеса 1 и 2 типа, сифилису, ревматоидный фактор и пробы беременных женщин не имеют перекрестной реактивности в анализе при применении набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM».

3.3. Прецизионность

Прецизионность определена с использованием набора реагентов «MagnoLIA Токсоплазма IgM», образцов сыворотки и плазмы крови человека в соответствии с модифицированным протоколом EP5-A3⁶ CLSI (Института клинических и лабораторных стандартов): 2 постановки в день в течение 20 дней 2 повтора для каждого образца (n = 80). Были получены следующие результаты:

Таблица 3

Образец	n	Среднее значение индекса позитивности IgM к <i>T.gondii</i>	Повторяемость		Промежуточная прецизионность	
			СО	ВА КВ, %	СО	МА КВ, %
Контроль -, серия E001	80	0,11	0,010	н/п ⁷	0,018	н/п
Контроль +, серия E001	80	3,78	0,143	3,8%	0,319	8,4%
Сыворотка 1	80	0,10	0,008	н/п	0,014	н/п
Сыворотка 2	80	1,38	0,063	4,6%	0,080	5,8%
Сыворотка 3	80	4,02	0,179	4,5%	0,354	8,8%
Плазма К3 ЭДТА 1	80	0,11	0,009	н/п	0,018	н/п
Плазма К3 ЭДТА 2	80	1,36	0,057	4,2%	0,097	7,1%
Плазма К3 ЭДТА 3	80	3,86	0,151	3,9%	0,299	7,8%
Плазма К2 ЭДТА 1	80	0,10	0,014	н/п	0,019	н/п
Плазма К2 ЭДТА 2	80	1,44	0,051	3,6%	0,086	5,9%
Плазма К2 ЭДТА 3	80	3,90	0,148	3,8%	0,393	10,1%
Плазма литиевая соль гепарина 1	80	0,11	0,013	н/п	0,015	н/п
Плазма литиевая соль гепарина 2	80	1,29	0,039	3,0%	0,064	4,9%
Плазма литиевая соль гепарина 3	80	3,90	0,118	3,0%	0,308	7,9%
Плазма натриевая соль гепарина 1	80	0,11	0,011	н/п	0,016	н/п
Плазма натриевая соль гепарина 2	80	1,40	0,058	4,1%	0,096	6,9%
Плазма натриевая соль гепарина 3	80	3,86	0,130	3,4%	0,382	9,9%
Плазма цитрат натрия (3,2%) 1	80	0,11	0,011	н/п	0,020	н/п
Плазма цитрат натрия (3,2%) 2	80	1,35	0,064	4,7%	0,076	5,6%
Плазма цитрат натрия (3,2%) 3	80	3,90	0,142	3,6%	0,377	9,7%

3.4. Диагностическая специфичность

Специфичность набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM» определяется по Стандартной панели предприятия Токсоплазма IgM (далее СПП Токсоплазма IgM) из образцов сыворотки и плазмы (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К₂ ЭДТА, К₃ ЭДТА) крови человека, с различным значением Индекса позитивности IgM к *T. gondii*, как доля полученных отрицательных

⁶ CLSI. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document EP5-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014

⁷ Не применимо

результатов к общему количеству отрицательных образцов в СПП Токсоплазма IgM и составляет 100%.

Исследование диагностической специфичности было проведено на выборке из 214 отрицательных образцов (по Индексу позитивности IgM к *T. gondii*) сыворотки и плазмы (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К₂ ЭДТА, К₃ ЭДТА) крови человека. Из них 81 перекрестно-реагирующий образец от беременных женщин, инфекционных больных и пациентов, в чьих пробах обнаружен ревматоидный фактор.

Диагностическая специфичность набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» на данной выборке образцов составила 100%, доверительный интервал с 95% доверительной вероятностью составил 98,6 - 100%.

Статистическая достоверность диагностической специфичности для каждого вида биологического материала составила:

Клинический материал	Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95%)
Сыворотка крови человека	96,6-100%
Плазма крови человека (цитрат натрия 3,2%, литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К ₂ ЭДТА, К ₃ ЭДТА)	97,7-100%

3.5. Диагностическая чувствительность

Чувствительность набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» определяется по Стандартной панели предприятия Токсоплазма IgM (далее СПП Токсоплазма IgM) из образцов сыворотки и плазмы (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К₂ ЭДТА, К₃ ЭДТА) крови человека, с различным значением Индекса позитивности IgM к *T. gondii*, как доля полученных положительных результатов к общему количеству положительных образцов в СПП Токсоплазма IgM и составляет 100%.

Исследование диагностической чувствительности было проведено на выборке из 204 положительных образцов (по Индексу позитивности IgM к *T. gondii*) сыворотки и плазмы (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К₂ ЭДТА, К₃ ЭДТА) крови человека.

Диагностическая чувствительность набора «MagnaLIA Токсоплазма IgM» на данной выборке образцов составила 100%, доверительный интервал с 95% доверительной вероятностью составил 98,6 - 100%.

Статистическая достоверность диагностической чувствительности для каждого вида биологического материала составила:

Клинический материал	Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95%)
Сыворотка крови человека	97,0%-100%
Плазма крови человека (цитрат натрия 3,2%, литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К ₂ ЭДТА, К ₃ ЭДТА)	97,2%-100%

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ №4н от 06.06.2012 г.).

4.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

4.3. При работе с набором следует соблюдать требования ГОСТ Р 52905-2007 и СанПиН 3.3686-21.

4.4. Допускать к работе с набором только специально обученный персонал.

4.5. Перед началом работы ознакомиться с инструкцией и применять набор строго по назначению.

4.6. При работе с набором следует использовать специализированную одежду (медицинский халат или комбинезон, шапочку) и средства индивидуальной защиты (маску, защитные очки, одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, разрешённые к применению на территории РФ).

4.7. Внимание! В состав компонентов набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM» входят соляная кислота в концентрации 0,05% и консервант в концентрации менее 0,05%, что является безопасным для человека. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности контакт с организмом человека исключен. При аварийных ситуациях возможно раздражение кожи и слизистой оболочки глаз у чувствительных лиц. При контакте промыть пораженное место водой и обратиться за медицинской помощью.

4.8. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

4.9. Для обработки посуды и оборудования рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, изготовленные на основе третичных аминов, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) или спиртов и разрешённые к применению на территории РФ. Использование дезинфицирующих средств на основе активного кислорода и хлора возможно лишь на предстерилизационном этапе, с последующей термической стерилизацией.

4.10. Запрещается приём пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с набором.

4.11. Убирать и дезинфицировать разлитые образцы или компоненты набора, используя дезинфицирующие средства в соответствии МУ-287-113.

4.12. Удалять неиспользованные реактивы набора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

4.13. После использования все компоненты набора, образцы, контрольные материалы, расходные материалы и другие реагенты, которые контактировали с образцами во время обработки, хранения или анализа (в том числе: перчатки, наконечники и т.д.) должны собираться отдельно и стерилизоваться в автоклаве с последующей утилизацией в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Вместо автоклавирования отходы могут быть стерилизованы дезинфицирующим средством, после утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

4.14. Не использовать набор по истечении срока годности.

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

- «Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA Токсоплазма IgM» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. №2150101, 2150105);

- «Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA Токсоплазма IgM» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. №2150201, 2150205);

- «Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный MagnoLIA с принадлежностями по СНАБ 421457.002 ТУ («MagnoLIA»)» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», РУ №РЗН 2019/9282);

- Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет MagnoLIA «Буфер W1» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. №0000405);
- «Набор триггеров хемилюминесценции MagnoLIA» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. № 0000601);
- Концентрированный раствор для промывки игл «Триал 5000Х» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. № РТТ-01А, кат.№ 0001303);
- Водно-солевой раствор для разведения образцов MagnoLIA «Дилуент 1» (Россия, производитель ООО «Компания Алкор Био», кат. № 0000301 картридж и кат. № 0001001 флакон);
- Отдельные халат, шапочка, обувь и одноразовые перчатки, разрешённые к применению на территории РФ (или соответствующие ГОСТ Р 52239-2004).

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1. Эквивалентность образцов сыворотки и плазмы крови человека, содержащей антикоагулянты (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, K₂ ЭДТА, K₃ ЭДТА), подтверждена на 25 положительных и 25 отрицательных образцах каждого вида антикоагулянта в анализе с помощью набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM»

6.2. Забор крови из вены осуществляют с соблюдением правил асептики. После формирования сгустка сыворотку отделяют путем центрифугирования (при 800 - 1600 g в течение 10 мин. при комнатной температуре). Забор крови для получения плазмы осуществляют в пробирку, содержащую антикоагулянт (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, K₂ ЭДТА, K₃ ЭДТА). Плазму крови получают центрифугированием пробирок с цельной кровью (800-1600 g в течение 20 мин. при комнатной температуре).

После центрифугирования сыворотку или плазму переносят в отдельную пробирку, при необходимости.

6.3. Система автоматического анализатора «MagnoLIA» не позволяет проверить тип образца. Производитель не несет ответственности за проверку типа образца, используемого при анализе «MagnoLIA Токсоплазма IgM».

6.4. Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную или мутную сыворотку и плазму.

6.5. Для проведения анализа необходимо не менее 275 мкл образца для постановки в монопликатах. Для анализа в одном повторении достаточно 25 мкл образца, дополнительно 250 мкл должно закладываться как мертвый объем для датчика уровня иглы.

6.6. Исследуемая аликвота образца не должна находиться более трех часов на борту анализатора.

6.7. Образцы сыворотки и плазмы крови разрешается хранить при температуре +2...8°C не более 7 суток в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим; при необходимости более длительного хранения рекомендуется аликвотировать образец и хранить в замороженном виде при температуре -20 °C и ниже.

Допускается повторное замораживание образца (но не более трех раз).

6.8. Перед анализом все образцы следует развести «Дилуентом 1». Этот реагент выпускается в двух вариантах комплектации. Кат. № 0000301 предназначен для автоматического разведения образцов анализатором, кат. № 0001001 – для разведения вручную.

6.9. При необходимости повторить анализ образца следует выполнить его разведение заново.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Описанная в данной инструкции информация содержит лишь общие сведения о порядке проведения аналитической сессии на анализаторе «MagnoLIA». Для получения детальной информации перед началом работы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации анализатора «MagnoLIA».

7.1. Подготовка реагентов

7.1.1. Перед размещением нового (невскрытого) картриджа «MagnoLIA Токсоплазма IgM» в блок реагентов необходимо предварительно перемешать его содержимое вручную. Важно избегать образования пены при перемешивании. Не следует встряхивать картридж. Для ручного перемешивания выполните следующие операции:

- 1) Сориентируйте картридж горизонтально, отверстиями с защитной плёнкой вверх и возьмите с противоположных краёв.
- 2) Плавно поднимите один из краёв таким образом, чтобы картридж оказался повернут на 90 градусов (т.е. занял вертикальное положение).
- 3) Плавно поднимите другой край, одновременно опуская первый, таким образом, чтобы картридж развернулся на 180 градусов в вертикальной плоскости.
- 4) Плавно верните картридж в горизонтальное положение.
- 5) Повторите шаги 2)-4) минимум 20 раз или до выполнения следующих условий:
 - на дне картриджа отсутствуют скопления слежавшихся микрочастиц;
 - в суспензии отсутствуют конгломераты микрочастиц.

Для картриджей, хранящихся в загрузочном блоке анализатора, ручное перемешивание не требуется, перед запуском аналитической сессии производится автоматическое покачивание картриджей, необходимое для ресуспендирования микрочастиц.

Вскрытые картриджи, хранящиеся в холодильнике в заводской таре, перед помещением в блок реагентов, требуют тщательного, но осторожного перемешивания парамагнитных микрочастиц. Избегать выплескивания жидкостей и пенообразования.

Если микрочастицы не удастся перевести в гомогенную суспензию, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАБОР.

7.1.2. Все остальные реагенты готовы к использованию.

7.1.3. Перед помещением реагентов в соответствующие блоки анализатора проверить все растворы на отсутствие пузырьков воздуха. Удалить пузырьки до проведения анализа легким покачиванием, не допуская пенообразования.

7.1.4. Образцы сыворотки и плазмы крови для анализа должны быть доведены до комнатной температуры. Образцы после оттаивания необходимо ТЩАТЕЛЬНО перемешать с помощью МЕДЛЕННЫХ вращательных движений или осторожного переворачивания и перед использованием отцентрифугировать для удаления дисперсного вещества.

Убедитесь в отсутствии пузырьков во всех образцах. Удалите пузырьки до проведения анализа.

Не следует использовать гемолизированные или мутные образцы.

ВНИМАНИЕ! Все образцы, взятые от пациентов, должны быть разведены перед анализом в 10 раз, они могут быть разведены с помощью автоматического разведения или вручную.

Для ознакомления с процедурой автоматического разведения образцов, обратитесь к руководству по эксплуатации анализатора «MagnoLIA».

7.2. Процедура калибровки

Предварительно полученное референсное пороговое значение адаптируется для анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» с помощью «Набора реагентов для калибровки «MagnaLIA Токсоплазма IgM».

Калибровка с помощью «Набора реагентов для калибровки «MagnaLIA Токсоплазма IgM» должна выполняться в следующих случаях:

- при запуске сессии на анализаторе «MagnaLIA» с использованием картриджа «MagnaLIA Токсоплазма IgM», калибровка которого ранее не проводилась;
 - один раз в 7 дней для каждого картриджа «MagnaLIA Токсоплазма IgM»;
 - при запуске сессии на анализаторе «MagnaLIA» с использованием картриджа «MagnaLIA Токсоплазма IgM», калибровка которого просрочена (от момента последней калибровки прошло более 7 дней);
 - если результат анализа хотя бы одного контроля из «Набора реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» выходит за пределы установленного диапазона
- Анализатор «MagnaLIA» может осуществлять калибровку в отдельно выделенной сессии или одновременно с образцами в рамках одной аналитической сессии.

ВНИМАНИЕ!

Компоненты МИ «Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA Токсоплазма IgM» являются многоразовыми, одного комплекта Калибраторов – и + достаточно для 10-ти процедур калибровки. Внимание! Для предотвращения испарения жидкости, сразу после использования флаконы необходимо закрыть крышками, поместить в упаковку предприятия-изготовителя в вертикальном положении и хранить при температуре от + 2 до + 8 °С в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

Флаконы с калибраторами не должны находиться на борту прибора суммарно более 2,5 часов, необходимо учитывать это при выполнении процедуры калибровки одновременно с образцами в рамках одной аналитической сессии. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по применению набора «Набора реагентов для калибровки «MagnaLIA Токсоплазма IgM».

7.3. Процедура контроля качества

«Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» используется для оценки правильности выполнения анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM», а также для построения контрольных карт.

Подтверждение правильности выполнения измерений должно выполняться в каждой аналитической сессии. При продолжительности сессии более суток, определение индекса позитивности в Контролях из «Набора реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» должно быть проведено повторно по истечении 24 часов от начала сессии. Контроли размещают в штативах, предназначенных для калибраторов и контролей, и обрабатывают их результаты аналогично образцам пациентов.

ВНИМАНИЕ!

Компоненты МИ «Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA Токсоплазма IgM» являются многоразовыми, одного комплекта Контролей + и - достаточно для 20-ти процедур контроля качества. Внимание! Для предотвращения испарения жидкости, сразу после использования флаконы необходимо закрыть крышками, поместить в упаковку предприятия-изготовителя в вертикальном положении и хранить при температуре от + 2 до + 8 °С в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

Флаконы с контролями не должны находиться на борту прибора суммарно более 5-ти часов, необходимо учитывать это при выполнении процедуры калибровки одновременно с образцами в рамках одной аналитической сессии.

Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по применению «Набора для контроля качества анализа «MagnoLIA Токсоплазма IgM».

7.4. Запуск аналитической сессии

7.4.1. Включите автоматический анализатор «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

7.4.2. Загрузите подготовленные реагенты на борт анализатора согласно руководству по эксплуатации.

7.4.3. Загрузите данные об образцах и реагентах в память автоматического анализатора «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

7.4.4. Создайте список задач, которые должны быть выполнены в данной аналитической сессии, согласно руководству по эксплуатации.

7.4.5. Запустите аналитическую сессию автоматического анализатора согласно руководству по эксплуатации.

7.4.6. Программа прибора позволяет автоматически выполнить все стадии анализа без вмешательства пользователя.

7.5. Получение результатов

7.5.1. Перейдите в меню **НАЗНАЧЕНИЯ**.

7.5.2. Для отображения конкретного результата на экране, выберите в таблице результатов ячейку, соответствующую пациенту (правый столбец) и тесту (верхняя строка).

7.5.3. Для печати результатов аналитической сессии, нажмите кнопку **ПЕЧАТЬ** и выберите из открывшегося списка необходимое действие.

Анализатор позволяет распечатать:

- список задач, заданных для данной аналитической сессии;
- результаты пациента, выбранного оператором;
- все результаты, полученные в данной аналитической сессии;
- результаты, начиная с или заканчивая пациентом, выбранным оператором.

7.6. Учет результатов

Анализатор «MagnoLIA» автоматически рассчитывает пороговое значение на основе измерения калибраторов, а также индекс позитивности образцов (сигнал образца/пороговое значение).

7.7. Интерпретация результатов

По умолчанию результат набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM» выражается как Индекс позитивности.

- Образцы с результатами Индекс позитивности $< 0,9$ считаются нереактивными (отрицательными) на IgM к *Toxoplasma gondii*;

- Образцы с результатами Индекс позитивности $\geq 1,1$ считаются реактивными (положительными) на IgM к *Toxoplasma gondii*.

- Образцы с результатами в диапазоне $0,9 \leq$ Индекс позитивности $< 1,1$ считаются «серой зоной». Рекомендуется собрать второй образец в течение приемлемого периода времени (например, две недели) и повторить тест на наборе «MagnoLIA Токсоплазма IgM».

7.8. Ограничение теста

- В диагностических целях результаты, полученные при помощи набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM», следует использовать совместно с результатами других диагностических методов: клинических (субъективное и объективное обследование), инструментальных, лабораторных и прочее;

• Образцы, взятые у пациентов, которые в диагностических или лечебных целях принимали препараты моноклональных мышинных антител, могут содержать человеческие антитела против мышинных антител. Такие образцы могут приводить к ошибочно завышенным или заниженным значениям. Может потребоваться дополнительная клиническая или диагностическая информация для определения статуса пациента;

- Находящиеся в сыворотке гетерофильные антитела, которые могут взаимодействовать с иммуноглобулинами, входящими в состав реагентов, обладают способностью создавать помехи иммунохимическому анализу *in vitro*. Образцы, взятые у пациентов, постоянно вступающих в контакт с животными или продуктами на основе сыворотки животных, могут быть подвержены интерференции, и в них могут наблюдаться аномальные значения. В таких случаях для постановки диагноза может потребоваться дополнительная информация.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортировку наборов следует производить всеми видами крытого транспорта при температуре от + 2 до + 8 °С.

8.2. Транспортирование изделий при температурах от + 2 до + 8 °С должно производиться в ёмкостях или при помощи холодильных установок, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

8.3. Допускается транспортирование наборов при температуре до +25 °С не более 15 суток, в том числе при температуре +37°С не более 1 суток.

8.4. Наборы, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

8.5. Срок годности наборов – 12 месяцев от даты производства.

8.6. Хранение наборов должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре + 2 до + 8 °С в течение всего срока годности в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

Наборы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

8.7. При детальном использовании:

картридж, содержащий основные реагенты, должен храниться при температуре +2...+8 С° в холодильнике в заводской упаковке, чтобы не допустить опрокидывания, в течение 1 месяца со дня вскрытия первичной упаковки, рекомендуется заклеивать скотчем вскрытый картридж для уменьшения испарения. При хранении в холодильнике перед каждым использованием для ресуспендирования парамагнитных микрочастиц содержимое картриджа следует тщательно перемешать под визуальным контролем, избегая пенообразования и выплескивания жидкостей.

8.8. Допускается хранение картриджа на борту прибора в течение 1 месяца со дня вскрытия первичной упаковки.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора 12 месяцев от даты производства. Набор предназначен для однократного применения и не подлежит ремонту и обслуживанию.

10. БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

При использовании набора образуются отходы классов А и Б, которые утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и МУ-287-113. (Таблица 4).

Таблица 4

Отходы		Класс опасности
Вторичная (групповая) упаковка	Коробка из монокартона	Отходы класса А
Эксплуатационная документация	Инструкция по применению	
	Паспорт	
Первичная упаковка	Картридж, содержащий микрочастицы, Конъюгат А* и Буфер для анализа	Отходы класса Б
Другие компоненты	Все компоненты набора, контрольные материалы, расходные материалы и реагенты, которые контактировали с образцами во время обработки, хранения или анализа	
Не использованные компоненты с истекшим сроком годности	Картридж, содержащий микрочастицы, Конъюгат А* и Буфер для анализа	

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

По вопросам качества набора «MagnoLIA Токсоплазма IgM» обращаться в ООО «Компания Алкор Био» по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 40 лит. А, тел/факс: 8(812) 677-8779, телефон «горячей линии»: 8-800-234-37-79.

12. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ

	Медицинское изделие для <i>in vitro</i> диагностики		Содержимого достаточно для проведения n тестов
	Номер по каталогу		Осторожно!
	Код партии (номер серии)		Использовать до
	Изготовитель		Предел температур
	Дата изготовления		Биологический риск
	Обратитесь к инструкции по применению		Беречь от влаги
	Верх		Не допускать воздействия солнечного света

Инструкция разработана в соответствии с ТУ 21.20.23-472-98539446-2019.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (пятичас)
лист об

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

